



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.02.2021 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 41/2020**

**Dotyczy: trybu podstawowego na dostawę materiałów zużywalnych do Centralnej Sterylizatorni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz.5 -14 dopuści rękawy o gramaturze 70 g/m2 zamiast 60 g/m2.  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

2. Czy w pozycji nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na rękaw o szerokości 12,5 cm?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę ,aby piktogram otwartej torebki znajdował się tylko od strony folii?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji 5 -14 dopuści rękawy produkowane według wymaganych norm zgodnie z ISO 11607 cz.1 i 2, z piktogramem otwartej torebki tylko od strony folii oraz czy wymaga się przedstawienia dokumentu zgodności z aktualnymi normami potwierdzonego przez niezależne biuro badawcze np. Isega?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**KOMENDANT**

  
**płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/ 810 59 82