



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź
Ul. Żeromskiego 113
Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 14.08.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi - nr sprawy - 93/PN/ZP/D/2023

W związku z nadesłanymi pytaniami do SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I ZAPYTANIA z dnia 24.07.2023 r.

Pakiet nr 1 - Przyłóżkowe RTG

1. W związku z dostawą przewoźnego aparatu RTG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację przewoźnego aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację przewoźnego aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres zgodnie z SWZ.

II ZAPYTANIA z dnia 01.08.2023 r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka aparaturowego oraz uchwytu kamery, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 5 lat.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

3. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów w Załączniku nr 1b Warunki gwarancji i serwisy dla Pakietu nr 1 na następującą treść:

13.

Warunki wymiany Towaru - liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Towaru na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego)

Minimum 4 naprawy gwarancyjne uprawniających do wymiany podzespołu/elementu na nowy

Odpowiedź: **Nie, zgodnie z SWZ.**

III ZAPYTANIA z dnia 03.08.2023 r.

1. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.19: Czy Zamawiający dopuści aparat z wózkiem z ramieniem C o szerokości 80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.20: Czy Zamawiający dopuści aparat z wózkiem monitorów o szerokości 73,6 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.21: Czy Zamawiający dopuści aparat z wózkiem z ramieniem C o masie 275 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.22: Czy Zamawiający dopuści aparat z wózkiem monitorów o masie 150 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.24: Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o maksymalnej częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej wynoszącej 10 p/s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.30: Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o maksymalnym prądzie dla radiografii cyfrowej wynoszącym 14 mA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.41: Czy Zamawiający dopuści aparat o 2 polach obrazowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.45: Prosimy o zrezygnowanie z konieczności podania w tabeli z parametrami technicznymi dokładnego czasu uruchomienia systemu cyfrowej obróbki obrazu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez sprzęt parametru technicznego pn.: „1.45 - czas uruchomienia systemu ≤ 60 s”.

9. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.53: Prosimy o zrezygnowanie z konieczności posiadania funkcji cyfrowego znacznika środka obrazu w systemie cyfrowej obróbki obrazu i dopuszczenie systemu bez tej funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez sprzęt parametru technicznego pn.: „1.53 - Cyfrowy znacznik środka obrazu”.

10. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.58: Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma monitorami o przekątnej 19” bez funkcji dotykowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.60: Czy Zamawiający dopuści aparat z monitorami o rozdzielczości 1280x1024?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.66: Prosimy o dopuszczenie systemu z portem USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF i AVI.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Załącznik nr 1a do Formularza Oferty pkt. 1.68: Prosimy o dopuszczenie systemu z drukarką formatu A6.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemów HIS/RIS i PACS w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Dostawca systemów HIS/RIS i PACS do Zamawiającego to CGM Polska z siedzibą w Lublinie.

IV ZAPYTANIA z dnia 03.08.2023 r.

1. Załącznik nr 4: Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ust. 3 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2023 r., a tym samym zmianę wskazanego punktu w Projektowych postanowieniach umowy oraz uwzględnienie tej zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Powyższa prośba wynika z ogólnoświatowej sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19 oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie, które wygenerowały istotne zakłócenia (opóźnienia) w globalnych łańcuchach dostaw i logistyce. Fabryki producenta, podobnie jak firm działających w innych branżach, mają problemy z dostawą kluczowych komponentów i materiałów, zakłócone są drogi transportowe, a ponadto w Chinach dochodziło w ostatnich tygodniach do blokad portów z powodu wzmożonej działalności prewencyjnej władz Chin w związku z nawrotem infekcji Covid-19.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

V ZAPYTANIA z dnia 04.08.2023 r.

1. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 4

Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 4

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 14 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą?

Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 5

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w godzinach 8-21 codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 11

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG/CT/MR jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 13 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy §6 ust. 5

Prosimy o rezygnację z wymogu wymiany sprzętu na nowy, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy Załącznika nr 1b do Formularza Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu, pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu zgodnie z poniższym:

„Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich

na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o zmianę zapisu zgodnie z propozycją.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy §8 ust. 1 lit. a, b i d (Kary Umowne)

Prosimy o obniżenie stawek do wysokości powszechnie przyjmowanej w umowach zawieranych zarówno

w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Wnosimy o zmianę zapisów w brzmieniu:

a) za zwłokę w dostarczeniu Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, niezainstalowanie (montaż i uruchomienie) Towaru, niedostosowanie infrastruktury (jeżeli dotyczy), nieprzeszkolenie personelu, instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% ceny netto, o której mowa w § 2, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu,

b) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi i/lub w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, bądź przeglądu lub konserwacji towaru i /lub Towaru wymienionego w przedmiocie umowy ponad terminy określone w § 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto, towaru którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile Wykonawca na czas naprawy nie dostarczy towaru zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub lepszych jak naprawiany towar,

d) za brak prowadzonej aktualnej dokumentacji technicznej Towaru, tj. za brak prowadzenia aktualnych wpisów z interwencji serwisowych do paszportów technicznych Towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% wartości netto Towaru, dla którego nie wprowadzono wpisu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą

zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 5 w brzmieniu:

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ (Załącznik nr 3 do Umowy) – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy

Prosimy o zrezygnowanie z nr PESEL, który jest dana szczególną. Do zidentyfikowania osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy wystarczające jest imię i nazwisko w połączeniu z nazwą pracodawcy. W tym przypadku Nr pesel jest daną nadmiarową w świetle RODO i zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych powinien zostać usunięty ze zobowiązania.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

VI ZAPYTANIA z dnia 03.08.2023 r.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów dla poszczególnych pakietów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„..., pełną usługę serwisową, (naprawy gwarancyjne, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe)...”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,1% ceny netto niedostarczonego sprzętu, , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,1% wartości netto reklamowanego sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ...”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o ujęcie w powyższym paragrafie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Powyższa treść jest w § 8 ust. 1 pkt 1.1. b) we „Wzorze Umowy” – Załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, ...”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad/błędów/usterek w innym autoryzowanym punkcie serwisowym, którego kosztami obciąży Wykonawcę”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

VII ZAPYTANIA z dnia 04.08.2023 r.

dotyczy pakietu 6 – RTG z ramieniem C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Załącznika nr 1a – parametry techniczne

Pytanie 2

Dotyczy punktu 1.2.

Czy Zamawiający dopuści aparat z odległością SID równą 95 cm? Pragniemy zauważyć, że ważniejsza wartość tj. wolna przestrzeń jest większa niż wymagana.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy punktu 1.11.

Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający klawiatury membranowej, gdzie sterowanie funkcjami aparatu odbywa się za pomocą dedykowanego monitora dotykowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy punktu 1.19.

Prosimy o dopuszczenie aparatu o szerokości 80cm. Wartość jest niezauważalnie większa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy punktu 1.21, 22

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego waga w wersji kompaktowej z monitorem na ramieniu C wynosi 343kg. Pragniemy zauważyć, że masa kompaktowego rozwiązania jest mniejsza niż całkowita masa opisanego rozwiązania tj. aparat RTG z ramieniem C oraz oddzielnego wózka monitorowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy punktu 1.57, 1.20, 1.64

Czy Zamawiający dopuści aparat kompaktowy, wyposażony w monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji na aparacie RTG z ramieniem C, zamiast na wózku monitorowym, bez opcji dotykowego sterowania, gdyż ta jest realizowana przez dotykowy ekran dedykowany do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy punktu 1.58.

Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego przekątnej ekranu monitora głównego. Pragniemy zauważyć, że na żadnym z aparatów Zamawiający nie posiada tak małej matrycy. Standardem obecnym na bloku od wielu lat są monitory wielkości min. 27 cali dwudzielne bądź 2x19cali w jednej obudowie. Zastosowanie matrycy 23 bądź 24 cale będzie dotkliwie przeszkadzało podczas wykonywania procedur, gdyż niemożliwym jest przysunięcie wózka z monitorami na tyle, by obraz był widoczny wraz z szczegółami. Sugerujemy zmianę wymogu na:

„Monitor dotykowy wykonany w technologii LED o przekątnej ekranu min. 27”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy punktu 1.58.

Czy Zamawiający dopuści aparat z monitorem podglądowym 27" bez funkcji dotykowych? Całość sterowania aparatem odbywa się za pomocą jednego monitora dotykowego umieszczonego na wózku z ramieniem C, które jest dostępne z pola sterylnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy punktu 1.68

Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w drukarkę w rozmiarze A6. Pragniemy zauważyć, że format proponowany jest najbardziej uniwersalny, gdyż obsługiwany przez większość aparatów USG, które są obecne w całym szpitalu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do Załącznika nr 1b – warunki gwarancji i serwisu

Pytanie 10

Dotyczy punktu 13

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie drobnej zmiany, proponujemy:

„*Warunki wymiany Towaru - liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego)*”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie do umowy

Dotyczy wzoru umowy w §1 pkt 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opcji programowych w języku polskim ponieważ interfejs – panel obsługowy użytkownika jest zbudowany z intuicyjnych klawiszy w postaci ikon. Jednocześnie potwierdzamy, że licencja na oprogramowanie, udzielona jest bezterminowo i nieograniczona czasowo do korzystania z danego programowania na zasadach określonych warunkami licencyjnymi. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietu nr 6 panel obsługowy użytkownika zbudowany z intuicyjnych klawiszy w postaci ikon. W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi treść pkt. 3 w §1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że towar posiada zainstalowane oprogramowanie w wersji pełnej, aktualnej i stabilnej, umożliwiające wykorzystanie Towaru w zakresie opisanym w SWZ w zakresie zakupionych opcji w języku polskim albo interfejsu – panelu obsługowego użytkownika zbudowanego z intuicyjnych klawiszy w postaci ikon (dotyczy Pakietu nr 6) wraz z licencją na oprogramowanie, udzieloną bezterminowo i nieograniczoną czasowo do korzystania z tego programowania na zasadach określonych warunkami licencyjnymi. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że dostarczy kompletne rozwiązanie wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do integracji dostarczonych Towarów z HIS/RIS, a co za tym idzie będzie ponosił odpowiedzialność za poprawne ich funkcjonowanie - dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 5 i 6.

WAŻNE!

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów/zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniej daty odpowiedzi.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, t.j. ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w Załączniku nr 1a) do Formularza Oferty – Parametry techniczne - PAKIET NR 6 – Przewoźny aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy PZP **zmodyfikowany Załącznik nr 1a do Formularza Oferty – Parametry techniczne - PAKIET NR 6 – Przewoźny aparat RTG z ramieniem C – 1 szt. Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 24.08.2023 r. godz. 09.00.


Nowy termin otwarcia ofert: 24.08.2023 r. godz. 10.00.

Nowy termin związania ofertą: do 21.11.2023 r.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu **10.08.2023 r.** przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW


mgr Anna Pietrzyk