

DZP-419.2024.WO

Szczecin, dnia 28.11.2024 r.

## ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

### ZMIANA TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, sygn. DZP-240/47/TP2/2024.*

**Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniła treść zapytań o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych? Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych a także regulacji, kalibracji oraz wzorcowania w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji.

#### Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### Pytanie nr 11

*(dotyczy części 2)*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie wirówki z możliwością wyposażenia rotora w adaptery umożliwiające wirowanie płytek MTP (20 sztuk)/DWP (8 sztuk)/ PCR i spełniającym wszystkie pozostałe wymagania i parametry? Wirówka, którą zamierza zaoferować Wykonawca posiada możliwość wirowania 24 sztuk płytek MTP ale w innym rotorze i z innymi adapterami niż wymagane.

#### Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### Pytanie nr 12

*(dotyczy części 1)*

Pytanie do pakietu komory laminarne

Czy Zamawiający wykreśli podpunkt do komory PCR "szyba pochylona o 8 stopni" ? Pochylenie szyby przedniej jest stosowane w komorach drugiej klasy, natomiast komory PCR mają szybę pod kątem prostym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **wyraża zgodę**.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 w następujący sposób:

• **w pkt. III - Komora PCR**

wykreśla się dotychczasowy wiersz 18.

W konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający aktualizuje numerację wierszy w tabeli, w ten sposób, że dotychczasowy wiersz nr 19 otrzymuje nr 18, itd.

Zamawiający w powyższym zakresie zmienił i publikuje na stronie prowadzonego postępowania Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.

W imieniu Zamawiającego

Sporządziła: Wioletta Orzechowska