



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 350 /07/2023

Chrzanów, 24.07.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na Dostawę sprzętu do diagnostyki raka płuc dla dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 84/2023 **Odpowiedzi na zapytania**

PAKIET 1

BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY – 1 szt.

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wideoendoskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści pełną kompatybilność z oferowanym procesorem ultrasonograficznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza „pełną kompatybilność z oferowanym procesorem ultrasonograficznym” pod warunkiem, że oferowany procesor ultrasonograficzny ma pełną kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu serii: CV-1500.

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki wziernika 6,7 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy o średnicy 2,0 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia góra 130 stopni, dół 90 stopni?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści długość sondy 610 mm?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest optyka skośna 10 stopni?

Odp.: Tak.

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – ENDOSKOPOWY – 1 szt.

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści współpracę z oferowanymi endoskopami?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 15



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czy Zamawiający dopuści współpracę z oferowanym procesorem obrazu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści tryby skanowania: B-Mode, M-Mode, PD, PW, THI, CH, F-Flow?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie napędu mechanicznego do wyspecyfikowanych minisond?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość obrazowania 2D dla głowic mechanicznych?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści po jednym gnieździe do każdego procesora?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści zapis: Dostępne częstotliwości obrazowania 5 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści 500 dla głowic elektronicznych i 200 dla głowic mechanicznych?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wyjścia: HD-SDI, Y/C, Composite, DVI, 2 x DVI, 2 x HD-SDI?

Odp.: Tak.

Ultra cienka sonda USG – 1 szt.

Dot. pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści współpracę z oferowaną centralą oraz napędem mechanicznym do minisond?

Odp.: Zamawiający dopuszcza „współpracę z oferowaną centralą oraz napędem mechanicznym do minisond” pod warunkiem, że oferowany sprzęt ma pełną kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu serii: CV-1500.

Sonda USG – 1 szt.

Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki sondy 1,4 mm?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 2150 mm?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści współpracę z oferowaną centralą oraz napędem mechanicznym do minisond?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza „współpracę z oferowaną centralą oraz napędem mechanicznym do minsond” pod warunkiem, że oferowany sprzęt ma pełną kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu serii: CV-1500.

Pakiet 2

BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY WIDEOBRONCHOSKOP ZABIEGOWO – DIAGNOSTYCZNY – 1 szt. (Zgodnie z pismem z dnia 05.07.2023 Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w zapisach AIT pakiet 2 – załączony został nowy AIT). Pakiet 2 obejmuje 2 różne wideobronchoskopy opisane w AIT)

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wideoendoskop kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści pełną kompatybilność z oferowanym procesorem ultrasonograficznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza „pełną kompatybilność z oferowanym procesorem ultrasonograficznym” pod warunkiem, że oferowany procesor ultrasonograficzny ma pełną kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu serii: CV-1500.

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki wziernika 6,7 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy o średnicy 2,0 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia góra 130 stopni, dół 90 stopni?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści długość sondy 610 mm?

Odp.: Tak.

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest optyka skośna 10 stopni?

Odp.: W poprawionym AIT brak tego punktu.

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość skanowania: 5 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz?

Odp.: W poprawionym AIT brak tego punktu.

WIDEOBRONCHOSKOP ZABIEGOWO – DIAGNOSTYCZNY – 1 szt.

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika 6,3 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści 2 programowalne przyciski endoskopowe?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop bez rotacji?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wodoodporne zabezpieczenie złącza elektrycznego endoskopu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dot. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści zapis obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

UWAGA!!!

W związku z art. 135 ust.3 ustawy PZP, Zamawiający **przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

Stosowne Ogłoszenie zostało wysłane do TED. Nowy termin składania i otwarcia ofert podany zostanie po opublikowaniu Ogłoszenia.

Z poważaniem

