



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 50**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1779 / 2907 / 24**

**Data: 22.08.2024 r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 83 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 83

Czy zamawiający dopuści?

Poz. 1 Jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z możliwością wykonania biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1.8mm, 2,3mm, 2,8mm; długość 120, 180 i 230 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 83 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 83

Czy zamawiający dopuści?

Poz. 2 Jednorazowe pętłe do polipektomii jednorazowego użycia z możliwością cięcia z użyciem koagulacji wykonana plecionego drutu. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ; średnica pętli 10, 15, 20,24,36 mm lub bez użycia koagulacji średnica pętli 10,15 mm długość robocza 230 cm; do kanału roboczego 2.8 mm, 3,2 mm; kształt owalny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 83 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 83

Czy zamawiający dopuści?

Poz. 4 Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki w pełni obrotowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm. Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki w pełni obrotowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

ZARZĄD:  
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska



REGON 510996861  
NIP 848-16-30-309

Rejestr podmiotów  
wykonujących działalność  
lecniczą nr 000000015229

Kapitał zakładowy  
21.641.000,00 PLN

