



Poznań, dnia 04.11.2021r.

Dz. Z. P. 29/21

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu do wyposażenia
Banku Mleka Kobięcego do G-PSK UM w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 1

Dotyczy Załącznik Nr 1 do SWZ Część nr 1 - Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 70 sztuk

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 poz. nr 2 Laktator – wersja przenośna - 15 sztuk do oddzielnego pakietu, umożliwi to złożenie oferty większej ilości wykonawców?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w części nr 1 poz. nr 2 Laktator – wersja przenośna - 15 sztuk o poniższych parametrach:

- rytm pracy naśladujący rytm ssania dziecka - 4 programy w trybie inicjacji; 9 programów w trybie odciągania właściwego
- płynna regulacja siły ssania, podciśnienia od 37 do 255 mmHg
- szybkość pracy w zakresie od 30 do 60 cpm
- laktator nie posiadający pracy ciągłej – 24h/dobę
- głośność pracy laktatora do 60 dB
- laktator na dwie piersi nie posiadający podstawek do butelek ani uchwytów

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw nr 2

Pytania do warunków umowy dla wszystkich części.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki lub awarii w ciągu od 3 do 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku niemożności dochowania terminu naprawy lub usterki zgodnie z §7 ust. 8, bądź wydłużenie okresu naprawy do 21 dni roboczych, który nie będzie skutkowało dostarczeniem sprzętu zastępczego ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści 5-cio letni okres zabezpieczenia w części zamiennej po upływie okresu objętego gwarancją?



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie następujących kar umownych zgodnie z § 9 - na następujące warunki?

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki,
- b. za odstąpienie od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,
- c. za odstąpienie od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 5 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,
- d. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 w wysokości 0,05 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki,
- e. za niewykonanie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 9 w wysokości 0,1 % wartości brutto urządzenia oddanego do naprawy.?

Odp. Ad. 4. ppkt. a-e - Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 30% wartości umowy ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 09.12.2021r w związku z bardzo krótkim terminem realizacji oraz koniecznością sprowadzenia urządzeń z zagranicy ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 1 – Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego 70 sztuk

Poz. 1 Laktator – wersja jezdna 55 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści elektryczny laktator klasy szpitalnej zapewniający separację mediów bez wyświetlacza LCD? Oferujemy laktator z podwójną regulacją- urządzenie posiada znacznie więcej opcji ustawień niż inne laktatory szpitalne. Regulacja siły ssania - zapewnia przyjazne mamom działanie, regulacja szybkości ssania umożliwia efektywne odciąganie pokarmu. Oddzielne pokręta z graficznymi symbolami siły ssania oraz szybkości ssania sprawdzają się przy dopasowaniu indywidualnych ustawień dając możliwość wielu ustawień pracy laktatora, oraz zapewniając każdej mamie odpowiednią efektywność odciągania pokarmu. Prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionego sprzętu medycznego celem zaproponowania atrakcyjnej oferty. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający precyzyjnie opisał przedmiot zamówienia, kierując się swoimi uzasadnionymi potrzebami.

2. Czy Zamawiający dopuści laktator klasy szpitalnej cichy, o poziomie hałasu 60dB?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści laktator z regulacją podciśnienia umożliwiającą zmianę siły ssania co 1-5 mmHg w zakresie 30-250 mmHg, oraz szybkością pracy w zakresie od 30 do 60cpm? Dzięki czemu mama uzyskuje najbardziej efektywne i komfortowe odciąganie pokarmu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści laktator z wózkiem jezdny? Laktator posiada dwa wbudowane uchwyty, które służą jako podstawki do butelek lub woreczków do odciągania mleka.



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 2 Laktator – wersja przenośna 15 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści elektryczny laktator klasy szpitalnej zapewniający separację mediów bez wyświetlacza LCD? Oferujemy laktator z podwójną regulacją- urządzenie posiada znacznie więcej opcji ustawień niż inne laktatory szpitalne. Regulacja siły ssania - zapewnia przyjazne mamom działanie, regulacja szybkości ssania umożliwia efektywne odciąganie pokarmu. Oddzielne pokręta z graficznymi symbolami siły ssania oraz szybkości ssania sprawdzają się przy dopasowaniu indywidualnych ustawień dając możliwość wielu ustawień pracy laktatora, oraz zapewniając każdej mamie odpowiednią efektywność odciągania pokarmu. Prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionego sprzętu medycznego celem zaproponowania atrakcyjnej oferty. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający precyzyjnie opisał przedmiot zamówienia, kierując się swoimi uzasadnionymi potrzebami.

2. Czy Zamawiający dopuści laktator z regulacją podciśnienia umożliwiającą zmianę siły ssania co 1-5 mmHg w zakresie 30-250 mmHg, oraz szybkością pracy w zakresie od 30 do 60cpm? Dzięki czemu mama uzyskuje najbardziej efektywne i komfortowe odciąganie pokarmu

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści laktator klasy szpitalnej cichy, o poziomie hałasu 60dB?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 2 – Pasteryzator mleka kobiecego z systemem rejestracji temperatury przez cały cykl; Podgrzewacz do butelek i strzykawk; Zmywarka z funkcją wyparzania.

Poz. 2: Podgrzewacz do butelek I strzykawk – 2 szt

1. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz z wyświetlaczem LED z panelem sterowania 3 cyfrową rozdzielczością 0,1 stopnia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz z wymaganym przez Zamawiającego zakresem temperatury, ale z nastawą temperatury co 0,5 ° C?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 3: Zmywarka z funkcją wyparzania – 1 szt

1. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o wysokości wynoszącej 850 mm, spełniającą pozostałe wymagane wymiary zewnętrzne ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 3 - Łoża / komora laminarna; Analizator składu mleka wraz z sonikatorem.

Poz. Nr 2: Analizator Składu Mleka wraz z sonikatorem – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka bez możliwości oznaczanie odtuszczonej masy ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka o temperaturze próbki od +35 °C do + 40°C ?



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka bez określenia dokładności analitycznej wynoszącej $<0,1\%$, zaś z określeniem przez Producenta następujących parametrów określających wydajność pomiaru:
- **Powtarzalność pomiaru (CV):**
Tłuszcz, surowe białko, właściwe białko $\leq 5\%$ w stężeniu $< 1\text{ g/ml}$
 $\leq 3\%$ przy stężeniu $> 1\text{ g/m}$,
Węglowodany, sucha masa ogółem, energia $\leq 3\%$
Precyzja: Tłuszcz, białko surowe, białko właściwe, sucha masa, energia $\pm 10\%$, węglowodany $\pm 13\%$?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka o wymiarach: (wys. x szer x dł.) $9 \times 26 \times 31\text{ cm}$?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 4 - Lodówka do przechowywania odcigniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury (boks termostatyczny); Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna.

Poz. Nr 2: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 szt

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając w opisie pozycji nr 2 chłodziarko-zamrażarkę, a w tabelce zawierającej parametry techniczne – analizator składu mleka ? Jednocześnie bardzo proszę o doprecyzowanie rodzaju urządzenia wymaganego w poz. 2 gdyż parametry techniczne jednoznacznie wskazują na rodzaj urządzenia jakim jest zamrażarka laboratoryjna zaś opis części sugeruje, że Zamawiający zamierza nabyć chłodziarko-zamrażarkę.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że popełnił omyłkę pisarską używając w tabelce nazwę – analizator składu mleka. Zgodnie z nazwą części nr 4 i nazwą części nr 4 poz. Nr 2, oczywiście zamawiający wymaga chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej o parametrach wskazanych w tabeli.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia ? Urządzenie jest proste w obsłudze, wraz z dostawą dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. Nr 1: Boks termostatyczny – 2 szt

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia ? Urządzenie jest proste w obsłudze, wraz z dostawą dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.