

Łódź 22 października 2021

**Wykonawcy**

**ZP/90/2021**

Sygnatura: ZP/90/2021

Sprawa: **Dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” zadania „Trauma Room” w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1**

##### **Pakiet I Opatrunek wentylowany-200 szt.**

Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw spowodowane pandemią Covid prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości dostawy w pakiecie nr 1 opatrunka wentylowego jednorazowego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikował załącznik.*

#### **Pytanie 2**

##### **Pakiet III Koc wojskowy-60 szt.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie III koca wełnianego z szarą lamówką?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie koca wełnianego z szarą lamówką*

#### **Pytanie 3**

##### **Pakiet IV Elektrody EKG- 40 szt.**

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wycena ma być za opakowanie czy za sztukę?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zamówienie jest na 40 opakowań elektrod (każde po 50 sztuk)*

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet V Rurka krtaniowa z portem – 100 szt.**

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności rozmiar „2” zamiast „2,5” oraz rozmiar „4” zamiast „5”, wskutek czego Wykonawca mógłby zaoferować niższą cenę

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet V Rurka nosowo-gardłowa – 200 szt.**

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności rozmiar „3” zamiast „3,5” oraz rozmiar „7” zamiast „6,5” wskutek czego Wykonawca mógłby zaoferować niższą cenę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 6**

##### **DOTYCZY: SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy z 4 do 6 tygodni jako parametru punktowanego 0 pkt? Sytuacja spowodowana na świecie pandemią COVID-19 doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw wielu surowców. Wpływa to na terminy produkcji oraz dostaw zarówno sprzętu medycznego, jak i innych produktów np. jednorazowego użytku. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego pytania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i informuje o zmianie dokumentu SWZ i załączników.

#### **Pytanie 7**

##### **Pakiet I – Stazy taktyczne CAT-4 szt.**

Czy Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej i życzy sobie czterech staz treningowych CAT i 50 staz taktycznych klinicznych? W dwóch opisach jest „Staza taktyczna CAT treningowa” raz w ilości 4, a raz w ilości 5 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wymaga 4 sztuki.

#### **Pytanie 8**

##### **Pakiet III - Opatrunek hemostatyczny ( gaza)-200 szt.**

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na gazę hemostatyczną Chitgauze XR PRO w opakowaniu o kolorze brązowo-czarnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis.

#### **Pytanie 9**

##### **Pakiet III – IPMED-12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiety IPMED w kamuflażu WZ.93 i mocowanych wyłącznie do pasa lub kamizelki taktycznej? Wojsko Polskie zrezygnowało z paneli udowych i wszystkie IPMEDy mają wyłącznie panele do mocowania na pasie, kamizelce lub plecaku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis.

#### **Pytanie 10**

##### **Pakiet III - IPMED**

Czy Zamawiający wymaga opakowań IPMED z zgodnych w wytycznymi Zarządu Wojskowej Służby zdrowia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wymaga aby opakowania IPMED były zgodne w wytycznymi Zarządu Wojskowej Służby zdrowia?

#### **Pytanie 11**

##### **Pakiet III - IPMED**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiety IPMED mocowanych wyłącznie do pasa lub kamizelki taktycznej? Wojsko Polskie zrezygnowało z paneli udowych i wszystkie IPMEDy mają wyłącznie panele do mocowania na pasie, kamizelce lub plecaku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis

#### **Pytanie 12**

##### **DOTYCZY: PAKIET III – koc wojskowy**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na wysokiej jakości koce wojskowe składające się z wełny w 70%, lecz posiadające ognioodporność zgodną normą ASTM D-415192 i wymiary 140 x 230 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje wykonawców o wprowadzeniu zmian poniższych terminów:

Składania ofert – z dnia 25.10.2021 godz. 09:00 na dzień 02.11.2021 godz. 09:00

Otwarcia ofert – z dnia 25.10.2021 godz. 09:15 na dzień 02.11.2021 godz. 09:15

Z-ca Dyrektora  
Biura Obsługi i Realizacji  
Zamówień Publicznych