

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t „**Modernizacja rezonansu magnetycznego**” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz.

Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

### **Pytanie 1**

Czy poprzez integrację całości systemu MR z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką automatyczną Zamawiający rozumie sprawdzenie poprawności działania wstrzykiwacza po wykonaniu modernizacji systemu i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia?

### **Odpowiedź**

Urządzenie jest sprawne. Przedmiot zamówienia obejmuje zintegrowanie wstrzykiwacza do pracy z rezonansem po wykonaniu modernizacji. Układ wstrzykiwacz - rezonans winien działać poprawnie.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści zastaw rejestrowy na sprzęcie jako zabezpieczenie płatności ratalnej? Jest to najbardziej wygodna forma zabezpieczenia dla Zamawiającego nie mająca wpływu na korzystanie z przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje zastawu jako zabezpieczenia płatności.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści weksel in blanco jako zabezpieczenie płatności ratalnej?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje weksla in blanco jako zabezpieczenia płatności.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści finansowanie oparte na zmiennej bazowej stopie WIBOR 3M? (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 5**

Ze względu na wydłużony okres spłaty, właściwym i umożliwiającym zaoferowanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ jest wprowadzenie zabezpieczenia w postaci poręczenia Organu Założycielskiego. (...) W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego i umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści cesję wierzytelności dla instytucji finansowej? (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 7**

Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści poniższych pytań, a co za tym idzie konieczność oczekiwania i uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 11 grudnia 2019 r., godz. 12:00 w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert do proponowanego terminu.

### **Pytanie 8**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z SIWZ (Rozdział III, pkt 2) kodu CPV 66 11 30 00 – 5, wskazującego, iż przedmiotem zamówienia są usługi udzielania kredytu i zastąpienie go lub dodanie odpowiednich kodów CPV dotyczących świadczenia usług finansowych (np. kod CPV 66 00 00 00 - 0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe). W SIWZ zostały opisane warunki sprzedaży ratalnej, a to nie jest to samo co usługa udzielenia kredytu, są to dwie odrębne usługi. Ponieważ Zamawiający nie postawił warunków udziału w

postępowaniu, ograniczających krąg Wykonawców tylko do podmiotów świadczących usługi kredytowe tj. Banków i innych podmiotów, działających w ramach ustawy Prawo Bankowe, do postępowania dopuszczone zostały więc również instytucje finansowe, które mogą świadczyć usługi finansowe (w tym sprzedaż na raty), nie mogą jednak udzielać kredytów. (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający podziela zdanie wnioskującego, że usługi sprzedaży ratalnej nie są tożsame z udzielaniem kredytu, nie mniej jednak sprzedaż ratalna jest specyficzną formą kredytowania. Wskazany kod 66 00 00 00 -0 jest kodem Działu klasyfikacji, natomiast kod wskazany przez Zamawiającego jest kodem Kategorii tego Działu. Klasyfikacja CPV niestety nie zawiera usług sprzedaży ratalnej. Przyjętą praktyką w takich wypadkach jest wskazywanie kodu najbliższego co do zakresu przedmiotowi zamówienia.

**Pytanie 9**

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod sformułowaniem zawartym w Rozdziale III, pkt 5 SIWZ, wskazującym, iż w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest m.in. do ponoszenia kosztów wymiany niezbędnych elementów. Prosimy o potwierdzenie, iż należy rozumieć, że Zamawiający ma w tym przypadku na myśli elementy wadliwe, a nie elementy zużywalne, których wymiana nie jest objęta gwarancją.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga wymiany wszystkich elementów, w tym zużywalnych.

**Pytanie 10**

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

**Pytanie 11**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

**Pytanie 12**

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

**Pytanie 13**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

**Pytanie 14**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź Rozdziale którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 15**

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaze weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy weksel wraz z deklaracją wekslową.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 16**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu dot. możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź Rozdziale którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. W przypadku zgody na powyższe prosimy o modyfikację zapisu zawartego w § 5 ust. 3 umowy, zdanie drugie oraz rozdziale IV pkt 5 SIWZ na następujący : „Raty (60 rat) winne być niezmiennie przez okres 60 miesięcy i jednakowej wartości, za wyjątkiem ostatniej raty, która w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty może mieć charakter wyrównawczy i być nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 18**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wyodrębniona w formularzu ofertowym pozycja: „koszt brutto rozłożenia płatności na raty ..... „, oznacza koszt finansowania płatności ratalnej. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wyodrębnienie pozycji „koszt finansowania również w § 5 ust. 1 umowy, poprzez dodanie po pierwszym zdaniu sformułowania: „, w tym koszt finansowania w wysokości ..... zł. brutto”. (...)

### **Odpowiedź**

Wyodrębniona w formularzu ofertowym pozycja: „koszt brutto rozłożenia płatności na raty ..... „, oznacza koszt finansowania płatności ratalnej. Natomiast zmiana wskazanego zapisu umowy jest bezzasadna, gdyż Formularz ofertowy jest integralną częścią umowy.

### **Pytanie 19**

W celu umożliwienia dokonania prawidłowej kalkulacji ceny oferty prosimy o sprecyzowanie informacji na temat terminów płatności rat oraz zmianę zapisu zawartego w § 5 ust. 3 wzoru umowy dotyczącego terminu płatności kolejnych rat następujących po I racie na: „kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający dokonał proponowanej zmiany we wzorze umowy.

### **Pytanie 20**

Prosimy o zmianę zapisu zawartego w Rozdziale V pkt 9 SIWZ poprzez wykreślenie drugiej Rozdziale zdania o treści: „za wyjątkiem dostawy i montażu elementów rezonansu” i dopuszczenie realizacji zamówienia w tym zakresie przez podwykonawców. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 21**

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VI pkt 3.1 a) SIWZ, poprzez nadanie mu następującej treści: „Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę lub modernizację rezonansu magnetycznego wraz z uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto” lub „Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dostawy lub modernizacje sprzętu do diagnostyki obrazowej wraz z uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda”.(...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 22**

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności

technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VI pkt 3.1 b) SIWZ, poprzez jego wykreślenie. (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 23**

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w Rozdziale VI pkt 3.2 SIWZ, poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej do kwoty 4.000.000, 00 zł.” (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 24**

Prosimy o skorygowanie zapisu, zawartego w Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, dotyczącego punktacji jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium cena – Zamawiający wpisał, że w powyższym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 pkt, tymczasem z matematycznego wyliczenia wynika, iż maksymalna ilość punktów w kryterium cena to 80 pkt. Prosimy o poprawienie błędu

**Odpowiedź**

Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską.

**Pytanie 25**

Prosimy o skorygowanie zapisu, zawartego w Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, dotyczącego punktacji jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium okresu gwarancji – Zamawiający wskazuje, że za okres gwarancji równy 36 miesięcy lub dłuższy Wykonawca otrzyma „20” punktów. Tymczasem na wstępie określono, że maksymalną ilością punktów przyznawaną w ramach tej kategorii jest 10 punktów. Taka wartość wynika także z prawidłowego rachunku matematycznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską.

**Pytanie 26**

Prosimy o wyjaśnienie, o jakie dokumenty chodzi zamawiającemu w Rozdziale XIII pkt 3 SIWZ, zamawiający powołuje się na dokumenty wskazane w Rozdz. V pkt 4 SIWZ, tymczasem wskazany punkt brzmi: „Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy”. Prosimy o wskazanie właściwego odnośnika.

**Odpowiedź**

Dokumenty, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego określone są w Rozdziale VI pkt 4 siwz. Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską.

**Pytanie 27**

Prosimy o wykreślenie w całości pkt 4.1 w Rozdziale XV SIWZ. Podkreślamy, iż jedną z kluczowych zasad obowiązujących w naszym systemie prawnym jest zasada swobody umów, umożliwiająca kształtowanie stosunku umownego zgodnie z wolą jego stron. Wymaganie przez zamawiającego zamieszczenia w umowie konsorcjum konkretnych zapisów stanowi więc niedozwolone naruszenie przepisów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 28**

Prosimy o nadanie prawidłowej numeracji w treści rozdziału XV SIWZ. Po punkcie 3 następuje punkt 5 po czym numeracja wraca do punktu 4.

**Odpowiedź**

Punkt "3" i wpisany po nim błędnie punkt "5" stanowią jeden zapis określony jako pkt "3". Kolejność następujących punktów jest prawidłowa. Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską.

**Pytanie 29**

Prosimy o usunięcie z treści rozdziału XV SIWZ pkt 5 (drugi – dotyczący podwykonawców). Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa a nie roboty budowlane, zatem Zamawiający nie może wnikać w stosunki i postanowienia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. W przypadku przedmiotowego postępowania stosowanie zapisów o konieczności przedkładania umów w zakresie podwykonawstwa nie znajduje uzasadnienia. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zapisy są charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na roboty budowlane a przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy (...).

### **Odpowiedź**

Zamawiający ma świadomość, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, dlatego też nie narzuca wykonawcy innych obowiązków, a w szczególności określonych w art. 143a ÷ 143d ustawy pzp.

### **Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

### **Odpowiedź**

Zamawiający aktualnie nie przewiduje takiego rozwiązania.

### **Pytanie 31**

Prosimy o dokładne określenie terminu w jakim Zamawiający może wystosować do Wykonawcy żądanie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy. Zapis „na każde jego żądanie i w każdym czasie” jest zbyt restrykcyjny, w naszej ocenie wystarczające jest jednorazowe przedłożenie (a nie na każde wezwanie) dokumentów w ustalonym uprzednio czasie (Wykonawca nie jest w stanie zobowiązać się do okazania dokumentów w każdym czasie – to pojęcie jest niedookreślone), proponujemy zmianę na „na wezwanie Zamawiającego zawierające określenie terminu w jakim należy dostarczyć dokumenty”.

### **Odpowiedź**

Sformułowanie "na każde jego żądanie i w każdym czasie" jest zdaniem Zamawiającego bardzo jednoznaczne. Nie powoduje też nadmiernych utrudnień po stronie Wykonawcy, gdyż dokumenty, o których mowa Wykonawca z pewnością posiada.

### **Pytanie 32**

Prosimy o skrócenie okresu w jakim zgodnie z § 2 ust. 6 wzoru umowy wykonawca ma zapewnić dostęp do części zamiennych rezonansu i stacji diagnostycznych oraz wsparcie informatyczne do 3 lat po upływie okresu gwarancji. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 33**

Prosimy o dodanie do §5 ust. 7 wzoru umowy zdania: „bez uprzedniej zgody Zamawiającego” przed fragmentem „- pod rygorem nieważności i bezskuteczności”. W ten sposób Zamawiający uzyska kontrolę nad ewentualnym obrotem wierzycelnościami, ale nie zablokuje to całkowicie ewentualnego zastosowania takiego rozwiązania.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 34**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia okresu rękojmi równego gwarancji i wykreślenia w związku z tym §6 ust. 4 wzoru umowy. (...)

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 35**

Prosimy o potwierdzenie, że przez pojęcie „Wykonawcy” w treści §6 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający rozumie także podmiot, który w imieniu Wykonawcy będzie wykonywał czynności serwisowe. Kierowanie roszczeń z gwarancji bezpośrednio do podmiotu, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi w tym zakresie, znacznie przyspieszy procedury związane z prawidłowym realizowaniem obowiązków gwarancyjnych.

### **Odpowiedź**

"Wykonawcą" jest wyłącznie podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę.

### **Pytanie 36**

Prosimy o modyfikację zapisów zawartych w §8 ust. 1 i 2 wzoru umowy poprzez dookreślenie, iż czas przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że e-mail (tel), w przypadku wysłania (wykonania) go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania (wykonania) go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. Prosimy również o wskazanie, iż trzydniowy termin na usunięcie zgłoszonej usterki liczony będzie w dniach roboczych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 37**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 9 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 38**

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie § 10 ust. 3 wzoru umowy, do obowiązujących przepisów prawa. Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje, że takie odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni, a nie miesiąca od dnia wystąpienia zmiany.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie ma obowiązku dokładnego cytowania zapisów ustawy. Zamawiający nie popełnia błędu, jeżeli zapis umowny nie jest sprzeczny z prawem, w tym z ustawą pzp. Taki "błąd" popełnia również Dziennik Urzędowy UE, gdyż w ogłoszeniu związanie ofertą jest określane w miesiącach, a nie jak mówi ustawa pzp - w dniach. Nawiasem mówiąc - zgodnie z art. 114 kodeksu cywilnego - "miesiąc liczy się za dni trzydzieści".

**Pytanie 39**

Prosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 z wzoru umowy. (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 40**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia),
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia),
- umowy najmu/dzierżawy lub inne dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektów, w których prowadzona jest podstawowa działalność podmiotu, jeśli nie jest prowadzona we własnych obiektach podmiotu,
- informacja o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie),
- upoważnienie do weryfikacji w bazie BIG,
- informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%).

**Odpowiedź**

Zdaniem Zamawiającego dokumenty stanowiące Załącznik nr 8 do siwz są wystarczające do podjęcia decyzji o ewentualnym przystąpieniu do postępowania.

**Pytanie 41**

Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz obowiązek zachowania zasady równowagi stron prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych: określonych w § 9 ust. 1 a) wzoru umowy z 0,1% na 0,05 % oraz określonej w § 9 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy z 10% na 5 %.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 42**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w § 9 ust.1 a) wzoru umowy, w taki sposób, aby były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. Utrzymanie Zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 43**

Prosimy o modyfikację treści §9 ust. 1 lit. b wzoru umowy i dodanie zdania „z wyłączeniem odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”. (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 44**

Prosimy o modyfikację treści rozdziału XV pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ i nadanie mu następującego brzmienia: „Wszelkie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy pokrywa Wykonawca”.

#### **Odpowiedź**

Wnioskującemu chodzi zapewne o Rozdz. XIV *Prace remontowe* - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### **Pytanie 45**

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do treści Rozdziału XV SIWZ oraz wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

- „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- zmiany sposobu/terminów płatności;
- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zmiany numeru konta bankowego;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych warunków umowy.

#### **Pytanie 46**

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zatrudnia powyżej 250 pracowników.

#### **Pytanie 47**

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

#### **Odpowiedź**

Proszę zapoznać się z Załącznikami nr 8 do siwz.

#### **Pytanie 48**

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: [http://\\*](http://*)

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 49 ÷ 52**

Pytania dotyczą propozycji zmian umowy związanych z Kodeksem Etycznym Grupy Kapitałowej Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany umowy. Przynależność do jakichkolwiek grup, korporacji, itp. jest wewnętrzną sprawą Wykonawcy.

**Pytanie 53**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 54**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 55**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej? (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy proponowanych zapisów.

**Pytanie 56**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy w zakresie urządzeń medycznych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 57**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelkie błędy i dysfunkcje oprogramowania czy wprowadzające usprawnienia, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna wskazany zakres za wystarczający.

**Pytanie 58**

Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku udostępnienia kodów serwisowych po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników technicznych zamawiającego.

Jednocześnie w przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej wraz z zachowaniem tajemnicy służbowej i poufności? (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymogu udostępnienia przez Wykonawcę kodów serwisowych.

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską aparatu i rekonstruktora MRI wyposażoną w jeden monitor o przekątnej 23" ? (...)

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 60**

Zamawiający w niniejszym punkcie /pkt IX.1./ wymaga „Rozbudowy posiadanej stacji diagnostycznej IntelliSpace IX do najnowszej wersji serwera aplikacji”.



Prosimy o potwierdzenie, że po rozbudowie systemu do wersji z serwerem aplikacji, posiadany sprzęt komputerowy stacji diagnostycznej IntelliSpace IX będzie wykorzystany przez Zamawiającego jako jedna z trzech stacji diagnostycznych w ramach rozbudowanego systemu (z licencją na trzech jednoczesnych użytkowników) w architekturze klient-serwer.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 61**

Zamawiający w niniejszym punkcie /pkt IX.2./ wymaga „możliwości wykorzystania licencji aplikacji klinicznych z aktualnie posiadanych stacji lekarskich”.

Prosimy o potwierdzenie, że po rozbudowie systemu do wersji z serwerem aplikacji, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanych i przeniesionych licencji aplikacji klinicznych do spełnienia wymogów określonych w punktach: X.1 – X.7, X.10, X.11, X.16 – X.24, XI.3 – XI.6.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 62**

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga „w okresie trwania gwarancji zapewnienia w cenie oferty wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek producenta dostarczonego oprogramowania”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga powyższego wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek (poprawki bezpieczeństwa, aktualizacje poprawiające błędy typu bugfix) w ramach dostarczonej w niniejszym postępowaniu wersji oprogramowania.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aktualizacji i poprawek producenta w dostarczonej wersji oprogramowania - rozumianych jako instalacja nowych rozwiązań eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje w dostarczonej wersji oprogramowania, wprowadzających usprawnienia - przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności oprogramowania.

**Pytanie 63**

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie które pozwoli na zalogowanie się do konta (bez uprawnień administracyjnych) z zablokowaną częścią funkcjonalności (przy użyciu konta lokalnego).

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 64**

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiającemu chodzi o takie same ikony we wszystkich modułach do oceny badań z różnych modalności.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 65**

Czy zamawiający zrezygnuje z tej opcji / dot. pkt XI.3.3./ na rzecz wyświetlenia wszystkich badań pacjenta po wyszukaniu go na serwerze PACS przez wbudowaną wyszukiwarkę a aplikacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 66**

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia świadectwo parowania wymagane jest jedynie w przypadku monitorów dla radiologii ogólnej – prosba o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź**

Zamawiający odstąpił od wskazanego wymogu.

**Pytanie 67**

Co zamawiający ma na myśli pisząc o komputerze PC /dot. pkt XI.6.– nie każde oprogramowanie jest kompatybilne z systemem MacOS a komputer PC również może być w niego wyposażony.

**Odpowiedź**

Zamawiający ma na myśli komputery PC z systemami Windows 7 lub nowszymi.

**Pytanie 68**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „integracja”? Czy chodzi o podłączenie strzykawki do nowego Rezonansu?

**Odpowiedź**

Jak Pytanie 1.

**Pytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w tym punkcie /pkt VI.2./ zapewnienia możliwości odłączania stołu lub blatu stołu, a nie zaoferowanie systemu transportowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 70**

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie w miejsce dwóch monitorów o przekątnej 19" jednego monitora panoramicznego o powierzchni min. 23"?

Takie rozwiązanie ma szereg zalet, przede wszystkim oferuje podobną powierzchnię roboczą, nieprzedzieloną obudowanymi monitorami, gwarantuje przez cały okres eksploatacji jednorodny obraz całego obszaru roboczego.

**Odpowiedź**

Jak Pytanie 59.

**Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania jedynie oprogramowania postprocessingowego do wymienionych w punkcie aplikacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią siwz i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji siwz w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 26 listopada 2019r.** - godziny pozostają bez zmian.