



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000  
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 13.08.2019 r.

**NZZ/41/P/19**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej.

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi

**Pytanie nr 1**

Grupa 7

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wymaga elektrod zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” – Grupa 7

**Pytanie nr 2**

Pytanie 1 do pakietu 1, poz. 1 i 6

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 1 pozycji 1 oraz 6 dzięki czemu będziemy mogli zaproponować produkt wysokiej jakości i co za tym idzie produkt, który przełoży się na znaczące oszczędności dla Szpitala.

Pozycja 1

Mamy do zaoferowania introducer transseptalny z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz przewodnikiem.

Koszulka zbrojona o różnych średnicach do wyboru – 8; 8,5; 10 F.

Dostępne są 4 rodzaje krzywizn oznaczone odpowiednio T0, T1, T2, T3.

**Długość koszulki :**

8 F: 60,62

8,5 F – 62

10 F – 60 cm

Długość dylatora dla wymaganych średnic 67 cm – zgodnie z SIWZ

Przewodnik PTFE dostępna wersja 0,032” 150/180 cm 3 mm krzywizna J

Poniżej zdjęcia produktu :





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pozycja 6**


Igły dostępne w 2 różnych krzywiznach, odpowiadające BRK i BRK1 oznaczone N0 i N1

Dostępne różne długości igieł : 71 i 89 cm

Igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ REKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA KORZYŚĆ

Dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Igła w rozmiarze 18 G



**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1 poz.4

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 1 pozycji 4 - koszulek transeptalnych sterowalnych. Pragniemy zaoferować produkt najwyższej jakości, od amerykańskiego producenta o parametrach opisanych poniżej.

Introducer sterowalny dwukierunkowy z zastawką

Koszulka w rozmiarze 8,5 F przy 3 krzywiznach do wyboru: 17 mm,

22 mm ,50 mm – kompatybilna z igłami o długości 89 cm.

Zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki.

Koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiającą łatwe wprowadzanie.

Technologia Flexsteer – koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania , przy zachowaniu optymalnej elastyczności.

Unikatowy system „Optimal sureseal ”minimalizujący utratę krwi.

Zagięcie 180 stopni.

Ergonomiczny uchwyt z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie.

Efektywna praca z przewodnikiem o rozmiarach 0,014- 0,038 ”.

Rozmiary koszulki 67 cm.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:



**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**Pytanie nr 4**

Pakiet 2 poz. 1,2 i 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o poniższych parametrach.

Pozycja 1

Introducer transseptalny z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz przewodnikiem. Koszulka zbrojona o różnych średnicach do wyboru – 8; 8,5; 10 F.

Dostępne są 4 rodzaje krzywizn oznaczone odpowiednio T0,T1,T2,T3.

**Długość koszulki :**

8 F: 60,62,80 cm


8,5 F – 62,80 cm

10 F – 60 cm

Długość dylatora dla wymaganych średnic 67 cm, 85 cm, dla 10 F 67 cm.

Przewodnik PTFE dostępna wersja 0,032'' 150/180 cm 3 mm krzywizna J

Poniżej zdjęcia produktu :





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

### Pozycja 2

Pragniemy zaoferować produkt najwyższej jakości, od amerykańskiego producenta o parametrach opisanych poniżej.

Introducer sterowalny dwukierunkowy z zastawką

Koszulka w rozmiarze 8,5 F przy 3 krzywiznach do wyboru: 17 mm,

22 mm oraz 50 mm – kompatybilna z igłami o długości 89 cm.

Zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiającą dokładne pozycjonowanie końcówki.

Koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiającą łatwe wprowadzanie.

Technologia Flexsteer – koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności.

Unikatowy system „Optimal sureseal” minimalizujący utratę krwi.

Zagięcie 180 stopni.

Ergonomiczny uchwyt z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie.

Efektywna praca z przewodnikiem o rozmiarach 0,014- 0,038 ”.

Rozmiar koszulki 67 cm.



### Pozycja 3

Igły dostępne w 2 różnych krzywiznach, odpowiadające BRK i BRK1 oznaczone N0 i N1

Dostępne różne długości igieł : 56,71 i 89 cm

Igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ REKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA KORZYŚĆ

Dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Igła w rozmiarze 18 G dla 71, 89 cm, 19 G dla 56 cm.



### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie nr 5**

Pakiet 3 dotyczy poz. 1 i 2

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie osobnego pakietu na pozycje 1 oraz 2 dzięki czemu będziemy mogli zaferować produkt najwyższej jakości.

Poniżej parametry do w/w pozycji:

**Pozycja 1**

Elektroda diagnostyczna 4 biegunowa o krzywiznach sterowalnych  
Dostępne średnice 5-7 F do wyboru  
Długość części wprowadzanej do układu 110 cm  
3 krzywizny do wyboru Zamawiającego  
Mechanizm sterowania pokrętłem  
Pierścienie platynowo – irydowe płaskie  
Ring 1mm , tip 2 mm  
Odległości między pierścieniami do wyboru :2mm, 5 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm.

**Pozycja 2**

Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa o krzywiznach sterowalnych  
Dostępne średnice 5-7 F  
Długość części wprowadzanej do układu 110 cm  
5 krzywizn, tym krzywizna przeznaczona specjalnie do zatoki wieńcowej  
Mechanizm sterowania pokrętłem  
Pierścienie platynowo-irydowe, płaskie  
Ring 1 mm, tip 2 mm  
Odległość między biegunami : 2mm, 2-5-2 mm, 5 mm, 2-8-2 mm.

Dla pozycji 1 i 2 kompatybilne kable w ilości 1 szt. na 10 elektrod.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 8 dotyczy poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczanie balonów do litotrypsji wewnątrznaczyniowej w naczyniach obwodowych kompatybilnych również z introducerem 7 F . Balony do średnicy 6.0 są kompatybilne z introducerem 6 F , natomiast średnice 6,5-7,0 są kompatybilne z introducerem 7 F. Dzięki temu Zamawiający będzie miał całą rozmiarówkę dostępnych na rynku balonów z emiterami do litotrypsji wewnątrznaczyniowej.

Pozostałe warunki SIWZ są spełnione.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 2 dotyczy pozycji 1 i 2

**Pozycja 1**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introduktora 10 F o długości 60 cm ( wymagane 60-65 oraz 77-82 cm) spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Dla koszulek 8 F i 8,5 F wszystkie warunki SIWZ pozostają spełnione.

**Pozycja 2**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introduktora o długości użytkowej 67 cm ( wymagane powyżej 70 cm) i krzywiznach 17,22,50 mm. Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

---

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy zapisów umowy**

W celu miarkowania kar umownych i zapewnienia równości stron umowy prosimy o modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 18 na:

„18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy.”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.