



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Katowice, dn. 08.02.2021r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatów RTG** Nr sprawy: ZP-20-147UN

W związku z informacją Wykonawcy o braku odpowiedzi na wszystkie pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r poz. 1086), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

- 1) Czy Wykonawca/Dostawca aparatów RTG ma przewidzieć jakiegokolwiek prace adaptacyjno-budowlane konieczne dla instalacji tychże aparatów? Jeżeli tak prosimy o ich wyspecyfikowanie. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r**
- 2) Prosimy o odpowiedź, czy Wykonawca/Dostawca aparatów RTG ma uwzględnić w swojej ofercie wykonanie projektów osłon stałych wraz z ich zatwierdzeniem w WSSE z siedzibą w Katowicach? **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r i udzielonymi odpowiedziami z dnia 03.02.2021r**
- 3) Czy Wykonawca/Dostawca aparatów RTG ma uwzględnić w swojej ofercie wykonanie jakiegokolwiek dokumentacji projektowej, jeżeli tak prosimy o jej wyspecyfikowanie. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r**
- 4) Czy Wykonawca/Dostawca aparatów RTG ma uwzględnić w swojej ofercie jakiegokolwiek demontaże obecnego sprzętu medycznego ? Jeżeli tak prosimy o jego wyspecyfikowanie **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r**
- 5) W celu zainstalowania przedmiotu umowy w docelowych pomieszczeniach, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże protokolarnie Dostawcy aparatów RTG pomieszczenia, przygotowane pod instalację dedykowanych aparatów RTG, zgodnie z przekazanymi przez Dostawcę wytycznymi technicznymi w terminie na 7 dni przed planowaną datą instalacji. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r i udzielonymi odpowiedziami z dnia 03.02.2021r**
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiednie warunki dla transportu i magazynowania aparatów RTG w Siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi producenta, do czasu ich instalacji. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r i udzielonymi odpowiedziami z dnia 03.02.2021r**
- 7) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiednia nośność stropów w miejscu zarówno magazynowania aparatów RTG oraz ich instalacji wraz z konstrukcjami nośnymi aparatów, instalacji zasilania, ochrony radiologicznej zgodnie z projektem w miejscu instalacji w Siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi producenta. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r i udzielonymi odpowiedziami z dnia 03.02.2021r**
- 8) Prosimy o potwierdzenie, że aparaty RTG zostaną przekazane na stan Zamawiającego w momencie ich dostawy do Siedziby Zamawiającego, w innym przypadku prosimy o zgodę na dostawę aparatów do ubezpieczonego magazynu Dostawcy i dostarczenie ich do Zamawiającego w momencie gotowości dedykowanych pomieszczeń, w których będą instalowane. **Aparaty zostaną przekazane na stan Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru.**
- 9) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział VII. „DETEKTOR STAŁY W UNIWERSALNEJ ŚCIANCE (stole typu telekomando) RTG” Parametry opisane w niniejszym rozdziale dotyczą lampy RTG zawieszenia sufitowego. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej nazwy rozdziału VII na: „VII. Lampa i kolimator w zawieszeniu sufitowym” **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 10) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział XI. „DETEKTOR BEZPRZEWODOWY” - pkt 13. „Detektor w petni

str. 1

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

kompatybilny z zaoferowanym aparatem kostno-płucnym i aparatem” oraz pkt 14. „Detektor w pełni kompatybilny z zaoferowanymi aparatami RTG kostno-płucnym oraz mobilnymi” W celu podniesienia funkcjonalności i umożliwienia Zamawiającemu przyszłą rozbudowę infrastruktury sprzętu RTG w tym swobodną wymianę detektorów RTG co znacznie ograniczy koszty użytkowania i serwisu prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany detektor był kompatybilny z innymi aparatami RTG (dopuszczonymi do użytkowania w RP) tj. minimum aparatem kostno-płucnym oraz aparatem mobilnym tego samego producenta co oferowany aparat ze skopią typu telekomando? **Odp.: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wszystkie swoje wymagania zawarł w treści SIWZ.**

- 11) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział XIV. „Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu” - Pkt 4. „W okresie gwarancji bezpłatne” Prosimy o wyjaśnienie znaczenia tego punktu, lub jego wykreślenie.
- 12) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział IV. „UNIWERSALNA ŚCIANKA (stół typu telekomando) RTG” Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu podniesienia komfortu pacjenta będzie wymagał dostarczenia materaca dedykowanego do badań kontrastowych z możliwością łatwego czyszczenia i dezynfekowania oraz wprowadzi dodatkowy wymóg do specyfikacji o przykładowym brzmieniu: „Materac dedykowany do badań kontrastowych z możliwością łatwego czyszczenia i dezynfekowania”? **Odp.: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wszystkie swoje wymagania zawarł w treści SIWZ.**
- 13) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział VIII. „ZAWIESZENIE SUFITOWE TELESKOPOWE Z LAMPĄ” - Pkt 4. „Zakres ruchu poprzecznego ≥ 300 cm” Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zakres ruchu poprzecznego zawieszenia sufitowego 149 cm ? Proponowane rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty Zamawiającego przez wykorzystanie obecnej konstrukcji sufitowej oraz uwzględni dostępną szerokość pomieszczenia. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- 14) Dotyczy Pakietu nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG telekomando ze skopią – 1 szt (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Rozdział XII. „KONSOLA TECHNIKA – AKWIZYCYJNA” - Pkt 31 „Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w Sali badań” Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu poprawy ergonomii urządzenia i łatwiejszego przeprowadzania badań kontrastowych będzie wymagał dodatkowej konsoli sterowania geometrią stołu telekomando na wózku wraz z opisanym wcześniej przyciskiem nożnym do wyzwalania fluoroskopii w sali badań? Proponowane rozwiązanie da możliwość sterowania geometrią stołu i zarządzanie badaniem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu badań. Rozwiązania dedykowane do badań kontrastowych zazwyczaj składają się z: dodatkowego przycisku nożnego do wyzwalania fluoroskopii, dodatkowej konsoli sterowania geometrią stołu i podstawowymi funkcjami fluoroskopii oraz wodoodpornej klawiatury z panelem dotykowym do zarządzania badaniem kontrastowym i do wprowadzania adnotacji w trakcie badania. Prosimy o rozważenie w tym punkcie wymogu bardziej wygodnego dla Zamawiającego o przykładowym brzmieniu: „Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań oraz dodatkowa konsola z ekranem dotykowym do sterowania geometrią stołu i podstawowymi funkcjami fluoroskopii wraz z dedykowaną wodoodporną klawiaturą z panelem dotykowym do zarządzania badaniem kontrastowym i do wprowadzania adnotacji w trakcie badania”. **Odp.: Zamawiający wszystkie swoje wymagania zawarł w treści SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.**
- 15) Dotyczy Pakietu nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat RTG kostno-płucny – 1szt (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Rozdział XI. „DETEKTOR BEZPRZEWODOWY” pkt 15. „Detektor w pełni kompatybilny z zaoferowanym telekomando (obraz z detektora może być wyświetlany na konsolach wskazanych aparatów)” oraz pkt 16. „Detektor w pełni kompatybilny z zaoferowanymi aparatami RTG telekomando oraz mobilnymi (obraz z detektora może być wyświetlany na konsolach wskazanych aparatów)” W celu podniesienia funkcjonalności i umożliwienia zamawiającemu przyszłą rozbudowę infrastruktury sprzętu RTG w tym swobodną wymianę detektorów RTG co znacznie ograniczy koszty użytkowania i serwisu prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga aby zaoferowany detektor był kompatybilny z innymi aparatami (dopuszczonymi do użytkowania w RP) tj. minimum aparatem ze skopią typu telekomando oraz aparatem mobilny tego samego producenta co oferowany aparat kostno-płucnym **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 16) Dotyczy Pakietu nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat przyłóżkowy RTG – 3 szt (Załącznik Nr 3 do SIWZ) Rozdział IV. „DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE MIN 35cm x 43cm” W celu podniesienia funkcjonalności i umożliwienia Zamawiającemu przyszłą rozbudowę infrastruktury sprzętu RTG w tym swobodną wymianę detektorów RTG co znacznie ograniczy koszty użytkowania i serwisu prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga aby zaoferowany detektor był kompatybilny z innymi aparatami (dopuszczonymi do użytkowania w RP) tj. minimum aparatem ze skopią typu telekomando oraz aparatem kostno-płucnym tego samego producenta co oferowany aparatem mobilny? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

- 17) Dotyczy Pakietu nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat przyłóżkowy RTG – 3 szt (Załącznik Nr 3 do SIWZ) Rozdział IV. „DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE MIN 35cm x 43cm” pkt 4. „Rozmiar pola aktywnego detektora, min. 34,4 cm x 42,4 cm” Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści detektor o rozmiarze pola aktywnego 34,48 cm x 42,12 cm? Tak niewielka różnica niecałych 3 mm nie ma wpływu na wartości kliniczne aparatu. Określony przez Zamawiającego wymóg uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- 18) Dotyczy terminu wykonania zamówienia – pkt IV ust. 1 SIWZ oraz §2 ust.1 projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. **Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 13.01.2021r**
- 19) Dotyczy projektu umowy - §4 (Załącznik nr 4 do SIWZ): Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. **Odp.: Kwestia siły wyższej wynika wprost z niemożliwości świadczenia z przyczyn całkowicie niezależnych od stron o charakterze nadzwyczajnym, nie dającym się przewidzieć wcześniej. Co do kwestii zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku w sposób precyzyjny regulują kwestie niemożliwości świadczenia i odstąpienia od umowy stąd też nie ma potrzeby dodatkowej regulacji w umowie.**
- 20) Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**
- 21) Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej? 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia

praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

- 22) Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nowym postanowieniem o następującej treści: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**
- 23) Dotyczy projektu umowy - §4 (Załącznik nr 4 do SIWZ): Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**
- 24) Dotyczy projektu umowy - §4 ust.1 (Załącznik nr 4 do SIWZ): Czy Zamawiający w paragrafie 4 ust. 1 wprowadzi naliczenie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, a nie całej wartości umowy brutto? Określona przez Zamawiającego wysokość kar jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do ewentualnej szkody, jaką mógłby ponieść Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa we wzorze umowy. Ponadto poszczególne części zamówienia realizowane są w sposób niezależny, a Zamawiający zagwarantował sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej w §4 ust.3. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**
- 25) Dotyczy projektu umowy - §6 ust.14 (Załącznik nr 4 do SIWZ): Prosimy o modyfikację postanowienia umownego poprzez wykreślenie zwrotu: „do wymiany artykułu na nowy” i wprowadzenie zwrotu: „do wymiany tego samego istotnego elementu/podzespołu na nowy”. Powszechną praktyką i standardem jest wymiana wadliwych podzespołów/elementów sprzętu. Wymiana całego systemu wiązałaby się z demontażem ścian, sufitu oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz instalacji, co jest niezasadne z punktu widzenia ekonomiczno – użytkowego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi treść §6 ust.14 po modyfikacji brzmiałaby następująco: „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany tego samego istotnego elementu/podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)” **Odp.: Zgodnie z treścią zapisu po zmianie.**
- 26) Dotyczy SIWZ – Rozdział VI, Pkt 9a oraz Pkt 10a. Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki - oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- 27) Nawiązując do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 76 z dnia 21.01.2021 r. „76) Dotyczy SIWZ §III punkt 2 Prosimy o dokładne wskazanie lokalizacji docelowej dla urządzeń opisanych w pakiecie 1 i 2 (adres pracowni, piętro na którym znajduje się pracownia). **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**” Zamawiający nie wskazał lokalizacji docelowej, dlatego też prosimy o jednoznaczną odpowiedź

ZP-20-147UN - aparaty RTG

i określenie, w którym dokładnie miejscu mają być zainstalowane aparaty RTG będące przedmiotem zamówienia. **Odp.: 18 stycznia 2021r odbyła się wizja lokalna, w której uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy zadającego pytanie. W trakcie wizji Zamawiający udostępnił wszystkim zainteresowanym pomieszczenia dotyczące lokalizacji aparatów RTG. Protokół z wizji jest udostępniony na platformie zakupowej.**

Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią SIWZ nie wyraża zgody na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, niż za pośrednictwem platformy zakupowej. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub /i osobisty w swojej siedzibie. Kontakt w sprawie przedmiotowego postępowania inny niż za pośrednictwem platformy zakupowej będzie potraktowany przez Zamawiającego jako naruszenie prawa .

Zamawiający ponownie wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

17.02.2021 r. godz.: 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz.:

17.02.2021 r. godz.: 10:30

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24