

Dreżdenko, dnia 15 listopada 2024 roku

**Do  
Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie**

**P3**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu endoskopowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2024

### **WYJAŚNIENIA**

**Pytanie 1**

**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy osłonki 1.8mm oraz długości szczotek 20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. do pytania 1**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 2**

**poz.13**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o średnicy cewnika 2.4mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 13 na klipsownicę o średnicy cewnika 2.4mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Z poważaniem

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.