



Słupsk, dnia 05.09.2023r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa materiałów do sterylizacji - nr postępowania 84/TP/2023

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 5 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę podkłado w w opakowaniu a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część 5 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część 5 pozycja 8-11 – Czy Zamawiający wyrazi dopuści kompresy o składzie 70% wiskoza, 30% poliester?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część 5 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści kompres z wkładem chłonnym 17x10cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'70szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 4)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'175szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'400szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'175szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8, poz. 8)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru zgodnego z SWZ w opakowaniu a'400szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Pytanie do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik 2 (Część 8)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku dopuszczenia innego sposobu konfekcjonowania i wyliczenia niepełnej ilości opakowań, ilości te powinny być zaokrąglone w górę (do pełnego opakowania) czy też powinno się pozostawić ułamkową ilość opakowania?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w tej sytuacji należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pytanie nr 14:

Część nr 1, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie jednostkowe polietylenowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7x7 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Część nr 1, poz. 4,6,7,8

Czy Zamawiający wezwie wykonawcę przed podpisaniem umowy do zaprezentowania próbki wyrobu celem potwierdzenia wszystkich parametrów opatrunku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

Część nr 1, poz. 6:

Obecnie Zamawiający kupuje tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30cmx30 cm? Czy Zamawiający dopuści tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30x30 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Część 2:

Czy Zamawiający dopuści torebki oraz rękawy, gdzie znak CE umieszczony jest na etykiecie i w rękawach na naklejce wewnątrz rolki. Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Część 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści tufery, różki, niejałowe pakowane a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Część 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny o wielkości wykroju 40 x 40 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Część 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny pakowany a'20 szt.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Część 5, poz. 4,11,12

Czy Zamawiający wezwie wykonawcę przed podpisaniem umowy do zaprezentowania próbki wyrobu celem potwierdzenia wszystkich parametrów opatrunku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak