



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.18.2023

Lębork, 18.09.2023 r.

ID postępowania:

ocds-148610-7fcb2e83-4182-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup i sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania badań immunobiochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunobiochemicznego**". Znak sprawy: ZP-PN/UE/18/23.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy pkt. 14 parametrów / funkcji wymaganych, Załącznik nr 4 do SWZ: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby elektrody wymieniane niezależnie od siebie były bezobsługowe tzn. nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)?

Odp. Zamawiający wymaga, aby elektrody nie wymagały uzupełniania płynów.

2. Dotyczy poz. 13 i 32 Odczynników do badań immunologicznych, Arkusz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 4 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w/w oznaczenia wykonywane były w części biochemicznej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy poz. 24 Odczynników do badań immunologicznych, Arkusz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 4 do SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego

Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwił zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwił zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.

4. Dotyczy poz. 17 Odczynników immunologicznych, Arkusz asortymentowo-cenowy, Załącznik nr 4 do SWZ: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp. Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej

5. Dotyczy §3 ust. 1 zd. 2 projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zobowiązuje się”? Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy. Nie jest uzasadnione obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za przypadek.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy §3 ust. 4 zd. 1 projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych m.in. etykiety i instrukcje używania wyrobów medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy mogą być wyrażone w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy §4 ust. 2 lit. e-g projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słowa „godzin” na „godzin w dni robocze” w § 4 ust. 2 lit g) projektu umowy. W § 4 ust. 2 lit e) projektu umowy Zamawiający wskazał, że chodzi o godziny w dni robocze („przystąpienie do

usunięcia usterki w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego.”). § 4 ust. 2 lit f) nie zawiera terminów określonych w godzinach.

8. Dotyczy §8 ust. 1 pkt 2) projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,5%”? Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym kary umowne za zwłokę powinny być wyliczane, jako procentowa wartość ułamkowa.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy §9 ust. 4 zd. 2 projektu umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą waloryzacji był wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS, wynoszący co najmniej 5% („w przypadku, gdy wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wyniesie co najmniej 5%”)? Zaproponowane zasady waloryzacji wskazują, że jej warunki mogą nie zaistnieć, co mogłoby stanowić obejście art. 439 ustawy Pzp, który wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Brak regulacji w umowie – Czy Zamawiający, jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparacie będącym przedmiotem zamówienia i do którego w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą, jako procesorem według wzoru wykonawcy (z dopuszczeniem możliwości negocjacji jej treści).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dotyczy tabeli Parametrów Ocenianych, PT1: Prosimy o uściślenie i potwierdzenie, że punkt 1 "Kalibracja i rekalkibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów" dotyczy analizatorów immunochemicznych?

Odp. Zamawiający potwierdza, że punkt 1 „Kalibracja i rekalkibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów” dotyczy analizatorów immunochemicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Arkuszu asortymentowo-cenowym, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.