

Nr sprawy: DSUIZP 252/MT/12/2019

Końskie 2019-07-31

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: Dz.U. 2019 /S 128 - 313002 ; data publikacji: 05/07/2019 i na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl),  
[https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_konskie](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie)  
oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

Dotyczy: Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
Angiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym kpl. 1**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. Dotyczy Załącznika nr 5. Pytanie do sekcji „H”  
Czy Zamawiający uzna warunki opisane w sekcji H **zestawienia wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametrów ocenianych**, za spełnione w przypadku zaoferowania angiografu realizującego dystrybucje I prezentacje obrazów w poniżej opisany sposób?

Zestaw 4 kolorowych monitorów medycznych ,w sali badan, o przekątnej min. 19” „flat” (TFT/LCD) umożliwiających wyświetlanie min. : angiografia (live, review), parametry hemodynamiki; prezentacja obrazów z innych urządzeń zewnętrznych, generujący zarówno analogowy, jak i cyfrowy sygnał wizyjny wraz z panelem umożliwiającym przyłączanie takich urządzeń w sali badań o odpowiedniej separacji galwanicznej. Sposób mocowania (umożliwiający regulację wysokości i kąta położenia monitorów) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.	Tak, podać	
---	------------	--

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Wykonawca składając ofertę i wypełniając załączniki - zobligowany jest uwzględnić powyższe odpowiedzi dodając oraz modyfikując i zaznaczając zmiany w pierwotnym tekście (w pozycjach których to dotyczy)**

**Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ**

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach <http://zoz-konskie.bip.org.pl/>  
oraz [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_konskie](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie)

Końskie 2019-07-31

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

sporządził: -Tomasz Milcarz