



Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na „Dostawę narzędzi ortopedycznych i neurochirurgicznych na blok operacyjny w NIGRiR”

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie informuję, iż wpłynęły pytania do Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 28-35 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji jak również modyfikuje załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania Wykonawców.

BYŁO:

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z jego wniesieniem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, tj. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca przekazać sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiającemu w stanie gotowym do użytku, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Przekazanie przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. m.in.: dostawy, transportu oraz opakowań, spoczywają na Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich okolicznościach dotyczących swojej sytuacji mających wpływ na wykonywanie umowy, a w szczególności o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej lub o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. faktów.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

JEST PO MODYFIKACJI:

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z jego wniesieniem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, tj. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca przekazać sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiającemu w stanie gotowym do użytku, w terminie nie dłuższym niż 42 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Przekazanie przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. m.in.: dostawy, transportu oraz opakowań, spoczywają na Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich okolicznościach dotyczących swojej sytuacji mających wpływ na wykonywanie umowy, a w szczególności o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej lub o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. faktów.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 42 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości +/- 10 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 7** pęsetę o długości 160 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 10** podważkę o długości 240 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 11** raspator o długości 17 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 12** pilnik o dł. 250 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 14** młotek HEATH 1000g, śr. główki 45 mm, dł. 200 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 20** kleszcze do cięcia drutu z przekładnią dl. 18 cm, utwardzone wkładki, szczęki zakrzywione, do drutu twardego śr. 1.5 mm, do drutu miękkiego śr. 2.0 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 2a (narzędzia ortopedyczne)

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 21** kleszcze do cięcia czołowe tj. jak na zdjęciu poglądowym ?



do drutu miękkiego max. 2,2 mm
do drutu twardego max 2,0 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w +/- 10 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dissektor o długości 245 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy zamawiający dopuści w poz. 7 Retraktor o długości 240 , reszta wymogów bez zmian. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 łyżkę kostną o nazwie własnej Simon ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 łyżkę kostną wygiętą owalną, dł. 250 mm, szer. 6,8 mm ?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 Kleszcze o długości 235 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego pod kątem 30 st.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego pod kątem 30 st.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie dissektora o dl. 250 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie dissektora o dl. 240 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie retraktora o dł. 240 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie łyżki kostnej bez nazwy własnej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie łyżki kostnej bez nazwy własnej, szer. 6 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 280 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 145 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie dissektora o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie podważki o dł. 240 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie pilnika o dł. 240 mm.

Pytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie raszpli o dł. 170 mm.

Pytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie młotka wadze 700g i dł. 180 mm.

Pytanie nr 30 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie kościotrzymacza o dł. 200 mm.

Pytanie nr 31 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.19 Prosimy o dopuszczenie łapy dla dorosłych ołowianej.

Pytanie nr 32 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczy do cięcia drutu twardego o śr. 1,7 mm.

Pytanie nr 33 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 215 mm lub kleszczy do drutu miękkiego o śr. 2,0 mm, twardego 1,5 mm, dł. 150 mm.


Pytanie nr 34 dotyczy Załącznika nr 2 (narzędzia neurochirurgicznych)

Prosimy wydłużenie terminu dostawy do 42 od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią Zaprośzenia do złożenia oferty wraz z załącznikami dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska

SPECJALISTA ds. FIZJOTERAPII RĘK I CZYŃCICH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Bogumiła Kalinowska