

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nasz znak: EZP/70/20/C

Poznań, 01 lipca 2020 roku

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: Usługa wykonania przeglądu technicznego oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego (własność Zamawiającego) dla wszystkich jednostek szpitala – 156 pakietów

I Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp w sposób jak poniżej:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie ma spełnić Wykonawca. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską polegającą na zmianie numeru załącznika:

Jest:

Załącznik nr 1

Zmieniono na:

Załącznik nr 2

2. Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie ma spełnić Wykonawca, pkt 2:

Jest:

2	Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą instrukcję serwisową producenta aparatury medycznej zawartych w pakietach, na które składa ofertę w języku polskim, angielskim lub niemieckim.	TAK	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego, <u>po podpisaniu umowy</u> .
---	---	-----	---

Zmieniono na:

2	Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą instrukcję serwisową producenta aparatury medycznej zawartych w pakietach, na które składa ofertę w języku polskim, angielskim lub niemieckim.	TAK	<u>Oświadczenie o posiadaniu instrukcji</u> Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego, <u>po podpisaniu umowy</u> .
---	---	-----	---



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

3. Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 45:

Jest:

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Ilość urządzeń	Numer seryjny	Producent	Rok prod.
1	Respirator transportowy	VR 1	1	1110266	Smiths Medical	2011
2	Respirator transportowy	VR1	1	1110264		

Zmieniono na:

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Ilość urządzeń	Numer seryjny	Producent	Rok prod.
1	Respirator transportowy	VR1	1	1110264		

4. Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 47:

Jest:

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Ilość urządzeń	Numer seryjny
1	Respirator transportowy	ParaPac P20DCE	1	0302444
2	Respirator transportowy	ParaPac 200D	1	1106342

Zmieniono na:

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Ilość urządzeń	Numer seryjny
1	Respirator transportowy	ParaPac 200D	1	1106342

5. Załącznik nr 9 do SIWZ, Wzór umowy, § 10, pkt 1):

Jest:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- 10% wartości niewykonanej lub nienależyście wykonanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

- b) 0,2% wartości niewykonanej lub nie należycie wykonanej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości zamówienia,
c) 0,2% wartości nienależycie wykonanej usługi w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania, nie więcej niż 10% wartości umowy.

Zmieniono na:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- a) 10% wartości **brutto** niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
b) 0,2% wartości **brutto** niewykonanej lub nie należycie wykonanej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości zamówienia,
c) 0,2% wartości **brutto** nienależycie wykonanej usługi w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania, nie więcej niż 10% wartości umowy.

6. Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie ma spełnić Wykonawca, pkt 14:

Jest:

14	Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w zakresie sprzętów, na które Wykonawca składa ofertę muszą być uprawnione do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1kV.	TAK	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego, <u>po podpisaniu umowy</u> .
----	--	-----	---

Zmieniono na:

14	Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w zakresie sprzętów, na które Wykonawca składa ofertę muszą być uprawnione do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1kV.	TAK	<u>Dokument z którego treści będzie wynikało posiadanie uprawnień.</u> Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego <u>po podpisaniu umowy</u> .
----	--	-----	--

7. Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 21:

Jest:

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Ilość urządzeń	Numer seryjny
1	Tor wizyjny		1	wg wykazu
	światłowód			A3295
	optyka O° 518ZA			801777
	insuflator			1504714
	kamera endoskopowa (sterownik + głowica)			P002557
	źródło światła			7012974
	monitor			6003796
2	Bronchofiberoskop		1	W101272
3	System EBUS- zestaw		1	wg wykazu
	Bronchoskop			1111169

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań

tel. centrala 61 854 90 00

tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72

e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

	ultrasonograficzny			
	Video			7102281
	Źródło światła			7110840
	Monitor LCD HDTV			7127633
	Wózek do zestawów endoskopowych			21108329
4	Zestaw wideogastroskopu		1	wg wykazu
	+ wideogastroskop			2804588
	+ Kolonoskop video			2802 380
	+ Monitor LCD 19"			7823899
	+ Procesor video			7811197
	+ Wózek do endoskopii			2823124
	+ Źródło światła			7801044
5	Źródło zimnego światła		1	7112972
6	Wideogastroskop		1	2518106
7	Wideogastroskop		1	2518123
8	Wideogastroskop		1	2517842
9	Zestaw Scopeguide		1	7422314
	Wideokolonoskop			2510146
	Wideokolonoskop			2510136
	Wideokolonoskop			2519848
10	Wideoduodenoskop		1	2506072
11	Wideoenteroskop		1	2522557
	Sterownik balonu enteroskopu OBCU do wideoenteroskopu			7412234
12	Wieża endoskopowa z wyposażeniem, w tym wideoprocesor		1	7500073
	Źródło światła			7558579
13	Wieża endoskopowa z wyposażeniem, w tym wideoprocesor		1	7500040
	Źródło światła			7558461

Zmieniono na:

Nazwa aparatu	Typ	S/N
Tor wizyjny	wg wykazu:	wg wykazu:
światłowód		A3295
optyka O° 518ZA		801777
insuflator		1504714
kamera endoskopowa (sterownik + głowica)	OTV-SC	P002557
źródło światła	CLV-S30	7012974
monitor	PVM-20N5E	6003796
Bronchofiberoskop	LF-TP	W101272
System EBUS- zestaw	zestaw	wg wykazu
Bronchoskop ultrasonograficzny	BF-UC180F	1111169
Video	CV-180	7102281

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Źródło światła	CV-180	7110840
Monitor LCD HDTV	OEV-261H	7127633
Wózek do zestawów endoskopowych	WM-NP1	21108329
Zestaw wideogastroskopu	wg wykazu	wg wykazu
+ wideogastroskop	GIFQ165	2804588
+ Kolonoskop video	CF-Q165L	2802 380
+ Monitor LCD 19"	OEV-191	7823899
+ Procesor video	CV-165	7811197
+ Wózek do endoskopii	WM-NP1	2823124
+ Źródło światła	CLE-165	7801044
Źródło zimnego światła	CLK-4	7112972
Wideogastroskop	GIF-HQ190	2518106
Wideogastroskop	GIF-HQ190	2518123
Wideogastroskop	GIF-HQ190	2517842
Zestaw Scopeguide		7422314
Wideokolonoskop	CF-HQ190L	2510146
Wideokolonoskop		2510136
Wideokolonoskop		2519848
Wideokolonoskop		2506072
Wideoduodenoskop	TJF-Q180V	2506072
Wideoenteroskop		2522557
Sterownik balonu enteroskopu OBCU do wideoenteroskopu	SIF-Q180	7412234
Wieża endoskopowa z wyposażeniem, w tym wideoprocesor	CV-190	7500073
Źródło światła	CLV-190	7558579
Wieża endoskopowa z wyposażeniem, w tym wideoprocesor	CV-190	7500040
Źródło światła	CLV-190	7558461

II Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Prosimy o wydzielenie poz. 2 tj. aparatu Acuson S2000 do oddzielnego pakietu.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że brak zgody na powyższe ogranicza konkurencję oraz uniemożliwia złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta. Nadto może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada odpowiednie certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów usg.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający chciałby dokonać przeglądu 3 monitorów do pomiarów hemodynamicznych (Platforma hemodynamiczna model EV1000A), znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, o następujących numerach seryjnych: EVD82201, EVD82149, EVD55422



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dla pakietu nr 134.

Uzasadnienie: Instrukcja serwisowa jest materiałem poufnym, stanowiącym tajemnicę producenta do której wgląd mają tylko autoryzowani pracownicy poprzez logowanie na stronie producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 4.

Czy dla pakietu nr 134 Zamawiający dopuści, by osoby wyznaczone do realizacji zamówienia nie posiadały uprawnień do 1kV? W przypadku sprzętu, którego dotyczy pakiet nie ma takiej potrzeby.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje poniższe warunki wykonania usługi dla pakietu nr 134:

Gwarancja:

- 30 dni na robociznę
- 3 miesiące na akcesoria
- 12 miesięcy na części zamienne

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego punktu dla pakietu nr 134.

Uzasadnienie: Obecna wersja oprogramowania sterującego urządzenia działa na platformie Windows 7. Spełnienie zapisu w obecnej postaci będzie oznaczać konieczność aktualizacji systemu operacyjnego do Windows 10 Professional, a co za tym idzie aktualizację oprogramowania sterującego urządzenia do najnowszej wersji (kompatybilnej z Windows 10). Wykonawca będzie musiał uwzględnić te koszty w wycenie serwisu, co spowoduje bardzo znaczący wzrost finalnej ceny oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 21.

Pytanie nr 7.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualnie obowiązującą instrukcję serwisową producenta aparatury medycznej i dostarczył ją na wezwanie Zamawiającego. Jest to dokumentacja niejawna producenta do której dostęp mają tylko autoryzowani serwisanci. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia instrukcji serwisowej dla pakietu nr 11?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę używającego testera sprzętu elektrycznego MEGGER PAT350-EU dla którego producent nie określił wymogu ponownej legalizacji i certyfikacji? Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Miar mierniki tego typu nie podlegają obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu:

„Zamawiający może potrącić kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy”

Na:

„Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wpływu do Wykonawcy not obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane usługi, wystawionych przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający odstąpi od posiadania autoryzacji w pakiecie nr 12?

Uzasadnienie:

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę i wpłynie na konkurencyjność postępowania, pozwalając Zamawiającemu reprezentującemu sektor publiczny na kierowanie się w procedurze zakupowej zasadą optymalizacji kosztów i racjonalizacji wydatków. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pozostawienie w obecnej formie opisu przedmiotu zamówienia spowoduje brak możliwości złożenia oferty w rzeczonym postępowaniu dla podmiotów innych niż producent urządzenia. Należy również zauważyć, iż serwis tych niezależnych urządzeń może być prowadzony jednocześnie przez różne podmioty, a Zamawiający jako podmiot publiczny jest zobligowany do wydatkowania środków publicznych w sposób umożliwiający prowadzenie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aktualnie obowiązującej instrukcji serwisowej producenta aparatury medycznej zawartej w pakiecie nr 62. Ponieważ producent posiada autoryzowany serwis swoich urządzeń – Sarstedt Sp. z o.o., z tego powodu nie udostępnia dokumentacji serwisowej innym podmiotom. Prosimy o wyrażenie zgody, na dopuszczenie złożenia oświadczenia, autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń w pakiecie nr 62, że posiada niezbędną, wymaganą dokumentację serwisową.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 12.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku urządzeń w pakiecie nr 62, oczekuje przeprowadzenia walidacji przez serwis?



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2, pkt 10.

Pytanie nr 13.

Czy zamawiający odstąpi od wymogu systemu zdalnej diagnostyki dla pakietu nr 55. Urządzenia medyczne z pakietu nr 55 nie posiadają podłączenia do systemu zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 16.

Pytanie nr 14.

Czy zamawiający w cenie jednostkowej wymaga ceny za przegląd wraz z wszystkimi częściami wymienianymi przy przeglądzie tj. dyski, akumulatory oraz inne stwierdzone do wymiany przez autoryzowany serwis producenta urządzeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 1.

Pytanie nr 15.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 6 sprzętu z pozycji nr 34-40; 54-65 do osobnego Pakietu.

Nasza firma jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem firmy Linet na terenie Polski. Nie zajmujemy się natomiast obsługą serwisową pozostałego sprzętu znajdującego się w Pakiecie nr 6.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 13-23, 29, 31, 50, 52 z utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1. Czy zamawiający zgodzi się na objęcie pakietu autoryzacją.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18.

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 6, 45, 47. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje terminy przeglądów:

Pakiet nr 6

Nazwa aparatu	Typ	S/N	Termin przeglądu
---------------	-----	-----	------------------



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087643	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087113	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087114	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087644	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087641	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087642	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		HRP002087640	Styczeń 2021
Łóżko do intensywnego nadzoru pacjenta z materacem przeciwodleżynowym		M252AM6339	Styczeń 2021
Łóżko szpital ster. elektr z materacem pian przeciwodleżynowym	CO 405 Electric	M144HE1768	Wrzesień 2021
Łóżko Avantguard 1600 z wagą i statywem		HRP002455556	Wrzesień 2021
Łóżko Avantguard 1600 z materacem przeciwodleżynowym	AvantGuard 1600 Ability	HRP002153708	Wrzesień 2021
Łóżko	AVG 1600	HRP002541250	Wrzesień 2021
Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie	CO 405 Electric	M143HE1766	Luty 2021
Łóżko szpitalne sterowane elektr. z materacem przeciwodleż	CO 405 Electric	M143HE1767	Październik 2021
Łóżko szpital ster. elektr z materacem pian przeciwodleżynowym	CO 405 Electric	M144HE1769	Październik 2021

Pakiet nr 45

Nazwa aparatu	Typ	S/N	Termin przeglądu
Respirator transportowy	VR1	1110264	Lipiec 2021

Pakiet nr 47

Nazwa aparatu	Typ	S/N	Termin przeglądu
Respirator transportowy	ParaPac 200D	1106342	grudzień 2021

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pakiet nr 45 i 47 objąć obowiązkiem posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta? Gwarantuje to najwyższą jakość przeprowadzonej usługi.

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 29 pozycji 3 „Ultrasonograf Aplio 400 Toshiba ” (obecnie Canon Medical Systems Corporation) do oddzielnego pakietu. Umożliwi to naszej firmie, autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Canon Medical Systems Corporation, złożenie ważnej oferty oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu posiadania autoryzacji producenta sprzętu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przy użytkowaniu Sprzętu instrukcji jego użytkowania. Przekłada się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania Sprzętu i ryzyko powstania incydentów medycznych.

Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22.

Czy cena jednostkowa brutto ma obejmować oprócz kosztów samej pracy, wszystkie inne składowe przeglądu takie jak: materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, itp.) oraz koszty dojazdu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 20.

Pytanie nr 23.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 123 pozycji 1 i 3? Umożliwi to złożenie korzystniejszej oferty na przegląd tych nie zależnych od siebie urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 29 aparatów DC-8 i M7 i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Pytanie nr 25.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wprowadzi wymóg posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na serwisowanie aparatów firmy Mindray oraz wymóg aktualizacji oprogramowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26.

W celu prawidłowego skalkulowania oferty poprosimy o wskazanie miesięcy, w których miałyby się odbyć przeglądy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że planowany termin przeglądów to:

Aparat Mindray DC-8: marzec 2021 r.

Aparat Mindray M7: sierpień 2021 r.

Pytanie nr 27.

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego co rozumie pod pojęciem dostarczenia na wezwanie instrukcji serwisowych producenta aparatury medycznej.

Czy Zamawiający uzna spełnienie powyższych wymagań tylko poprzez okazanie przez Wykonawcę faktu posiadania w/w dokumentów.

Dokumentacja serwisowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jako jedynym autoryzowany serwis producenta w Polsce nie jesteśmy upoważnieni do udostępniania i przekazywania dokumentacji serwisowej, ponadto art. 11. ust. 4 ustawy wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa cyt.: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności."

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 28.

W skład pakietu nr 27 pozycja nr 5 wyszczególnione jest piła Acculan 3Ti GA673 do napędzania której niezbędne są akumulatory NiMH typ GA676 oraz ładowarka GA677 jednak Zamawiający w tym pakiecie nie wyszczególnia w/w urządzeń. Informujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta tj. firmy Aesculap AG Tuttlingen - Niemcy przegląd akumulatorów oraz ładowarki powinien być wykonywany raz do roku i obejmuje on między innymi wymianę wewnętrznych ogniw akumulatorów oraz aktualizację oprogramowania ładowarki.

Prosimy o informację czy oferta na wykonanie przeglądu piły systemu Acculan 3Ti wyszczególnionej w pakiecie nr 27 poz. 5 ma obejmować również wykonanie przeglądu akumulatorów i ładowarki. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich ilości, symboli katalogowych a także numerów seryjnych.

Zastrzegamy że nasza oferta będzie obejmowała przegląd wyłącznie tych urządzeń których numery katalogowe i seryjne zostały wyszczególnione w formularzu cenowym dla pakietu nr 27.

Zwracamy uwagę że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest zobowiązany do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty.

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29.

Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu:

„*Stan epidemii, stan zagrożenia epidemii lub stan nadzwyczajny.*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zmiany z przyczyn wynikających lub związanych z epidemią Covid-19 mieszczą się w zakresie § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy.

Pytanie nr 30.

Prosimy o zmianę zapisu na:

„*W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31.

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„*za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (po podpisaniu umowy) instrukcji serwisowej producenta aparatury medycznej w pakietach, na które składa ofertę w języku polskim, angielskim lub niemieckim?

Dostarczenie dokumentacji serwisowej jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art. 90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania dostarczenia dokumentów

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 33.

Dla pakietów nr: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 53, 55, 87, 152, 155 wymagana jest autoryzacja. Czy nadanie wymienionym pakietom wagi, by przeglądy okresowe wykonał Wykonawca z autoryzacją producenta wynika z charakteru urządzeń klasyfikowanych jako urządzenia wysokiego ryzyka, których kluczowe parametry mogą wpływać na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pacjentów i personelu? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pakiety nr 146, 147 i 148 również zostały objęte wymogiem autoryzacji? Wymienione w pakietach nr 146, 147 i 148 urządzenia są w podobnej grupie urządzeń, i są sklasyfikowane jako urządzenia medyczne z grupy wysokiego ryzyka.

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



CERTYFIKAT 2019/10





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34.

Jako kryterium dla pakietów, dla których nie jest wymagana autoryzacja producenta wymienia się "ukończone szkolenie o charakterze serwisowym". Czy szkolenie zostaje uznane za odbyte, jeśli certyfikat jest ważny terminowo i wymienia odpowiednie urządzenie, zgodne z pakietem, a certyfikat nadaje producent urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35.

Prosimy o doprecyzowanie czy podane kwoty kar gwarancyjnych wyrażone są w wartościach netto czy brutto?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 36.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu jeżeli podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie będą przetwarzane dane zawarte w tym punkcie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni od dnia otrzymania żądania Administratora?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 19 pozycji nr 5 – RTG z ramieniem C Ziehm Vision RFD HE i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41.

Według Wykonawcy jest to jawne, nierówne traktowanie stron, dla pakietu 82 Aparatura RTG wymagane są certyfikaty ze szkoleń, a dla innych Aparatów RTG oraz Aparatury Radiologicznej - NIE.

Wszystkie Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego.

Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu oraz przedstawił autoryzację producenta na możliwość wykonywania przeglądów technicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42.

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował posiadanie legalnego oprogramowania dostarczonego przez producenta danego sprzętu medycznego?

Zwracamy uwagę, iż instalowanie nielegalnego oprogramowania, nieznanego pochodzenia, innego niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanej dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części i oprogramowanie inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ oraz zapisami w umowie.

Pytanie nr 43.

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował posiadanie legalnego oprogramowania dostarczonego przez producenta danego sprzętu medycznego oraz kluczy hardwarowych (serwisowych) z legalnego źródła?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44.

Prosimy o potwierdzenie, że przez Certyfikat ukończenia szkolenia Zamawiający rozumie certyfikat wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45.

Według Wykonawcy jest to jawne, nierówne traktowanie stron, dla pakietu 82 Aparatura RTG wymagane są certyfikaty ze szkoleń, a dla innych Aparatów RTG oraz Aparatury Radiologicznej - NIE.

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Wszystkie Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego.

Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu oraz przedstawił autoryzację producenta na możliwość wykonywania przeglądów technicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46.

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dowodów należytego wykonania min. dwóch usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej odpowiadającej aparaturze będącej przedmiotem zamówienia w danym pakiecie?

Pojęcie „aparatury medycznej” jest w tym przypadku zbyt ogólne i stwarza zagrożenie, że ofertę złożą Wykonawcy nie mający wystarczającej wiedzy technicznej i aplikacyjnej o przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź:

Wykonawca może wykazać w JEDZ zrealizowane usługi o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 47.

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, skomplikowaną konstrukcję aparatów a także ich znaczenie dla płynnego funkcjonowania pracowni diagnostycznej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o włączenie pakietu 149 do pakietów, dla których wymagana jest autoryzacja producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48.

Czy Zamawiający dopuści autoryzację producenta odnoszącą się do danej grupy urządzeń bez wskazania typu aparatu?

Autoryzacja producenta, którą dysponuje Wykonawca w swych zapisach odnosi się do szerszego zakresu i nie wskazuje konkretnych typów urządzeń, a grupę/ rodzinę urządzeń do których należą m.i. wyspecyfikowane przez Zamawiającego typy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §... .. umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących **Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:**

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53.

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą,

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następującą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 10 wzoru umowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54.

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zmiany z przyczyn wynikających lub związanych z epidemią Covid-19 mieszczą się w zakresie § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy.

Pytanie nr 55.

Czy Zamawiający może wyłączyć z pakietu nr 58 dwa urządzenia wymienione poniżej:

Wideogastroskop	GIF-Q165	1	2207855
Wideobronchoskop	BF-1TH190	1	2501249

Z uwagi na fakt, iż są to urządzenia innego producenta niż Pentax.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56.

Czy Zamawiający może połączyć pakiet nr 54 i 58.

Uzasadnienie: Utworzenie jednego pakietu dla urządzeń firmy Pentax pozwoliłoby na prawidłowe i profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Firma Varimed jest jedynym autoryzowanym serwisem firmy PENTAX w Polsce co pozwala nam mieć dostęp do aktualnych instrukcji, szkoleń producenta, co gwarantuje wyspecjalizowany personel do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu endoskopowego, który jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do poniższego:

„(...) Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wynagrodzenia brutto przy utrzymaniu wynagrodzenia netto. W takim przypadku cena brutto wzrośnie a cena netto pozostanie bez zmian (...)”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58.

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/ w paragrafie o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, wykonawca ma prawo wstrzymać realizację umowy bądź wykorzystać przedmiot zamówienia w formie płatności: „Przedpłata” lub „Za pobraniem”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla:

- a) 10% na 5%?
- b) 0,2% na 0,1%?
- c) 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60.

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta do serwisowania aparatury medycznej w pakiecie nr 35 (aparaty USG prod. Esaote)? Posiadanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga autoryzacji serwisu w przypadku innych aparatów USG tj. dla pakietów nr 13 i 14, w których wyszczególnione są aparaty USG produkcji odpowiednio Philips oraz GE.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61.

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu umowy, obowiązujących instrukcji serwisowych producenta aparatury medycznej zawartych w pakietach, na które Wykonawca składa ofertę w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Dokumentacja serwisowa jest przeznaczona do użytku tylko dla przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu Wykonawcy. Przekazywanie instrukcji serwisowych osobom nie zatrudnionym przez autoryzowany serwis może stanowić poważne naruszenie zawartych umów pomiędzy autoryzowanym serwisem a producentem urządzeń.

Dodatkowo przekazanie instrukcji niesie ryzyko dostępu przez osoby niepowołane do ustawień urządzeń, do których dostęp powinny mieć tylko i wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie czynności serwisowych przez producenta urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 62.

Prosimy doprecyzowanie jaki dokument powinien zostać dostarczony na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

Oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w punkcie 14 w wypadku, gdy urządzenia serwisowane będą w autoryzowanej placówce serwisowej, znajdującej się poza granicami Polski, na terenie kraju Unii Europejskiej?



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 63.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zdalnej diagnostyki dla pakietu nr. 59. Wykonawca, a także same urządzenia nie posiadają możliwości technicznych do przeprowadzenia zdalnej diagnostyki. Ze względu na konieczność przeprowadzenia przeglądu osobiście przez inżyniera serwisowego lub w serwisie Wykonawcy, zdalna diagnostyka nie jest konieczna do przeprowadzenia usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 17 – określa, że tylko w przypadku jeżeli wymagane jest połączenie zdalne.

Pytanie nr 64.

Wnoskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych sporządzenie oferty na naprawę i naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65.

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnoskujemy o objęcie pakietu 145 wymogiem dla Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta, analogicznie jak dla pakietów 7, 8, 11-17, 20, 53, 55, 87, 152, 157.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę, możliwości techniczne oraz kadrowe do przeprowadzenia diagnostyki, wyceny oraz naprawy uszkodzeń aparatury stwierdzonych podczas przeglądu technicznego (SIWZ zał.1 pkt.6).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę, możliwości techniczne oraz kadrowe do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego urządzeń podczas przeglądu technicznego (SIWZ zał.1 pkt.18).



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował testerami do realizacji przedmiotu zamówienia stosownymi do wytycznych producenta. (SIWZ zał.2 pkt.23).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) 10% niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy;

b) 0,2% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej usługi, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy,

c) 0,2% wartości brutto nienależyte wykonanej usługi, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej niż 10% wartości brutto nienależyte wykonanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70.

Zwracamy się z prośbą o podanie wszystkich modeli (typ) sprzętu medycznego ujętego w pakiecie nr 21.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Kierownik
Sekcji Aparatury Medycznej

mgr inż. Renata Piórniewicz.....
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

dr hab. med. Szczepan Cofta
Dyrektor Szpitala

W załączeniu:

- aktualny Załącznik nr 2 do SIWZ
- aktualne Pakiety nr 21, 45, 47

Oprac. Marta Mularczyk



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

