



Znak: AE/ZP-27-41/20

Tarnów, 2020-07-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 1, poz. 3 Formularza Cenowego w powiązaniu z punktem nr 8 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia:** Prosimy o dopuszczenie próbki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z 4-miesięcznym okresem ważności.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 1, poz. 5 Formularza Cenowego:** Prosimy o dopuszczenie próbki z heparyną litową o objętości 2 lub 4 ml.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 1, poz. 7 Formularza Cenowego:** Czy można w tej pozycji zaoferować igłę motylkową systemową o długości drenu 17,8 cm i o pozostałych wymaganych parametrach?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 9 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia:** Czy Zamawiający wymaga, aby szkolenia on-line dla personelu medycznego Szpitala z zakresu: zapobiegania błędom przedlaboratoryjnym, dobrych praktyk pobierania krwi oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia, udostępnione przez Wykonawców na platformie internetowej, odbywały się w języku polskim?
5. **Dotyczy Formularza Cenowego dla Pakietów 1 i 2:** Czy w przypadku, kiedy po przeliczeniu ilości wymaganych sztuk i wielkości oferowanego opakowania handlowego Wykonawca otrzyma niepełną liczbę opakowań, Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ilości opakowań z dokładnością do 2 miejsc po przecinku?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1, punktu nr 13 Załącznik Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia:** Czy nie wkradła się w opisie omyłka pisarska dotycząca zapisu „Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18'9 (wg.Manleya)” i powinno być: „Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18'0 (wg.Manleya)”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 3**, w tym w Załączniku Nr 1 i Nr 5 do SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 5**, w tym w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad.3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 7**, w tym w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad.4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika Nr 5 do SIWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1**.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 i 2** niepełnych opakowań z dwoma miejscami po przecinku tylko w sytuacji gdy Wykonawca będzie mógł zamawiać niepełne opakowania.

Ad. 6 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1843) wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:



Zapis w pkt 13 Załącznika Nr 5 dotyczącego przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1:
„Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18'9 (wg Manleya)”
Zmienia na zapis:
„Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18'0 (wg Manleya)”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.6 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 17.07.2020r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 17.07.2020r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie X.1, XI.1, Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuża Nosek