



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1977 / 3558 /23

Data: 13.09.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę jałowych pakietów zabiegowych, artykułów sterylizacyjnych oraz opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 2975 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zamawiający w Pakiecie 21 złożył zamówienie na Fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku. Zamawiający wymaga m. in. aby ramiona i tył wykonane były z poliestru dla zachowaniu wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza. Fartuchy wykonane w całości z tkanin poliestrowych są mało komfortowe, ponieważ tkaniny poliestrowe nie przepuszczają powietrza.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 21 fartuchy chirurgiczne wykonane w strefie mniej krytycznej (ramiona i tył) z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 125 - 135 g/m², skład: 55-60% bawełna, 40-45% poliester? Zastosowanie tkaniny, która w składzie ma bawełnę zwiększa komfort termofizjologiczny użytkownika, zapewnia wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci oraz bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zamawiający wymaga dla fartuchów z Pakietu 21 odporności na przesiąkanie płynów. Im wyższy wymagany jest ów parametr, tym dłużej fartuchy zachowują właściwości barierowe.

Czy Zamawiający, chcąc otrzymać fartuchy zachowujące jak najdłuższą barierowość na poziomie zgodnym z normą PN-EN 13795, wymaga w polu krytycznym odporności na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm słupa wody, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań, wykonanymi przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne były zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważne. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, ale dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Na rynku dostępne są fartuchy operacyjne wykonane z różnych tkanin. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma fartuchy komfortowe, a jednocześnie ekonomiczne w użytkowaniu, Zamawiający powinien określić gramaturę tkanin, z których mają być wykonane fartuchy.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkownika oraz ekonomię prania, wymaga, aby fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku z Pakietu 21 wykonane były z tkanin o gramaturze 110 - 135 g/m², co będzie potwierdzone załączonymi do oferty kartami tkanin, wystawionych przez ich producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zamawiający wymaga aby fartuchy z Pakietu 21 posiadały dodatkowo przy mankiecie wszytą tasiemkę do założenia na palec. Prawidłowa konstrukcja fartucha nie wymaga używania tasiemek, ponieważ rękawiczka nie wysuwa się spod rękawa. Chcielibyśmy również zauważyć, że tasiemka może powodować poczucie dyskomfortu Operatora, ponieważ uwiera w dłoń i powoduje skrępowanie ruchów.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 21 fartuchy operacyjne bez wszytej tasiemki do założenia na palec?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z Pakietu 21 wiązane przy szyi na troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

