

Katowice, dn.07.11.2019r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DO LARYNGOSKOPÓW I CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
Nr sprawy: ZP-19-127UN (ID 267589)

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*), udzielam następujących odpowiedzi :

Pytanie nr 1 dotyczy projektu umowy

§4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dotyczy projektu umowy

§4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej części umowy? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 3 Pakiet nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z wyjmowanym akumulatorem, wyposażoną w diodę LED umieszczoną bezpośrednio w rękojeści? Rozwiązanie takie nie ma wpływu na własności funkcjonalno-użytkowe oferowanego wyrobu, a zapewni możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej cenowo oferty

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 1 poz.1 i 4

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 1 oraz 4 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odp.: : Zamawiający nie ma możliwości w postępowaniu powyżej progów unijnych wydzielenia z pakietu jednej z pozycji i utworzenia nowego pakietu dla tej pozycji. Niestety ten typ korekty nie jest możliwy zgodnie z zasadami publikacji w Dz.U. UE, gdyż dotyczy modyfikacji struktury samego dokumentu, czego nie można dokonać.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 1 poz. 1,2,3,4,5

Czy zamawiający dopuści 3 letnią gwarancję producenta **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 6 Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne w zakresie w/w pozycji? Uzasadnienie: nie wszystkie produkty, które będą zaoferowane przez Wykonawców zostały zakwalifikowane przez Wytwórcę jako wyroby medyczne – np. materiały zużywalne / eksploatacyjne - (O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych) w związku z tym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE oraz innych dokumentów dopuszczających je do obrotu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wyroby z 3-letnim okresem gwarancji producenta, spełniające pozostałe wymagania? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16) Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.; sygn. akt KIO 651/17). „Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ. Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”