

Katowice, dn. 12.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatu do autotransfuzji**

**Nr sprawy: ZP-19-077BN**

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do autotransfuzji najnowszej generacji:

- nie posiadającego czujników hematokrytu (urządzenie zapewnia uzyskanie hematokrytu na poziomie nie mniej niż 59% niezależnie od zastosowanego programu);
- o poziomie usuwania potasu 92%;
- bez pokrywy i systemu automatycznej blokady pokrywy pompy centryfugalnej w czasie pracy urządzenia (dzwon zabezpieczony wewnątrz wirówki za pomocą zatrzasków);
- bez zintegrowanej drukarki?

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia **DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa MOŁEK