



Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 roku

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, klejonoce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki” – sprawa nr 3/PN/2021/ES**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

### **Pytanie nr 1- dotyczy Zadania numer 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr, 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

### **Pytanie nr 2- dotyczy Zadania numer 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3- dotyczy Zadania numer 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4- dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał **certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego**, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 5 - Parametry Techniczne: dotyczy Zadania numer 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 4**

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 7 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 8 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test kolorymetryczny w którym ocena polega na określeniu przebarwieniu substancji wskaźnikowej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 9 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 6**

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 10 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną; odczyt po 24h; populacja 105?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 11 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści do oceny papier krepowany oraz włókninę pakowane osobno w kolorach biały/zielony?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12 - dotyczy Zadania numer 3, pozycja 16 oraz 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13 – dotyczy zapisów §1 pkt 8 oraz §5 ust. 7 wzoru umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 8 oraz §5 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów w §1 ust. 8 „...od otrzymania reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14 – dotyczy zapisów do wzoru umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie umowy.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień treści umowy, dotyczy §6 ust. 2 oraz dla Zadania nr 6 dotyczy §4 ust. 6:**

**BYŁO:**

2) Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie **60 dni** od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez [faktura@spartanska.pl](mailto:faktura@spartanska.pl)

**JEST PO MODYFIKACJI:**

2) Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie **60 dni** od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez [faktura@spartanska.pl](mailto:faktura@spartanska.pl) Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy (§5 ust. 9 pkt 1)

**Pytanie nr 15 – dotyczy zapisów § 8 ust. 1 do wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania, w przypadku:

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej **części** dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.**

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia **brutto**,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia **brutto**.

**Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji dla stron postanowień treści umowy, dotyczy zapisów §8 ust. 1 pkt 1)**

BYŁO:

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia.

**JEST PO MODYFIKACJI:**

1) **braku dotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,**

2) **odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (kwoty wynagrodzenia brutto),**

3) **odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (kwoty wynagrodzenia brutto).**

**Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania numer 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania numer 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek wyspowy z klej akrylowym?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania numer 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniula posiadała dodatkowy samodomykający się port do wstrzyknięć?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ, ponieważ port boczny zapobiega cofaniu się podawanych płynów.**

**Pytanie nr 19 – dotyczy Zadania numer 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniula posiadała dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ, ponieważ otwór przy ostrzu redukuje ryzyko uszkodzenia żyły i sygnalizuje prawidłowe osadzenie w żyłę.**

**Pytanie nr 20 – dotyczy Zadania numer 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści, ponieważ spełnia wymogi, posiada paski kontrastujące widoczne w RTG.**

**Pytanie nr 21 – dotyczy Zadania numer 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 38 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 22 – dotyczy Zadania numer 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, o średnicy wewnętrznej drenu 3,2 mm, średnica zewnętrzna drenu 4,1 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 23 – dotyczy Zadania numer 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 12 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 24 – dotyczy Zadania numer 6, pozycja 7 i 8**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek zawierających dodatek K<sub>2</sub>EDTA?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, jeżeli Wykonawca ma taki pojemnik, to jest on wymagany, bowiem w środowisku wersenianu dwupotasowego dochodzi do mniejszego obkurczania krwinek niż przy zastosowaniu dotychczas używanego wersenianu trójpotasowego, przez co minimalizowane jest ryzyko fałszywie zaniżonej średniej objętości krwinki (MCV) podczas wykonywania analizy diagnostycznej.**

**Pytanie nr 25 – dotyczy Zadania numer 6, pozycja 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie prawdopodobnej omyłki pisarskiej ww. pozycji, zawartej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Z zapisów wynika, iż

Zamawiający oczekuje pojemnika próżniowego do koagulologii z dodatkiem cytrynianu i objętości 4,5 ml.

Natomiast w Załączniku nr 2 do Formularza oferty - Do Zadania nr 6., L.p. 3 - Parametry Wymagane, wynika, iż przedmiotem zamówienia jest pojemnik próżniowy do analizy osocza z heparyną litową, separatorem mechanicznym.

Prosimy o wyjaśnienie, który z wymienionych zapisów jest prawidłowy oraz potwierdzenie żądanej objętości.

**Odpowiedź: TAK - nastąpiła omyłka pisarska przy przepisywaniu wersji edytowalnej - zgodnie z podanymi parametrami wymagalnymi przedmiotem zamówienia Zamawiającego jest pojemnik próżniowy do analizy osocza o objętości 3,5 ml lub 4,5 ml z heparyną litową i separatorem mechanicznym.**

**Pytanie nr 26 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 10**

Czy Zamawiający wymaga wyłącznie probówek do koagulologii posiadających znacznik minimalnej, a nie zalecanej objętości pobrania w postaci pierścienia na całym obwodzie probówki, upewniający Personel o właściwym jej napełnieniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie pojemników próżniowych do analizy koagulologicznej posiadających znacznik - „pierścień” - na całym obwodzie pojemnika, który gwarantuje właściwe jej napełnienie, co jest niezbędne do wykonania poprawnie analizy diagnostycznej, a ponadto zapewnia widoczności pierścienia na całym obwodzie niezależnie od położenia pojemnika podczas pobierania krwi u pacjenta.**

**Pytanie nr 27 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuszcza igły 21G (0,8mm) o długości 32 mm?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza dostawę igieł 21G (0,8mm) o długości 32 mm, co jest identyczne z wymiarem igieł podanym w calach w Arkuszu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 28 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuszcza igły 21G (0,8mm) o długości 25 mm?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza dostawę igieł 21G (0,8mm) o długości 25 mm, co jest identyczne z wymiarem igieł podanym w calach w arkuszu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 29 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z wężykiem o długości 17,8cm spełniających wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza dostawę igieł (tzw. „motylków”) z wężykiem o długości 178 mm. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 30 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 opakowań adapterów konfekcjonowanych po 198szt?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, dostawę dwóch opakowań adapterów w ilości 198 szt. w opakowaniu zamiast wymaganych 200 szt.**

**Pytanie nr 31 - dotyczy Zadania numer 6, pozycja 24a**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w punkcie „a” pisząc: „aparat główny wyposażony w mieszało automatyczne i wbudowaną drukarkę”, oczekuje zaoferowania aparatu kompaktowego, wyposażonego we wbudowane mieszało automatyczne oraz drukarkę, nie

wymagającego dodatkowego zagospodarowania przestrzeni laboratorium oraz ręcznego przekładania próbek z mieszadła do aparatu?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający wymaga aparatu głównego, który musi być wyposażony w mieszadło automatyczne i wbudowaną drukarkę, czyli ma być aparatem kompaktowym z założenia i umożliwić jednoczesowy pomiar przynajmniej 15 sztuk dostosowanych do niego probówek z krwią, a także pozwolić na uzyskanie wyników diagnostycznych w czasie nie dłuższym niż 30 minut.**

**Pytanie nr 32– dotyczy Zadania numer 6 - termin ważności**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek do koagulologii z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące w momencie dostawy?

**Odpowiedź: TAK – ale w sytuacja wyjątkowych, np. brak dostępności probówek w magazynie Dostawcy z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy a konieczność dostarczenia ich do Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności nie krótszy niż 4 miesiące pod warunkiem obowiązku złożenia deklaracji i zapisu w umowie o możliwości i zapewnieniu wymiany nie wykorzystanych probówek i powiadomieniu Dostawcy minimum 1 miesiąc przed upływem terminu ważności o konieczności wymiany.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji dla stron postanowień treści umowy, dotyczy zapisów §8 ust. 2**

BYŁO:

2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

**JEST PO MODYFIKACJI:**

2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych, np. brak dostępności probówek w magazynie Dostawcy z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy a konieczność dostarczenia ich do Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności nie krótszy niż 4 miesiące pod warunkiem obowiązku złożenia deklaracji i zapisu w umowie o możliwości i zapewnieniu wymiany nie wykorzystanych probówek i powiadomieniu Dostawcy minimum 1 miesiąc przed upływem terminu ważności o konieczności wymiany.

**Pytanie nr 33 – dotyczy Załącznika nr 3 DO SWZ - POSTANOWIANIA UMOWY dla Zadania numer 6, §5 ust. 1 – Dostawa**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie i ujednolicenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od daty złożonego zamówienia.

W pkt. 4.14 SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający opisał: „Termin realizacji dostawy 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.”

**Odpowiedź: Realizacja dostawy maksymalnie w ciągu czterech dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia - tryb zwykły. W trybie pilnym - maksymalnie do 3 dni roboczych”.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji dla stron postanowień treści umowy, dotyczy zapisów §5 ust. 1**

BYŁO:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe Zamawiającemu w terminie maksymalnie **2 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia (pisemnie, fax.. e-mailem), z zastrzeżeniem ust 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.

**JEST PO MODYFIKACJI:**

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe Zamawiającemu w terminie maksymalnie **4 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia - tryb zwykły. W trybie pilnym - maksymalnie do 3 dni roboczych.** (pisemnie, fax., e-mailem), z zastrzeżeniem ust 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.

**Pytanie nr 34 – dotyczy Załącznika nr 3 DO SWZ - POSTANOWIANIA UMOWY dla Zadania 6, §10 ust. 1 pkt. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wysokości kary z 1% na 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów umowy, mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych dla stron postanowień treści umowy, dotyczy:**

- **Zadania nr 6 zapisów Umowy §10 ust. 1 pkt 2)**

BYŁO:

2)opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 20 zł,

**JEST PO MODYFIKACJI:**

**2)braku dotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,**

**Pytanie nr 35 – dotyczy Zadania numer 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem o długości ~ 165 cm?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 36– dotyczy Zadania numer 1, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści wyrób posiadające, zgodnie z PKWiU, stawkę VAT 23% nie będący produktem medycznym. W związku z powyższym nie ma obowiązku wystawienia dla w/w produktów certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 37 – dotyczy zapisów SWZ**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 38 – dotyczy Zadania numer 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 34 dopuści: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.

System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 39 – dotyczy Zadania numer 1 pozycja 24-32 oraz 34**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 następujące pozycje: 24-32 oraz 34 w celu złożenia najkorzystniejszej cenowo oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 40 – dotyczy Załącznika nr 3 DO SWZ - POSTANOWIANIA UMOWY §2 ust. 4**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w projekcie umowy §2 ust. 4, gdyż taki wymóg znacznie podraża koszty oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 41 – dotyczy Załącznika nr 3 DO SWZ - POSTANOWIANIA UMOWY §2 ust. 5**

Jaki konkretnie mniejszy procentowy zakres w projekcie umowy §2 ust. 5 Zamawiający miał na myśli?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 42 – dotyczy Załącznika nr 3 DO SWZ - POSTANOWIANIA UMOWY §8 ust. 1**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w §8 ust 1 na:

„opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

**Odpowiedź: patrz odpowiedź na Pytanie nr 15 – dotyczy zapisów § 8 ust. 1 do wzoru umowy.**

**Pytanie nr 43 – dotyczy Zadania numer 1 pozycja 34**

Prosimy o dopuszczenie:

Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.

System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 44 – dotyczy Zadania numer 1 pozycja 34**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system ma posiadać balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, taki jak do tej pory stosowany?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 45 – dotyczy Zadania numer 4, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 181cm, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi nad komorą, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema zatrzaskowa, zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15um, bez skrzydełek nad komorą. Średnica wewnętrzna drenu 2,9 mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. w dystalnej części dodatkowy zawór bezigowy do dostrzyknięć, który można użyć więcej niż 140 razy przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Na końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 46 – dotyczy Zadania numer 4, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 215cm, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu. Średnica wewnętrzna drenu 3mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samo domykającym się zaworem bezigowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP, sterylne, pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 47 – dotyczy Zadania numer 4, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 215cm, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą kroplową

skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2µm w górnej części komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu. Średnica wewnętrzna drenu 3mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samo domykającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 48 – dotyczy Zadania numer 4, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 181cm, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi nad komorą, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema zatrzaskowa, zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15µm, bez skrzydełek nad komorą. Średnica wewnętrzna drenu 2,9 mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. w dystalnej części dodatkowy zawór bezigłowy do dostrzyknięć, który można użyć więcej niż 140 razy przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Na końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 49 – dotyczy Zadania numer 4, pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie krótkiego zestawu podłączeniowego służącego do dołączania do linii wielodrożnej z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. Kolec ułatwiający penetrację worka lub butelki infuzyjnej. W linii poniżej kolca adapter-zawór bezigłowy do podłączenia strzykawki z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki co eliminuje ryzyko skażenia oraz zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu, bez skrzydełek.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 50 – dotyczy Zadania numer 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bardzo dobrej jakości kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożny, z drenem 10 cm bez DEHP, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, dren bez DEHP, średnica drenu 4,1 x 2,9 mm jałowy, j.u., objętość wypełnienia zestawu 1,19 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem, że jest wykonany z tworzywa odpornego na działanie lipidów, leków do chemioterapii oraz innych leków o agresywnym działaniu.**

**Pytanie nr 51 – dotyczy Zadania numer 9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

**Odpowiedź: Tak, oczekuje, że kraniki będą miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty- zamknięty.**

**Pytanie nr 52 – dotyczy Zadania numer 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, że kraniki będą miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty- zamknięty.**

Zamawiający w Załączniku Nr 1 DO SWZ (FORMULARZ OFERTOWY) dokonuje modyfikacji przez wykreślenie pozycji nr 10

**BYŁO:**

10. Oświadczamy, że po zawarciu umowy zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową Specyfikację asortymentowo-cenową w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w preferowanym zapisie \*.ofe, która ma spełniać wymogi specyfikacji formatu DATA-FARM.

**JEST:**

~~1. Oświadczamy, że po zawarciu umowy zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową Specyfikację asortymentowo-cenową w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w preferowanym zapisie \*.ofe, która ma spełniać wymogi specyfikacji formatu DATA-FARM.~~


**W załączeniu:**

**Załącznik nr 1 (Formularz oferty),**

**Załącznik nr 2 do Formularza oferty**

**Załącznik Nr 3 DO SWZ (POSTANOWIANIA UMOWY)**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

  
D Y R E K T O R  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie  
Dr n. med. Marek Tombariewicz

Sporządził: Emilia Stadnik

SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

  
mgr Emilia Stadnik

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**POSTANOWIENIA DLA STRON, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE**  
**DO TREŚCI UMOWY**  
**(DOTYCZY ZADANIA OD NR 1-5 oraz 7-10)**

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 3/PN/2021/ES, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

**§1.**

- 1) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy artykułów medycznych, sprzętu jednorazowego w zakresie zadania nr ..., zwanego w dalszej części umowy „towarem”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (tożsamym z formularzem asortymentowo-cenowym), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
- 2) Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze towaru będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Towar musi być fabrycznie nowy.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw artykułów medycznych, sprzętu jednorazowego przez cały okres obowiązywania umowy.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
- 5) Dostawa towaru będzie realizowana z .....(adres magazynu).
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
- 8) Wykonawca oświadcza, iż każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin użycia/ważności/gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 9) W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
- 10) Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
- 11) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bez żądania oraz bez terminu wskazania przez Zamawiającego, aktualnych Certyfikatów zgodności wyrobów medycznych w przypadku utraty ważności podczas trwania umowy.

**§2.**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy**, tj. od dnia ..... **2021** roku do dnia ..... **2022** roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem ..... umowa wygasa z dniem wyczerpania wartości umowy.
3. W sytuacji niewykorzystania wartości umowy do dnia ..... Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużania okresu obowiązywania umowy z zastosowaniem cen określonych w umowie, do momentu wyczerpania wartości umowy, z zachowaniem formy pisemnej w formie aneksu.
4. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie.
6. Przez termin realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę podpisania na fakturze przez osoby określone w ust. 8, potwierdzenia wykonania dostawy.
7. Miejsce dostaw wraz z fakturą – Apteka szpitalna.
8. Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Apteki szpitalnej lub osoby upoważnione.

### §3.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według ceny jednostkowej wymienionej w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy – formularz asortymentowo-cenowy.
2. Wartość umowy wynosi brutto:

..... zł  
(słownie: złotych ..... groszy ../100)

netto: .....zł (słownie: ..... złotych);

3. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, itp.).
5. Zaoferowana cena jednostkowa nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 10.
6. Zamawiający oświadcza, że w dacie wystawienia każdej z faktur pozostaje zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający potwierdza, że wszystkie faktury wystawiane w odniesieniu do niniejszej Umowy będą zawierały ważny numer identyfikacji podatkowej VAT.
8. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o jakichkolwiek zmianach w powyższym zakresie w czasie obowiązywania Umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że numer konta bankowego wskazany w umowie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT i przez czas umowy nie zostanie w wykazie usunięty. Zmiana konta bankowego wymaga formy pisemnej.
10. W odniesieniu do transakcji podlegających w Polsce obowiązkowej zapłacie w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment), Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej fakturze jednoznacznej informacji o obowiązku realizacji płatności za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, dokonując rozbicia całkowitej kwoty do zapłaty na kwotę netto oraz podatek VAT, podlegające zapłacie na dedykowane konta mechanizmu podzielonej płatności.

### §4.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w **załączniku nr 1** do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawę niezamówionego asortymentu.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

### §5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy w terminie maksymalnie: **4 dni roboczych** od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila na adres: ..... lub telefonicznie na nr: +48 (....)..... przez pracownika Zamawiającego. Przez dni

robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w składanym zamówieniu, jednak na nie krótszy 3 dni robocze. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. **magazynu aptecznego** w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w pomieszczeniach magazynu apteki, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego na własny koszt.
3. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowań, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 6, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
4. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru wolnego od wad.
5. Każda partia danego towaru musi być jednolita asortymentowo z zamówieniem, o którym mowa w ust. 1.
6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.
7. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzonego podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.
9. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru:
  - 1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: ..... lub e-mailem na adres: .....
  - 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

#### **§6.**

1. Wykonawca do każdej dostawy częściowej zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający rodzaj i cenę towaru, będącego przedmiotem umowy, zawierający ilość oraz cenę zamówionego i dostarczonego towaru tj. oryginał faktury wraz z jej kopią.
2. **Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60 dni od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez faktura@spartanska.pl Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy (§5 ust. 9 pkt 1)**
3. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego zaległości w płatnościach, zapłata należności ubocznych następować będzie wyłącznie po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę z tego tytułu noty księgowej obciążeniowej (noty odsetkowej) zawierającej wszystkie elementy wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 351) i przekazaniu jej oryginału do Zamawiającego.

#### **§7.**

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie może skutkować przerwaniem udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych. W przypadku wystąpienia takiej przerwy z przyczyn wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy, pomniejszając wielkość zamówienia u Wykonawcy oraz obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający potrąci swoją należność z najbliższej realizowanej płatności na rzecz Wykonawcy.

#### **§8.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania, w przypadku:
  - 1) braku dotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,
  - 2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (kwoty wynagrodzenia brutto),
  - 3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (kwoty wynagrodzenia brutto).
2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
4. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.
5. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.
6. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 5 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu.
7. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, w którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u innego dostawcy.

#### **§9.**

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.
2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.



3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy.

#### **§10.**

1. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.
2. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
  - 1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
  - 2) Wykonawca: .....
3. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

#### **§11.**

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.
2. W związku z regulacją art. 454 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie
  - 1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 2) zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
  - 3) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
  - 4) zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
  - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o 30% wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
  - 6) zakupu asortymentu o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
  - 7) zamiana poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do umowy, w przypadku zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,
  - 8) zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
  - 9) zmiana sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i uzasadniona jego potrzebami.
3. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. e-mail, fax).
4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 454 ustawy Pzp.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. W przypadku naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie ponad 5 dni w stosunku do terminu realizacji, lub trzykrotnego w ciągu miesiąca opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji.
7. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji (dostaw). W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
9. W okolicznościach wymienionych w ust. 5-7 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy.
10. Skutki odstąpienia następują na przyszłość.
11. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp.

## **§12.**

### **PODWYKONAWCY**

Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot umowy wykona samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców/ wykonanie następujących części zamówienia powierzy podwykonawcom .....\*).

## **§13.**

### **ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniodawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest **Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,**
  - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@spartanska.pl](mailto:iod@spartanska.pl); [kancelaria@spartanska.pl](mailto:kancelaria@spartanska.pl),
  - 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  - 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  - 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  - 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

#### **§14.**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ POSTANOWIANIA UMOWY** (DOTYCZY ZADANIA NR 6)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa nr **3/PN/2021/ES**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

#### **§1.**

##### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa aparatów wraz z dostawą pojemników próżniowych w zakresie zadania nr 6, których szczegółowy rodzaj, asortyment i ceny jednostkowe określa formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący **Załącznik nr 1** do umowy.
2. Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i inne wymienione w umowie załączniki.
3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami.

#### **§2.**

##### **DZIERŻAWA APARATU**

1. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy instrukcje obsługi aparatu, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego oraz zapewni montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi **załącznik nr ....** do niniejszej umowy.
2. Aparat, o którym mowa w ust. 1 wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Dzierżawcy do ..... dni od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi **załącznik nr ....** do niniejszej umowy, po stwierdzeniu przez Dzierżawcę faktu przekazania sprzętu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.
3. Dzierżawca będzie używał przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej obsługi zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora.
4. Dzierżawca przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać go w stanie zdatnym do umówionego użytku przez czas trwania dzierżawy.
5. Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić aparat Wydzierżawiającemu z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
6. W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wydzierżawiający będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, kiedy to koszty naprawy będzie pokrywał Dzierżawca.
7. Dzierżawca nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
8. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed uszkodzeniem lub jego utratą spowodowaną jego niewłaściwą obsługą i działaniem osób trzecich.
9. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy łącznie z poniesieniem ryzyka kradzieży, zniszczenia na skutek pożaru czy nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń.
10. Dzierżawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń do zwrotu kwoty brutto wartości aparatu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

#### **§3.**

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do bieżącej konserwacji oraz naprawy zainstalowanego urządzenia, wynikających z zaleceń producenta aparatu oraz dokonywania napraw wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia jak również do usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego.

2. Wyzierżawiający przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w ciągu 24 godzin, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od chwili zgłoszenia uszkodzenia faxem lub telefonicznie na nr: .....
3. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego aparatu musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Dzierżawcy lub gdy przewidywany czas naprawy aparatu będzie wynosił więcej niż 5 dni roboczych, Wyzierżawiający, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań – udostępni inne, analogiczne urządzenie o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy.
4. Wyzierżawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w tym w szczególności do:
  - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
  - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
  - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
  - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
  - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
5. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 4 obowiązuje Wyzierżawiającego także po rozwiązaniu umowy.
6. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powoduje odpowiedzialność Wyzierżawiającego za szkodę wyrządzoną Dzierżawcy (na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Dzierżawcę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

#### §4.

1. Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy wynosi ogółem:  
 ..... zł  
 (słownie: .....),  
 w tym netto: ..... zł (słownie: .....).
2. Czynsz dzierżawny wynosi brutto miesięcznie:  
 ..... zł  
 (słownie: .....),  
 w tym netto: ..... zł (słownie: .....).
3. Wyzierżawiający zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem aparatu.
4. Kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy dzierżawy.
5. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty podpisania protokołu instalacji i uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr ..... do niniejszej umowy.
6. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie **60 dni** od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez **faktura@spartanska.pl** Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na

**wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.**

7. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wydierżawiającego stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wydierżawiającego należną mu kwotą.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§5.**

#### **DOSTAWA**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe Zamawiającemu w terminie maksymalnie **4 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia - tryb zwykły. W trybie pilnym - maksymalnie do 3 dni roboczych.** (pisemnie, fax., e-mailem), z zastrzeżeniem ust 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.
2. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie.
4. Przez termin realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę podpisania na fakturze przez osoby określone w ust. 6, potwierdzenia wykonania dostawy.
5. Miejsce dostaw wraz z fakturą – Apteka szpitalna.
6. Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Apteki szpitalnej lub osoby upoważnione.

#### **§6.**

1. Wartość umowy w zakresie dostaw wynosi brutto:  
..... zł  
(słownie: .....).
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiący załącznik nr ..... do niniejszej umowy.
3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z

przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, itp.).

#### §7.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego w terminie **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### §8.

#### GWARANCJA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania.
2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. **W sytuacjach wyjątkowych, np. brak dostępności próbek w magazynie Dostawcy z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy a konieczność dostarczenia ich do Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności nie krótszy niż 4 miesiące pod warunkiem obowiązku złożenia deklaracji i zapisu w umowie o możliwości i zapewnieniu wymiany nie wykorzystanych próbek i powiadomieniu Dostawcy minimum 1 miesiąc przed upływem terminu ważności o konieczności wymiany.**
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... **miesiący** (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

#### §9.

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy** od daty zawarcia, tj. od dnia ..... **2021** roku do dnia ..... **2022** roku.

#### §10.

#### KARY UMOWNE I ODSETKI

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania, w przypadku:
  - 1) opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu aparatów, o których mowa w §2-4,
  - 2) **braku dotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,**
  - 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia,
  - 4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.
4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.
5. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez

Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu.

6. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, w którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u innego dostawcy.

#### **§11.**

##### **SIŁA WYŻSZA**

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.
2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązać się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy.

#### **§12.**

##### **PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot umowy wykona samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców/ wykonanie następujących części zamówienia powierzy podwykonawcom .....\*).

#### **§13.**

##### **ZMIANA I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.
2. W związku z regulacją art. art. 454 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  - 1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy wyszczególnionego w Załączniku nr ..... do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 2) zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr ..... do niniejszej umowy,
  - 3) zakupu asortymentu o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
  - 4) wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 i §6 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 5) zamiana poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr ..... do umowy, w przypadku zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,
  - 6) zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr ..... do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
  - 7) zmiana sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i uzasadniona jego potrzebami,



- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o 20% wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz 6 mogą być dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy w formie, o której mowa w ust. 1.
  4. Wniosek, dotyczący sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lub pkt 6 powinien być opatrzony pismem od producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy informującym o zaistnieniu przedmiotowej sytuacji.
  5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni, o wznowieniu produkcji przez producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. Okoliczność ta nie wyłącza stosowania § 6 ust. 5.
  6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  7. W przypadku naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie ponad 5 dni w stosunku do terminu realizacji, lub trzykrotnego w ciągu miesiąca opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji.
  8. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji dostaw). W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
  9. W okolicznościach wymienionych w ust. 6 – 8 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy.
  10. Skutki odstąpienia następują na przyszłość.

#### **§14.**

#### **ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA**

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniodawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest **Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,**
  - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@spartanska.pl](mailto:iod@spartanska.pl); [kancelaria@spartanska.pl](mailto:kancelaria@spartanska.pl).
  - 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  - 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  - 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  - 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
4. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

#### **§15.**

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
  - 3) Dzierżawca: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
  - 4) Wyzierzawiający: .....
3. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

#### **§16.**

##### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego lub praw patentowych lub innych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Specyfikacja warunków zamówienia  
Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania  
w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych,  
linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ  
FORMULARZ OFERTOWY**

....., dnia .....

**1. INFORMACJE O WYKONAWCY**

1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

.....  
*nazwa Wykonawcy*

.....

.....  
*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP ..... REGON .....

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) .....

tel. .... fax .....

e-mail ..... www ..... (jeżeli posiada)

województwo ..... powiat .....

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)<sup>1</sup>:

Pełnomocnik

Konsorcjum: .....

.....

*nazwa Wykonawcy*

.....

.....

*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP ..... REGON .....

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) .....

tel. .... fax .....

e-mail ..... www ..... (jeżeli posiada)

województwo ..... powiat .....

Uczestnik Konsorcjum: .....

*nazwa Wykonawcy*

.....

.....

<sup>1</sup> Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika

Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania  
w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych,  
linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

*adres Wykonawcy (siedziba)*

NIP ..... REGON .....

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) .....

tel. .... fax .....

e-mail ..... www ..... (jeżeli posiada)

województwo ..... powiat .....

2) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....

*nazwa*

.....

numer telefonu: .....

numer faksu: .....

adres poczty elektronicznej: .....

## 2. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki” – sprawa nr 3/PN/2021/ES, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

### ZADANIE NR 1- MATERIAŁY OPATRUNKOWE I FOLIE OPERACYJNE,

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

### ZADANIE NR 2- PRZYLEPCE,

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

### ZADANIE NR 3- DOSTAWA AKCESORII DO STERYLIZACJI,

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

### ZADANIE NR 4- LINIA INFUZYJNA DO PODAŻY LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH,

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

**ZADANIE NR 5- LINIA PRÓBKUJĄCA,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

**ZADANIE NR 6- POJEMNIKI PRÓŻNIOWE,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy wynosi ogółem brutto: ..... zł

Czynsz dzierżawny wynosi brutto miesięcznie: ..... zł

\*Należy załączyć wypełniony Załącznik nr 2 do Formularza oferty do Zadania nr 6

**ZADANIE NR 7- KANIULE,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

**ZADANIE NR 8- CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

**ZADANIE NR 9- KRANIK TRÓJDROŻNY PRZEDŁUŻENIEM,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

**ZADANIE NR 10- KRANIK TRÓJDROŻNY STERYLNY,**

za cenę całkowitą brutto ..... PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w tym podatek VAT w wysokości .....

2. Oświadczamy, że zamówiony towar dostarczymy do siedziby Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Oświadczamy, że okres przydatności do stosowania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy towaru do Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... (minimum 12 miesięcy) miesięcy od daty dostawy, że dostarczony asortyment jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry i wymagania określone w załączniku nr 2 do SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie (art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
6. Oświadczamy, że<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić

Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania  
w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych,  
linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

- 1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- 2) wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....  
*nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku.*

7. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy<sup>3</sup>:
  - 1) mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 2 mln euro,
  - 2) małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 10 mln euro,
  - 3) średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- ~~10. Oświadczamy, że po zawarciu umowy zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową Specyfikację asortymentowo-cenową w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w preferowanym zapisie \*.ofe, która ma spełniać wymogi specyfikacji formatu DATA-FARM.~~
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>4</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>5</sup>
12. Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: p. ...., tel. ...., e-mail .....
13. Wadium zostało wniesione:
  - a) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego .....
  - b) w siedzibie Zamawiającego w formie .....
14. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 uPzp, na następujący rachunek bankowy .....
15. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie .....
16. W przypadku wyboru naszej oferty, dostawa towaru będzie realizowana z .....(adres magazynu).

<sup>3</sup> Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

<sup>5</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

<sup>6</sup> Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty

<sup>7</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>8</sup> Niepotrzebne skreślić

Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

17. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
18. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzmy podwykonawcom<sup>9</sup>.
19. Oświadczamy, że powierzmy podwykonawcom część zamówienia:

Część zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy

20. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

21. Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 uPzp<sup>10</sup>:

- 1) żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

22. Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do .....

23. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

- a) ..... Załącznik nr .....
- b) ..... Załącznik nr .....

.....  
 Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub  
 upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)  
 Wykonawcy(ów)

<sup>9</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>10</sup> Niepotrzebne skreślić





Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

Załącznik nr 2 do Formularza oferty  
Do Zadania nr 6

L. p.	PARAMETR WYMAGANY	WARUNEK	Opis parametru
1.	Technika pobierania – system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji.	TAK	
2.	Probówka do oznaczania OB wykonana ze szkła.	TAK	
3.	<del>Probówka PET do analizy osocza z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym, umożliwiającą separację w czasie 3 minuty przy 4000 g.</del> <b>pojemnik próżniowy do analizy osocza o objętości 3,5 ml lub 4,5 ml z heparyną litową i separatorem mechanicznym.</b>	TAK	
4.	Igły systemowe - bezpieczne i igły motylkowe - bezpieczne, posiadające zabezpieczenie umieszczone na korpusie igły lub na samej igle.	TAK	
5.	Okienko wizualizacyjne igieł bezpiecznych z wizualną weryfikacją wprowadzenia do naczynia, wyraźne i nieprzystłonięte przez inne elementy zestawu, wypełniające się krwią na długości minimum 5 [mm].	TAK	
6.	Wszystkie elementy zamkniętego systemu pobierania krwi, pochodzące od jednego producenta, zapewniające pełną kompatybilność i bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów.	TAK	
7.	Minimum jeden raz w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie szkolenia dla personelu z zakresu poprawnego korzystania z przedmiotu zamówienia.	TAK	
8.	Minimum jeden raz w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie kontroli jakości etapu preanalitycznego poprzez identyfikację oraz eliminację błędów przedlaboratoryjnych i analizę zaistniałych błędów i usprawnienie procedur pobierania krwi zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu jakości fazy przedlaboratoryjnej.	TAK	

Specyfikacja warunków zamówienia

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki- sprawa nr 3/PN/2021/ES

9.	W czasie trwania umowy dzierżawa dwóch aparatów (głównego i typu back-up) służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB). Oba aparaty muszą współpracować z probówkami do pomiaru OB dostarczonymi przez Wykonawcę.	TAK	
10.	Aparat główny wyposażony w mieszadło automatyczne i wbudowaną drukarkę, umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 15 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut, aparat główny podłączony na koszt Wykonawcy do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.	TAK	
11.	Aparat typu back-up umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 10 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut.	TAK	
12.	W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia: bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne (jeśli instrukcja aparatów tego wymaga) i części zamienne do obu aparatów w przypadku awarii któregoś z nich.	TAK	
	Wykonawca przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych; w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni dostarczy aparaty zastępcze (podobnej generacji).	TAK	