



WSzSL.FZ.381./40/23 438/2023

Legnica 23.06.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI
NA DOSTAWY AKCESORIÓW DO RESPIRATORA AIRVO 2 ORAZ DIATERMII VIO 300D**

znak sprawy: WSzSL/FZ-40/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie - Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralną jednorazową owalną o symetrycznych równych powierzchniach dzielonych, powierzchnia części aktywnej 87cm² z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 21 cm² pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż