



Dział Zamówień Publicznych

Ldz. 631/2021

Olsztyn, dnia 23.04.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 85/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pt.: „Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. Dotyczy Części nr 3:

W związku z tym, że producent nie posiada w ofercie sonotrod tytanowych o średnicy 7, 14 oraz 40 mm, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzech sonotrod tytanowych o średnicy 6 mm do homogenizatora Scientz 650E?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 3 wymaga zaoferowania dwóch sonotrod o średnicy 6mm do homogenizatora Scientz 650E.

Z poważaniem


KANGLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki:

1. Zmieniony (2) Załącznik nr 1 do SWZ.

Sporządziła: Karolina Kostrzewa

