

Konin, 12.10.2022r.

WSZ-EP-55/1530/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-55/2022).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pkt 11

Czy Zamawiający wymaga aby komponenty blatu były łączone systemem hakowym, który zapewni stabilizację zamontowanych komponentów, System hakowy jest bezpiecznym, łatwym w użyciu sposobem łączenia poszczególnych elementów blatu nie wymagającym dodatkowych pokręteł, komponenty z mocowaniem hakowym są znacznie lżejsze i łatwiejsze w obsłudze niż pozostałe systemy mocowań np. bolec co znacznie ułatwia pracę na bloku operacyjnym

Odpowiedź: Zamawiający nie określa technologii łączenia, przy czym doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania stołu wyposażonego w stabilny system mocowania komponentów blatu, łatwy w użyciu, nie wymagający stosowania dodatkowych pokręteł. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (Zał. nr 2.1 do 2.2 do SWZ WSZ-EP-55/2022) w pakiecie nr 1 pkt 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.