

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 23.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści pętlę 150 cm, spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści szew 90 cm, spełniający pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 1 poz.17

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.21

Czy Zamawiający dopuści igłę z unikalną smukłą geometrią końcówki i tnącą krawędzią wierzchołka na zewnątrz krzywizny igły. Trzon igły jest stopniowo spłaszczony od końcówki, w celu zwiększenia stabilności igły w imadle. Najlepszy wybór do chirurgii plastycznej, gdzie niezmiernie ważny jest efekt kosmetyczny, spełniającą pozostałe zapisy SWZ?



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 1-23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy takich szwów oczekuje od wykonawcy: szwu plecionego powlekanego, poliglaktyna 910, powleczenie Poliglaktyna 370 + Stearynian wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego Po 1 dniu: 100% Po 14 dniach: 75% Po 21 dniach: 40-50% Po 28 dniach: 25% oraz całkowitej absorpcji Po 56 - 70 dniach?

Odp. TAK.

Pakiet 1 poz. 1- 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy takich szwów oczekuje od wykonawcy, który w wartościach średnich oraz w porównaniu do minimalnych limitów USP i FE szew ma posiadać około 140% KPTS (wytrzymałość węzła na rozciąganie) w czasie początkowym , około 104% po dwóch tygodniach, i około 75% w czasie trzech tygodni po zaimplantowaniu. Wartości te gwarantują bezpieczeństwo operatora, pacjenta i szpitala.

Odp. TAK.

Pakiet 2 poz. 4,5,6,8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą- obecnie stosowaną spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą 48 mm- obecnie stosowaną spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą -Tnące zakończenie igły jest umieszczone na jej czubku, które stopniowo przekształca się w okrągły trzon. Trzon igły jest spłaszczony, by zapewnić stabilność igły w imadle.- obecnie stosowaną spełniającą pozostałe zapisy SWZ?



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści igłę obecnie stosowaną- igła okrągła z krótkim tnącym końcem zapewnia łatwiejsze przejście przez twarde, zwapniałe naczynia, co ma szczególne znaczenie w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Igła posiada półkwadratowy przekrój trzonu o zaokrąglonych krawędziach, który zapewnia jej stabilność w imadle spełniającą pozostałe zapisy SWZ?



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę obecnie stosowaną- igła okrągła z krótkim tnącym końcem zapewnia łatwiejsze przejście przez twarde, zwapniałe naczynia, co ma szczególne znaczenie w kardiologii i chirurgii naczyniowej. Igła posiada półkwadratowy przekrój trzonu o zaokrąglonych krawędziach, który zapewnia jej stabilność w imadle spełniająca pozostałe zapisy SWZ?




Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą- Tnące zakończenie igły jest umieszczone na jej czubku, które stopniowo przekształca się w okrągły trzon. Trzon igły jest spłaszczony, by zapewnić stabilność igły w imadle.-obecnie stosowaną spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek 