



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 19 listopada 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, kosmetyków oraz rękawic medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 50/PN/2024.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 14**

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza taśm podcewkowych o powyższych parametrach.

**2) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu typu specjal w rozmiarze 70 x 50 x 1mm lub 80 x 50 x 1mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu typu specjal w rozmiarze 70 x 50 x 1mm lub 80 x 50 x 1mm.

**3) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu typu standard w rozmiarze 70 x 50 x 10mm lub 80 x 50 x 10mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu typu standard w rozmiarze 70 x 50 x 10mm lub 80 x 50 x 10mm.

**4) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści do postępowania „Jednorazowy niesterylny pojemnik do zbiórki płynów, stosowany w podciśnieniowej terapii ran, pakowane po 1 szt. Pojemność 800 ml kompatybilnego z pozostałą częścią asortymentu”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza „Jednorazowy niesterylny pojemnik do zbiórki płynów, stosowany w podciśnieniowej terapii ran, pakowane po 1 szt. Pojemność 800 ml, kompatybilny z pozostałą częścią asortymentu”.

**5) Dotyczy zapisów §7 ust. 1 wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 6 niniejszej umowy- w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
  - b) za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości **0,5%** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7.

**6) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10mb z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10mb z przeliczeniem podanych ilości.

**7) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną wykonaną z nylonu, wiskozy i bawełny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opaskę kohezyjną wykonaną z nylonu, wiskozy i bawełny.

**8) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną w opakowaniu papierowo-foliowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opaskę kohezyjną w opakowaniu papierowo-foliowym.

**9) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**10) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową z czasem modelowania ok 3 min?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową z czasem modelowania ok 3 min.

**11) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**12) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy pokryty białą parafiną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek z gazy pokryty białą parafiną.

**13) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**14) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniu jednostkowym typu papier-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunki w opakowaniu jednostkowym typu papier-papier.

**15) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki bez dodatkowego opakowania foliowego w kartonie zbiorczym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunki bez dodatkowego opakowania foliowego w kartonie zbiorczym.

**16) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul wykonany z 100% poliestru o gramaturze  $\leq 50\text{g/m}^2$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul wykonany z 100% poliestru o gramaturze  $\leq 50\text{g/m}^2$ .

**17) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 1,5 x 1,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek z dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 1,5 x 1,5cm.

**18) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**19) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki wykonane ze 100% poliestru o gramaturze  $\leq 50\text{g/m}^2$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunki wykonane ze 100% poliestru o gramaturze  $\leq 50\text{g/m}^2$ .

**20) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**21) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**22) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 6,8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**23) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 7-9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z tkaniny bawełnianej z ząbkowanymi brzegami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przylepiec wykonany z tkaniny bawełnianej z ząbkowanymi brzegami.

**24) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 7-9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z naniesionym hypoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przylepiec z naniesionym hypoalergicznym klejem akrylowym.

**25) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'24szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'24szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**26) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**27) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści taśmę posiadającą warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z oznaczeniem graficznym - tj.; podziałką metryczną, ułatwiającą dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza taśmę posiadającą warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z oznaczeniem graficznym - tj.; podziałką metryczną, ułatwiającą dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację.

**28) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**29) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**30) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 16-17**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane z elastycznego poliamidu wzmocnione nylonową włókniną typu spunbond?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza paski do zamykania ran wykonane z elastycznego poliamidu wzmocnione nylonową włókniną typu spunbond.

**31) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**32) Dotyczy Zadania nr 9, poz. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości.

**33) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię zawierającą 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej? Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza bakteriobójczej folii o powyższych parametrach.

**34) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści folię w opakowaniu indywidualnym papier-folia oraz dodatkowym wewnętrznym zabezpieczeniem folii w papier silikonowany?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii w opakowaniu indywidualnym papier-folia oraz dodatkowym wewnętrznym zabezpieczeniem folii w papier silikonowany.

**35) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm (część lepna 54x80cm)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii w rozmiarze 80x60cm (część lepna 54x80cm).

**36) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x46cm (część lepna 60x46cm)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii w rozmiarze 60x46cm (część lepna 60x46cm).

**37) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm (część lepna 42x36cm)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii w rozmiarze 42x42cm (część lepna 42x36cm).

**38) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x26cm (część lepna 15x20cm)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii w rozmiarze 15x26cm (część lepna 15x20cm).

**39) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min.

245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100/200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rękawic o powyższych parametrach.

**40) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na



opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezaleznej. Pozbawione dodatkow chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposob uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarow. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

#### **41) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 3**

Czy Zamawiajacy dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkowa tekstura na koncach palcow, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybow i wirusow zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezaleznej. Pozbawione dodatkow chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposob uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarow. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

#### **Odpowiedź Zamawiajacego:**

Zamawiajacy nie dopuszcza rękawic o powyższych parametrach.

#### **42) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 4**

Czy Zamawiajacy dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o podwyższonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy, mikrotekstura na całej dłoni plus dodatkowa tekstura na koncach palcow, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybow i wirusow zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatkow chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

#### **Odpowiedź Zamawiajacego:**

Zamawiajacy nie dopuszcza rękawic o powyższych parametrach.

**43) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. Pakowany po 1 szt. w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. Pakowany po 1 szt. w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm.

**44) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. W rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. W rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm.

**45) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. W rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zabezpieczającego ranę do terapii podciśnieniowej zawierający: opatrunek piankowy, port z miękkim dwuświatłowym drenem minimalizujący uścisk, transparentną folię. W rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm.

**46) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego pojemnika do zbiórki płynów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza jednorazowy sterylny pojemnik do zbiórki płynów.

**47) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego pojemnika do zbiórki płynów o pojemności 800 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza jednorazowy sterylny pojemnik do zbiórki płynów o pojemności 800 ml.

**48) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące

Rozmiar 10 cm x 30 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące,

pod warunkiem sterylności oferowanej pompy do wytwarzania podciśnienia, w rozmiarze 10 cm x 30 cm.

**49) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące

Rozmiar 16 cm x 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące,

pod warunkiem sterylności oferowanej pompy do wytwarzania podciśnienia, w rozmiarze 16 cm x 21 cm.

**50) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące

Rozmiar 16 cm x 31 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,

3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące,  
pod warunkiem sterylności oferowanej pompy do wytwarzania podciśnienia, w rozmiarze 16 cm x 31 cm.

**51) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące

Rozmiar 21 cm x 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące,  
pod warunkiem sterylności oferowanej pompy do wytwarzania podciśnienia, w rozmiarze 21 cm x 21 cm.

**52) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące

Rozmiar 26 cm x 26 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zestawu do terapii podciśnieniowej, w którego skład wchodzi:

- 1) jednorazowa pompa do wytwarzania podciśnienia wraz z 2 x bateriami alkalicznymi AA,
- 2) sterylny opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej - 2 szt.,
- 3) zaczep do paska + dodatkowe paski mocujące,  
pod warunkiem sterylności oferowanej pompy do wytwarzania podciśnienia, w rozmiarze 26 cm x 26 cm.

**53) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1-6**

Czy wycenę podać za metr w stanie rozciągniętym, czy w spoczynku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wycenę należy podać za metr siatki opatrunkowej w stanie spoczynku.

**54) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1-6**

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie zawierające 25 mb siatki w stanie rozciągniętym – 10 m w stanie spoczynku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 opakowanie zawierające 25 mb siatki w stanie rozciągniętym – 10 m w stanie spoczynku.

**55) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 7-8**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i nie dopuszcza wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu.

**56) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 7-8**

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie indywidualne – papier/folia, zbiorczo pakowane w karton, etykieta na opakowaniu jednostkowym, natomiast na zbiorczym kartonie z etykietą w przypadku zamówienia całych kartonów (dla gazy 1m2 – 400 szt; dla gazy 0,5 m2 – 800 szt)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie indywidualne – papier/folia, zbiorczo pakowane w karton, etykieta na opakowaniu jednostkowym, natomiast na zbiorczym kartonie z etykietą w przypadku zamówienia całych kartonów (dla gazy 1m2 – 400 szt; dla gazy 0,5 m2 – 800 szt).

**57) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 70-80 mm x 50 mm x 1mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza gąbkę w rozmiarze 70-80 mm x 50 mm x 1mm.

**58) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 70-80 mm x 50 mm x 10mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza gąbkę w rozmiarze 70-80 mm x 50 mm x 10mm.

**59) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1, 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe, w których czas wiązania wynosi 5 min, a czas modelowania 3 – 3,5 min?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe, w których czas wiązania wynosi 5 min, a czas modelowania 3 – 3,5 min.

**60) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym (23% vat)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza waty będącej wyrobem higienicznym (23% vat).

**61) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% o gramaturze 500 g z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą 100% o gramaturze 500 g z przeliczeniem ilości.

**62) Dotyczy Zadania nr 11, poz. 4**

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli 2 szt. zapinki w opakowaniu, a nie 2 sztuki opaski w opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, nie doszło do omyłki. Zamawiający wymaga 2 szt. opaski w opakowaniu.

**63) Dotyczy Zadania nr 11, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną a1 z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza opaski pakowanej a1 z przeliczeniem ilości.

**64) Dotyczy zapisów §7 ust. 1, 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 KARY UMOWNE w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 6 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
  - b) za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;

c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

2. Łączna wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1 umowy nie może przekroczyć 10% jej wartości netto.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §7 KARY UMOWNE.

**65) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii chirurgicznej o powyższych parametrach.

**66) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii chirurgicznej o powyższych parametrach.

**67) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 70x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii chirurgicznej o powyższych parametrach.

**68) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii chirurgicznej o powyższych parametrach.

**69) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm (całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza folii chirurgicznej o powyższych parametrach.

**70) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych o charakterystyce: diagnostyczno-ochronne, nitylowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa, kolor niebiesko-szary, AQL 1,0 – fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Substancje wymienione w rękawicach uznane przez USP jako środek ochronny skóry. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, dobrze przylegające do dłoni użytkownika. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania dzięki pakowaniu mechanicznemu (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne przez min 60 min. na przenikanie 30% nadtlenku wodoru i min 240 min 37% formaldehydu zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na przenikanie min. 12 leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978, w tym odporne przez min. 20 min. na przenikalność Karmustyny oraz Tiotepy. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Otwór



dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspenserów, pakowane po 200 sztuk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rękawic nitrylowych o powyższych parametrach.

**71) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów bez zmian.

**72) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o charakterystyce: diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu  $0,15 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,10 \pm 0,01$  mm, na mankiecie  $0,08 \pm 0,01$  mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspenserów, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o charakterystyce: diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu  $0,15 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,10 \pm 0,01$  mm, na mankiecie  $0,08 \pm 0,01$  mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z

normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspenseru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

**73) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic w rozmiarze XL w opakowaniach po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarze XL w opakowaniach po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**74) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych o charakterystyce: diagnostyczne nitylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,0; grubość na palcu (mediana) 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, oznaczenie kolorystyczne w zależności od rozmiaru, pakowane po 50 sztuk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rękawic nitylowych o powyższych parametrach.

**75) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic w rozmiarze XS-XL w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów bez zmian.

#### **76) Dotyczy Zadania nr 22, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o charakterystyce: diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania - dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 30 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych (akceleratorów): tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5 ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rękawic nitrylowych o powyższych parametrach.