



Ldz.:2022

Olsztyn, dnia 28.11.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 439/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie .”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści otoskop z powiększeniem 2,5x? Czy dopuści zarówno otoskop jak i oftalmoskop z oświetleniem LED (dłuższa żywotność i brak konieczności wymiany żarówki)? Oraz czy dopuści dwie osobne główki (otoskopu i oftalmoskopu) z jedną rękojeścią (główki przykręcanie do rękojeści) - pozwoli to na dobranie oftalmoskopu z lepszymi parametrami.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza urządzenia o parametrach zaproponowanych powyżej.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Sylwia Niemiec

mgr Sylwia Niemiec