



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



RI.272.1.5.2024

Lębork, 16.08.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-63b67304-74ef-4050-addf-a6994f2c5215

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe”. Znak sprawy: RI.272.1.5.2024.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie do zadania nr 22, pozycja 23 - mata ślizgowa:

Zamawiający w OPZ wymaga dostarczenia łatwoślizgu w kolorze niebieskim. Czy produkt w kolorze czerwonym zostanie uznany jako równoważny? Kolor w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność, ani dodatkowe możliwości produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza łatwoślizg w kolorze czerwonym.

2. Pytanie do zadania 22, pozycja 7 - cykloergometr:

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na model cyklometru, który jest już niedostępny na rynku. Proszę o zmianę OPZ dla w/w pozycji na:

1. Cyklometr rehabilitacyjny przeznaczony do rehabilitacji oraz do przeprowadzania badań wysiłkowych.
2. Zakres obciążenia min. od 25 do 1001 W.
3. Zakres obrotów min. od 5 do 150 obr/min.
4. Obsługa za pomocą komputera.
5. Hamowanie sterowane procesorem.
6. Dostosowanie tempa jazdy indywidualnie do pacjenta.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



7. Obciążenie niezależne od prędkości.
8. Wbudowany moduł EKG min. 12 standardowych odprowadzeń z trybem diagnostycznym.
9. Cyfrowe filtry min. 25,35,45 Hz.
11. Odporność na defibrylację typu CF.
12. Zakres pomiaru pulsu min. 25-300 bpm.
13. Praca ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem.
14. Dopuszczalne obciążenie min. 201 kg.
15. Wymiary min. 1140x535x1328 mm
16. Zasilanie zewnętrzne.

Odp. Zamawiający dopuszcza cyklometr o w/w parametrach.

Zamawiający informuje, że w związku z faktem iż w/w wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęły do Zamawiającego później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adrian Wenta