



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Znak sprawy: **TZ.252.1.29.2021**
l.dz. WPR/3045/06/2021/W

Katowice, dn. 22.06.2021

Uczestnicy postępowania

nr WPR/TZ/252/ZP/17/2021

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą 10 sztuk defibrylatorów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: **WPR/AZ/252/ZP/17/2021**.

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W związku z tym, że zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy pacjentom w pełnym zakresie wiekowym prosimy o doprecyzowanie naszych wątpliwości w zakresie pomiaru parametrów życiowych i odpowiedź na pytanie. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie umożliwiała pracę i pomiar wszystkich wymaganych parametrów życiowych tj. SpO2, EtCO2, NIBP, respiracja, rytm serca we wszystkich grupach wiekowych od noworodków po osoby dorosłe z zachowaniem określonych w SIWZ granicznych ram pomiarowych ?

Odpowiedź:

Kardiomonitoring są wykorzystywane przez ZRM w każdej grupie wiekowej, w związku z tym wymagamy oceny parametrów w w/w grupie wiekowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca od 30 do 300 u/min?

Oferowane rozwiązanie ma taką samą wartość kliniczną, gdyż postępowanie z pacjentem z bradykardią 20u/min czy 30u/min jest takie same.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ wymagany zakres pomiaru to 20u/min.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z równoważnym systemem zasilania, wyposażonym w uchwyt ścienny z zasilaniem 12-28V dającym stałe ładowanie akumulatora w czasie transportowania urządzenia w uchwycie transportowym, jak również w czasie monitorowania i posiadającym akumulator gwarantujący czas pracy aż 6 godzin bez konieczności ładowania?

Takie rozwiązanie pozwala na to, aby w czasie przewożenia w uchwycie karetkowym (standardowy sposób przewożenia urządzenia w ambulansie) możliwe było jednocześnie: ładowanie akumulatora, elektroterapia pacjenta, monitorowanie pacjenta, a także wymianę akumulatora bez wyłączania aparatu, zasilania urządzenia bez konieczności posiadania zainstalowanego w defibrylatorze akumulatora, nie korzystał z zasilania akumulatorowego utrzymując go zawsze w 100% gotowości do pracy, jak również umożliwia pracę. Na wyposażeniu każdego aparatu znajduje się nowoczesny akumulator ze wskaźnikiem czasu pracy podanych w godzinach, ten sam czas co na baterii wyświetlany jest na ekranie aparatu co pozwala na pełną kontrolę poziomu naładowania oraz umożliwia na wykonanie 300 defibrylacji z maksymalną energią. Producent nie wymaga stosowania zewnętrznych ładowarek do zapewnienia energii w defibrylatorze do ciągłej pracy w ambulansie. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dodatkowa ładowarka sieciowa 230v oraz dodatkowe akumulatory są elementem podnoszącym niepotrzebnie cenę oferowanego sprzętu i czyni tym samym naszą ofertę mniej atrakcyjną w porównaniu z konkurencją, która posiada inne, równoważne systemy zasilania (np. wymagające stosowania zewnętrznych ładowarek i dodatkowych akumulatorów).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z przekątną ekranu 6,5 cala, który posiada możliwość wyświetlenia: 4 krzywych dynamicznych jednocześnie; wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników

www.wpr.pl





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych (rozwiązanie niespotykane w urządzeniach z większym ekranem ale niższą rozdzielczością)? Ekran oferowanego urządzenia posiada przekątną 6,5 cala, ale wyższą rozdzielczość w porównaniu z rozwiązaniem konkurencyjnym, co znacznie bardziej wpływa na ilości i jakość prezentowanych na ekranie danych medycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga, aby defibrylator pozwalał na wykonanie procedury defibrylacji za pomocą łyżek lub elektrod. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma być dostępna w przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem obydwu wyżej wymienionych akcesoriów?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy aparatu o pomiar IPB oraz pomiar temperatury?

Koszt rozbudowy defibrylatora o powyższe możliwości jest porównywalny z zakupem nowego urządzenia. Zapis ten nie ma żadnego uzasadnienia medycznego a jedynie wyeliminowanie konkurencji.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający opisując parametr „Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg” miał namyśli urządzenie gotowe do pracy z akumulatorami oraz wszystkimi akcesoriami umożliwiającymi pomiar i wydruk EKG, ciśnienia tętniczego, wykonanie defibrylacji oraz teletransmisji EKG, wymaganymi w dalszej części OPZ?

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 8

Opisując parametr w pkt. 10 „Defibrylacja w trybie ręcznym i AED” pytamy czy Zamawiający wymaga defibrylatora który wykonuje procedurę defibrylacji we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z wytycznymi NFZ i Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 poz. 880)?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie podanych poniżej rozbieżności:
W SWZ Rozdział II ustęp 9 „Dokumenty składane na wezwanie” pkt. 2) Zamawiający zaznaczył, iż oczekuje złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 4. W wykazie załączników wyżej wymienione oświadczenie znajduje się w załączniku nr 3, a załącznik 4 jest wykazem placówek hemodynamiki. W związku z tym prosimy o informacji, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i wymagany na wezwanie załącznikiem będzie ten ze wzoru nr 3.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z o wydłużenie terminu naprawy oraz dostawy urządzenia do Zamawiającego wskazanego w §6 ust. 6 pkt b) z 7 dni do 10 dni roboczych oraz do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami SWZ.





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy nie doszło do omyłki pisarskiej we wzorze umowy w §2 ust. 2: „Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (przez dzień roboczy rozumieć należy każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia o dniach wolnych od pracy). Podpisanie umowy następuje w jednej z dwóch 2 form: w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i autoryzacji podpisów stron.”

Czy zamiast terminu 1 dnia roboczego w powyższym zapisie nie powinno zostać uwzględnione 10 dni na zawarcie umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 264.ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje zapis w §2 ust. 2 propozycji umowy (w załączeniu), poprzez jego usunięcie i odpowiednią modyfikację numeracji w § 2.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki o zasięgu ogólnokrajowym, zarządzenia władz administracji publicznej itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być, w miarę możliwości, potwierdzony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej. Zwłoka lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

K. Kozłowski



Pytanie nr 13

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie wymagania opisanego w punkcie 2 OPZ w załączniku nr 1 do SIWZ tj. „**Potwierdzenie współpracy z ośrodkami Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujące pacjentów od ZRM zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ**” i jednocześnie wyrażenie zgody na oświadczenie i zobowiązanie ze strony Wykonawcy o możliwości spełnienia wyżej wymienionego wymagania po wyborze oferty i podpisaniu umowy z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oświadczenia w trakcie postępowania. Jednak przed podpisaniem umowy Zamawiający oczekuje wymaganych zaświadczeń udokumentowanej współpracy z placówkami wymienionymi w załączniku nr 4.


Pytanie nr 14

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych różniących się od OPZ parametrach:

- Ładowanie akumulatorów (3 sztuki) w urządzeniu – w zestawie uchwyt ścienny zgodny z PN EN 1789 z możliwością zasilania i ładowania defibrylatora bezpośrednio po wpięciu (12V)
- Czas pracy urządzenia na trzech akumulatorach - 10 godzin monitorowania lub 200 defibrylacji energią 200J
- Autotest urządzenia każdorazowo przy włączeniu defibrylatora, możliwość wykonania testu na zlecenie użytkownika z wydrukiem potwierdzającym
- Nakładki pediatryczne na łyżki twarde pozwalające na defibrylację niemowląt/dzieci do 5 kg
- Pamięć w postaci karty CF do zapisu wszystkich rejestrowanych danych i aktualizacji oprogramowania
- Odczyt 6 i 12 odprowadzeń EKG w zestawie odpowiednie kable

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.





Pytanie nr 15

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy punktu 4 - Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu poprzez zaoferowanie urządzenia, które automatycznie rozpoczyna proces ładowania baterii po wpięciu w mocowanie karetkowe bez konieczności umieszczania baterii w dedykowanej ładowarce do akumulatorów?

-Czy Zamawiający oczekuje żeby ładowarka posiadała certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą informujący o zgodności z aktualną normą PN EN 1789?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17

Pytanie do punktu 14 Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane – w zestawie

-Czy Zamawiający po przez pojęcie dziecko rozumie osobę która ukończyła 30 dzień życia, a tym samym przekroczyło masę 5 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 18

Pytanie do punktu 6 Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Handwritten signature



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

-Czy Zamawiający określając maksymalny ciężar urządzenia ma na myśli urządzenie w pełnej oferowanej konfiguracji gotowe do użycia oraz w pełni funkcjonalne?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Dariusz Krawczyk

Załączniki:

1. Zmodyfikowany w dniu 22.06.2021 r. załącznik nr 5 do SWZ – propozycja umowy.
2. a/a.

Sporządzili:
Tomasz Dec
Marta Korus

Akceptowała:
Katarzyna Pietruszka

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162