

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 21/23

Lublin, dnia 09.03.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa odczynników do Pracowni Cytometrii Przepływowej .”

- I. **Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

Pytanie Nr 1

Dotyczy części 1 (PBS buforowany r-r soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu, sterylny, 100mL)

Czy Zamawiający dopuści PBS konfekcjonowany po 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakiet 2 i 6

Zwracam się z prośbą o możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów, składanych w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy. Zamawiającemu ułatwi to procesowanie dokumentacji postępowania, a także jego archiwizację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów, składanych w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy , równocześnie wymaga oświadczenia złożonego z ofertą na potwierdzenie ww. rozwiązania.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakiet 2 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy oraz reklamacji do 21 dni? Ułatwi to Wykonawcy realizację umowy, a Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania. Dodatkowo nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, wymagany przez Zamawiającego termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

Dotyczy § 4, 2 – zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do godziny 16.00. Wykonawca korzysta z usług firmy kurierskiej, a więc jest dostawa jest zależna od godzin pracy firmy kurierskiej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy § 2 , 6 - W załączonym wzorze umowy nie została ujęta sytuacja braku dostępności, wycofania produktów z oferty producenta dla których nie ma jakościowego odpowiednika lub zamiennika o lepszych parametrach. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie zapisu w umowie:

„Wykonawca oświadcza, a zamawiający przyjmuje to do wiadomości i wyraża na to zgodę, że w przypadku wycofania produktu z oferty producenta dla którego nie jest przewidziany odpowiednik jakościowy lub o lepszych parametrach, umowa dla tego produktu przestanie obowiązywać.

Gdyby w związku z zamówieniem jakiego dokona zamawiający tego rodzaju sytuacja miała miejsce, wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie zamawiającego i powiadomi o niemożności jej wykonania. W takim przypadku nie zachodzi jednak causa do naliczenia kar umownych z tytułu braku lub opóźnienia w dostawie, zamawiający nie odstąpi od umowy w części lub całości lub nie dokona jej wypowiedzenia z tego tytułu, a zamówienie publiczne w postaci umowy jaka łączy strony, nie zostanie uznane za nienależycie wykonane.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy § 6, 1, a), b) - Zwracam się z prośbą o obniżenie wysokości kar do poziomu 0,2%. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań co do terminowości dostaw, natomiast zaproponowany przez Zamawiającego poziom kar jest rażąco nieproporcjonalny do możliwych ubytków po stornie Zamawiającego w przypadku opóźnienia. Dodatkowo nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, określone przez Zamawiającego kary stanowią ryzyko, które Wykonawca musi wziąć pod uwagę w momencie kalkulacji ceny produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakiet 2 i 6

Zwracam się z prośbą o możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów z okresem przydatności do zużycia nie krótszym niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy. Dla Zamawiającego w przypadku niektórych produktów, może to oznaczać dłuższy termin ważności niż obecnie wymagany, dla Wykonawcy jest to kluczowy aspekt planowania dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Załącznika nr 2.10 - Kosztorys ofertowy:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że jako świadectwo jakości można przedłożyć Deklarację Zgodności potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro? Publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla Części 10 poz. 7 (XN-L Check Set, 1x3x3.0ml) termin ważności materiału kontrolnego wynosił ok. 3 miesiące. Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną dostarczany jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie w części 8 pozycji 4 odczynnika o objętości 2mL który wystarczy na przeprowadzenie 100 testów i tym samym w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w części 8 pozycji 9 z Clone: 1E7.2 na Clone: SBZAP lub całkowite wykreślenie tej pozycji. Pozostawienie części bez zmiany uniemożliwi złożenie oferty producentowi pozostałych odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 2.8 Kosztorys ofertowy (strony zamienne w załączeniu).

Pytanie Nr 12

Dotyczy

Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Dotyczy Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy: §1 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (agoracy@cozl.pl).

Pytanie Nr 14

Dotyczy Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy: §4 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy: §4 ust. 1:

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej te zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy §4 ust. 1 nadając mu brzmienie:

„Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z fakturą odbywać się będzie zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego składanym mailowo lub faksem w maksymalnym terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Faktury w dniu wysyłki będą przekazywane drogą pocztową lub drogą e-mailową na wskazany przez Zamawiającego adres.”

Pytanie Nr 16

Dotyczy Załącznika nr 2.9 KOSZTORYS OFERTOWY

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza cenowego i dodanie kolumny „cena jednostkowa netto”, „wartość podatku” oraz „wartość netto” i uwzględnienie sposobu liczenia cen jak niżej:

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórny

ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym.

Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Przykład:

Wartość brutto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa brutto

Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.)	Wartość brutto (zł) <i>6 = 4 x 5</i>	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)
3	4	5	6	7	8	9
szt.	7 650	21,50 zł	164 475,00 zł	19,91 zł	8%	152 311,50 zł

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.)	Wartość brutto (zł) <i>6 = 9 + (9 x 8)</i>	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)
3	4	5	6	7	8	9
szt.	7 650	21,50 zł	164 496,42 zł	19,91 zł	8%	152 311,50 zł

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Załącznika nr 2.9 KOSZTORYS OFERTOWY

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową producenta, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobierać świadectwo jakości oraz kartę charakterystyki dla zaoferowanych produktów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów, składanych w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy , równocześnie wymaga oświadczenia złożonego z ofertą na potwierdzenie ww. rozwiązania.

Pytanie Nr 18

Dotyczy SWZ rozdział VI „Przedmiotowe środki dowodowe”

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia katalogów, ulotek itp. w j. polskim wraz z ofertą w zamian **za złożenie oświadczenia**, że zaoficerowane produkty posiadają ulotki w języku polskim lub angielskim wraz z podaniem strony internetowej na której są dostępne.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia są także odczynniki do badań naukowych (RUO), które zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, dostarczane profesjonalnym użytkownikom, nie muszą być tłumaczone na j. polski.

Dodatkowo informujemy, że w praktyce wszelkie niezbędne informacje dotyczące zaoficerowanych produktów, Użytkownicy pobierają ze strony internetowej producenta.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty opisów produktowych w jęz. angielskim bez tłumaczeń na język polski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów, składanych w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy , równocześnie wymaga oświadczenia złożonego z ofertą na potwierdzenie ww. rozwiązania.

Pytanie Nr 19

Dotyczy SWZ Rozdz. V – Termin wykonania zamówienia oraz wzoru umowy § 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień cząstkowych do 10 dni roboczych (dla pakietu nr 9).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 20

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie instrukcję obsługi w j. angielskim na stronie internetowej producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków do 7 dni roboczych (dla pakietu nr 9).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 22

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o dodanie do istniejącego zapisu zastrzeżenia „nie dotyczy, gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”, zapis jak niżej:

*„4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. **Nie dotyczy, gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy.**”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 23

Dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji nr 6: Anti-Kappa APC, polyclonal, 100 tests. Produkt nie jest już dostępny w sprzedaży na terenie EU.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 Kosztorys ofertowy po przez wykreślenie pozycji nr 6 (strony zamienne w załączeniu).

Pytanie Nr 24

Dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji nr 7: Anti-Lambda APC-C750, polyclonal, 50 tests. Produkt nie jest już dostępny w sprzedaży na terenie EU.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 Kosztorys ofertowy po przez wykreślenie pozycji nr 7 (strony zamienne w załączeniu).

Pytanie Nr 25

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pakietu pozycji nr 4: BD Multicolor CompBeads, 100Tests. Produkt nie jest już dostępny w sprzedaży na terenie EU.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.9 Kosztorys ofertowy po przez wykreślenie pozycji nr 4 (strony zamienne w załączeniu).

Pytanie Nr 26

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pakietu pozycji nr 10: BD CellFix, 50mL. Produkt nie jest już dostępny w sprzedaży na terenie EU.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.9 Kosztorys ofertowy po przez wykreślenie pozycji nr 10 (strony zamienne w załączeniu).

Pytanie Nr 27

Dotyczy części nr 9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie od wymagania 6 miesięcznego terminu ważności dla produktów kontrolnych (krwi kontrolnej tzw. Multicheck; pozycja 108), która ze względu na swój skład mają jednomiesięczny termin ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28

Dotyczy części nr 9; pozycja nr 109

Czy zamawiający potrzebuje 6 takich samych programów na 1 rok, czy jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku?

W praktyce oferowany jest jednoroczny program, w którym wykonuje się 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku. W związku z tym prosimy o modyfikację załącznika 1 kosztorys ofertowy; kolumna A "ilość" na 1 szt. (1 szt = 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku).

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku.

Pytanie Nr 29

Dotyczy części nr 9; pozycja nr 110

Czy zamawiający potrzebuje 6 takich samych programów na 1 rok, czy jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku?

W praktyce oferowany jest jednoroczny program, w którym wykonuje się 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku. W związku z tym prosimy o modyfikację załącznika 1 kosztorys ofertowy; kolumna A "ilość" na 1 szt. (1 szt = 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku).

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku.

Pytanie Nr 30

Dotyczy części nr 9; pozycja nr 111

Czy zamawiający potrzebuje 6 takich samych programów na 1 rok, czy jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku?

W praktyce oferowany jest jednoroczny program, w którym wykonuje się 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku. W związku z tym prosimy o modyfikację załącznika 1 kosztorys ofertowy; kolumna A "ilość" na 1 szt. (1 szt = 6 oznaczeń kontrolnych w ciągu roku).

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje jeden program z 6 oznaczeniami w ciągu roku.