



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, 19.10.2023

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 84/23 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz mleka modyfikowane wraz z osprzętem.

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 :

Dotyczy Pakietu 2

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zaworu bezigłowy pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie 325 PSI ,prędkość przepływu 135 ml/min.przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, ze względu na specyfikę pacjentów (żywieni w warunkach domowych).

Pytanie 2 :

Dotyczy Pakietu 2

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego łącznika bezigłowego z przemieszczaniem dodatnim płynu, z zerowym refluxem. Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia pomaga zredukować ryzyko wniknięcia bakterii. Jednolita, silikonowa membrana, niepodzielna. Przezierna droga przepływu płynu (poliwęglanowy korpus). Przepływ nielaminarny. Kompatybilny z lipidami i lekami drażniącymi. Możliwość podaży do żyły lub tętnicy. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem środka kontrastującego - Maxymalne ciśnienie 325 PSI @10 ml/s. Kompatybilny z CT/MRI. Przepływ grawitacyjny 142ml/ min, objętość wypełnienia 0,19 ml, Czas użycia 7 dni lub 200 aktywacji. Opakowanie 100 szt?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, ze względu na specyfikę pacjentów (żywieni w warunkach domowych).

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie 3:

Dotyczy § 3.3. wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedkładania przy każdorazowej dostawie dokumentacji potwierdzającej warunki transportu w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych, gdzie producent nie nakłada takiego obowiązku.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4.:

Dotyczy § 11.1. 3) wzoru umowy Prosimy o obniżenie kary umownej do 50,00 zł brutto

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5.:

Dotyczy § 11.1. 5) wzoru umowy Prosimy o obniżenie kary umownej do 20% wartości brutto umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiany do zał. nr 5 po zmianach II z dn. 19.10.2023r.

II. Zamawiający na podstawie Art.137 pkt 1 ustawy PZP zmienia treść zał. nr 5 do SWZ:

1) Dotyczy załącznik nr 5 pkt 11.1.5):

Było:

11. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

5) Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

Jest:

11. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

5) Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

W załączeniu:

Załącznik nr 5 – po zmianach II z dn.19.10.2023r.

Sporządziła : Barbara Wróbel

