

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Nr postępowania ZP/163/005/D/23 „Dostawa lasera, sprzętu optycznego oraz kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części:

Część nr 1: Dostawa lasera ciągłego z zakresu promieniowania SWIR

Część nr 2: Dostawa sprzętu optycznego

Część nr 3: Dostawa kamery termowizyjnej”

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą Pzp/ (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia wraz z terminem składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 286 ustawy Pzp:

Rozdział V ust. 1 Specyfikacji warunków zamówienia:

było: Termin związania ofertą upływa dnia 18.08.2023 r.

otrzymuje brzmienie: Termin związania ofertą upływa dnia 26.08.2023 r.

Rozdział XII ust.1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) Specyfikacji warunków zamówienia:

było:

1. Termin i sposób złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	20.07.2023 r.	do godz.	10:00
---------	---------------	----------	-------

2. Termin i sposób otwarcia ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	20.07.2023 r.	o godz.	10:30
--------	---------------	---------	-------

otrzymuje brzmienie

1. Termin i sposób złożenia oferty:

- 2) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	28.07.2023 r.	do godz.	10:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

2. Termin i sposób otwarcia ofert:

- 2) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	28.07.2023 r.	o godz.	10:30
---------------	----------------------	----------------	--------------

Załącznik nr 4 do SWZ - Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1). Część nr 2 pkt. 6

było:

Gablotka/szafka ma umożliwić segregację poszczególnych elementów optycznych oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem oraz przed kurzem.

Specyfikacja:

Gablotka – 1 sztuka:

- a. Ilość szuflad – minimum 6
- b. Rozmiar – maksimum 30 x 30 x 30 cm

otrzymuje brzmienie:

Gablotka/szafka ma umożliwić segregację poszczególnych elementów optycznych oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem oraz przed kurzem.

Specyfikacja:

Gablotka – 1 sztuka:

- a. Ilość szuflad – minimum 6
- b. Rozmiar – maksimum 50 x 50 x 50 cm

2). Część nr 3 pkt. 1.4

było:

pole widzenia – 42° × 32° lub lepsze

otrzymuje brzmienie:

pole widzenia – 24° × 18° lub większe

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Otrzymują:

1. strona internetowa;
2. a/a