



Zielona Góra 03.11.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.56.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: *Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych.*

**ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 40g/m² lub 60g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowany podkład o podanych parametrach, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 1, pozycja 8.*

Pytanie nr 2

Zadanie 3, pozycja 1-5

Czy zamawiający ma na myśli elastyczne siatki opatrunkowe o długości 10 m w stanie swobodnym?

Odpowiedź: *Tak. Zamawiający ma na myśli elastyczne siatki w stanie swobodnym, tym samym zmienia załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy – Zadanie 3, pozycja 1-5.*

Załączniki:

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie nr 1 – po zmianach

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy – Zadanie nr 3 – po zmianach

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl

a/a TZ.280.56.2021