



WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SWZ ODCZYNNIKI 2 ZP-21-005UN

Zamawiający działając na podstawie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:
Tel. (32) 259-12-00

Pytanie 1

Po opublikowaniu wyjaśnień i zmian do treści swz z dnia 13.05.2021, a konkretnie odpowiedzi nr 12, gdzie Zamawiający doprecyzował fluorochrom, który oznacza zmianę proponowanego produktu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przeciwciała, które posiada status RUO (GMP).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

W nawiązaniu do wyjaśnień i zmian do treści swz z dnia 13.05.2021, a konkretnie odpowiedzi nr 16: Pytanie 16 Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 95 Czy w poz. 95 „BD Stem Cell Control Kit” ma na myśli zestaw do wewnętrznej kontroli jakości procedury oznaczania komórek CD34(+)? W przypadku poprawnej nazwy, a błędnego opisu zwracamy się również z prośbą o zmianę wartości w kolumnach zakres i ilość, gdyż produkt „BD Stem Cell Control Kit” konfekcjonowany jest po 2 ml. Obecny opis produktu jest identyczny jak w pozycji 99 i sugeruje inny produkt. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 95 poprawny opis produktu to krew kontrolna do monitorowania poprawności pomiarów odsetka komórek CD34+. Wymagana wielkość opakowania 15T. Zamawiana ilość oznaczeń 300T, Zamawiający potwierdził omyłkę pisarską, ale nie uwzględnił właściwego konfekcjonowania produktu. Produkt BD Stem Cell Control Kit konfekcjonowany jest po 2 ml i według załączonej ulotki przy prawidłowej obsłudze odczynnika wystarcza na 12 zastosowań – cykli termicznych. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie konfekcjonowania produktu w postaci 2 ml i podanie zapotrzebowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie oraz precyzuje liczbę opakowań w następujący sposób: 25 op. po 2 ml.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 107 PKT 1 ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ZŁOŻENIA PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WRAZ Z OFERTĄ. NIEZŁOŻENIE PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.