



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

WCKiK – SZP.2612.1/40/D/2022

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 i 1598) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa pojemników czerwonych na odpady medyczne, przylepca ze sztucznego jedwabiu oraz przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych.

### Pytanie nr 1 do Części nr 1

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

#### **Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wymaga, żeby zaoferowane pojemniki były tak wykonane żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi przede wszystkim przed możliwością zakłucia się ostrymi narzędziami np. igłą, jak również materiał z którego taki pojemnik jest wykonany musi być trwały i stabilny, żeby „utrzymać” zawartość odpadów medycznych.**

### Pytanie nr 2 do Części nr 1

Czy zaoferowane pojemniki powinny posiadać opinię PZH dopuszczającą stosowanie w zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych i spełniać normę ASTM F2132-01 (2008) – odporność na przebicie igłą medyczną oraz spełniać europejską normę ADR (dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) potwierdzoną Certyfikatem UN ?

#### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wymaga, żeby zaoferowane pojemniki posiadały opinię PZH dopuszczającą stosowanie w zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych i spełniać normę ASTM F2132-01 (2008).**

### Pytanie nr 3 do Części nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty były dołączone dokumenty potwierdzające, że zaoferowane pojemniki spełniają normy ASTM F2132-01 (2008) i ADR .

#### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wymaga, aby do oferty były dołączone dokumenty potwierdzające, że zaoferowane pojemniki spełniają normy ASTM F2132-01 (2008) i ADR .**

**Pytanie nr 4 do Części nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii PZH , która potwierdza , że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne , do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych.

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii PZH , która potwierdza , że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne , do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych.**

**Pytanie nr 4 do Części 3**

Czy Zamawiający ma na myśli 175 sztuk przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych?

**Odpowiedź**

**TAK, Zamawiający potwierdza, że zamówienie dotyczy 175 sztuk przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych.**

**Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert:**

**Treść ust. 1 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

**„1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 14 września 2022 r.**

**Treść ust. 14 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

**„14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wcik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 16 sierpnia 2022 roku do godziny 09:00.”**

**Treść ust. 21 w rozdziale XI SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

**„21. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2022 roku, po godzinie 09:05”.**

**W imieniu Zamawiającego**

Małgorzata Luciak 261-845-557