

Numer sprawy: **ZP.272.09.2021**

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę myjek, wyrobów jednorazowego użytku, worków na wymiociny

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

OPZ Myjki pacjenta

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny ściereczkę o parametrach:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 12 x 20 cm
- Gramatura 100 g/m²
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 24 sztuki

ODP. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Myjki pacjenta

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia parametru „żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z materiału PP, o długości rur 1,8m i rurze dodatkowej o długości 1,2m?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dołączoną osobno do układu zatyczkę?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary przewodnic:

Średnica zewnętrzna	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej	Długość
2.0mm	2.5 - 3.5	275 mm
3.3mm	4.0 - 5.5	340 mm
4.7mm	6.0 - 10.0	340 mm

OPZ Resuscytacja, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową łukowato wygiętą (zdjęcie poglądowe poniżej)?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV zawierającą niewielką ilość ftalanów, dopuszczalną dla wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający

wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja,

Czy Zamawiający

kodowaną cyfrowo na

Odp. Zamawiający



pozycja 4

dopuści maskę krtaniową
opakowaniu oraz na masce?

wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny spełniający wymagania zawarte w SWZ?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja, pozycja 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia parametru „zaczep na opaski na głowę”?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

OPZ Resuscytacja, pozycja 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Pakietu 44 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odp . W przedmiotowym postępowaniu nie ma pakietu 44

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Grzegorz Bełowski