



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wsz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 05-07-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-46/21

dotyczy: postępowania na dostawę akcesoriów do kardiomonitора MR 400, do aparatu do znieczulania Dameca MRI 508, do pompy infuzyjnej MRidium, drenów do podstawowej płynoterapii, akcesoriów do inkubatora Atom V-808.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 5 poz. 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu. W związku z tym, że jesteśmy długoletnim dystrybutorem produktów firmy Masimo, będziemy mogli przygotować Państwu korzystną ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 5 poz. 1:

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo, a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET z końcówką RD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SWZ.

Zamawiający oczekuje czujników kompatybilnych z urządzeniami posiadającymi technologię Masimo SET.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
W2
Anna Wutrych-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie