

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin  
tel./fax 81 / 747-63-27  
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3412/PN-123/20

Lublin dnia 04.09.2020 r.

### **Dostawa chłodziarek, zamrażarek na potrzeby COZL.**

#### **I.**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie zamrażarki w części 1 pkt 4 o parametrach:

Pojemność brutto/netto łącznie 478/337 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 751/750/1844 mm

Zakres temperatury -9 °C do -35 °C

Ilość półek 5 ( Szuflady w zamrażarce 8 Ilość koszy 2)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

#### **Pytanie 2**

Pozycja 1

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego chłodziarka i zamrażarka klasy laboratoryjnej widnieje na rynku, natomiast pojemność chłodziarki wynosi 240 l. Czy Zamawiający akceptuje taką możliwość?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

#### **Pytanie 3**

Pozycja 3

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego chłodziarka laboratoryjna widnieje u producenta, natomiast posiada wymiary:

Wymiary zewnętrzne – szerokość (mm): 751

Wymiary zewnętrzne – głębokość (mm): 750

Wymiary zewnętrzne – wysokość (mm): 1844

Czy Zamawiający akceptuje taką możliwość?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
mgr Dariusz Cwiński

Anna Kwiatkowska