



Wrocław, 17.01.2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem 2 aparatów pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.94.2022*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1-** Czy Zamawiający w **Pakiecie 3** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4 (z racji na fakt, że opisany produkt jest obecnie trudno dostępny i z wydłużonym czasem oczekiwania).

**Pytanie nr 2-** Czy Zamawiający w **Pakiecie 3** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 13 i 14 (z racji na fakt, że producent zakończył produkcję produktu o wskazanych parametrach).

**Pytanie nr 3-** Czy Zamawiający w **Pakiecie 3** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 15 (z racji na fakt, że opisany produkt jest obecnie niedostępny u producenta).

**Odpowiedź na pytanie nr 1 - 3: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wykreśla z pakietu nr 3 pozycje nr 4, 13, 14, 15 - zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 do pobrania poniżej.**

Nazwa pakietu	Nr pakietu	LP	Opis przedmiotu zamówienia	PARAMETRY DODATKOWE	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość ostateczna	% Vat	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGLY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	1	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 F	zestaw		2				
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGLY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	2	Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheotomijna ze stałym kolnierzem i wbudowanym przewodem do odsysania przestrzeni podgłośniowej, posiadająca sztywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.	Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 F	zestaw		100				
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGLY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	3	Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kolnierza.	Rozmiary 8F;9F;10 F	sztuka		25				
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGLY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	4	Prowadnica jednorazowa do kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa. Rozmiary: 2,0/225mm dla rurek 2,5-4,5 4,0/335mm dla rurek 5,0-8,0 5,0/365mm dla rurek 8,5-11		sztuka		1 000				
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGLY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	5	PROWADNICA Bouggie z wygiętym końcem oraz znacznikiem głębokości co 1 cm		sztuka		300				

ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGŁY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	6	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej), a także do pobierania próbek w celach diagnostycznych - o składzie: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika położenie igły) i pozwalająca na wprowadzenie przewodnicy Seldingera cewnik przeskórny dostępny w 2-ch rozmiarach tj. 9 CH lub 12 CH, długość 20,5 cm (dla rozmiaru 9 CH) i 25,5 cm (dla rozmiaru 12 CH), wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, cewnik zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, możliwość drenażu grawitacyjnego, przewodnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym i z zawieszką, skalpel do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem łącznik stożkowy/luer-lock do podłączenia do systemu drenażowego, linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm, z zaciskiem (montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem), zacisk nożyczkowy (zielony) mocowanie cewnika do skóry pacjenta 2 szt. (do przyszycia) Zestaw sterylny, zapakowany na tacce (blister)		zestaw								60
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGŁY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	7	Zestaw z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej z drenem	9 Ch, 12 Ch	zestaw								10
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGŁY, LINIE, 33140000-3 Materiały medyczne	3	8	Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm, w zestawie osobno pakowany łącznik schodkowy o dużej średnicy wewnętrznej.	w rozmiarach 24F, 28F, 32F oraz 36F	zestaw								1 100



**Pytanie nr 4- Do zadania 60 punkt 7 i 8** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu numer 60 pozycji numer 7 i 8 i dopuszczenia łyżek o poniższych parametrach: Jednorazowe ze światłem LED - ze stopu metalu nieodkształcające,- wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadająca haczyk zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwyty po użyciu, z zatrzaskiem kulkowym typu "click". Plastikowa podstawa z wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-fovia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lata. łyżki Macintosh o rozmiarach 0; 1; 2; 3; 3,5; 4; 5, Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4 . ; MaCOY rozmiar 3,4  
W załączeniu ulotka


#### MACINTOSH



Jednorazowa, sztywna, metalowa łyżka, wygląda i zachowuje właściwości jak metalowe łyżki laryngoskopowe wielorazowego użytku.



Światłowód wykonany z polerowanego rdzenia akrylowego o średnicy 4 mm dla maksymalnego oświetlenia.



Podstawa łyżki w zielonym standardzie ISO 7376 , zapewniająca pełną kompatybilność z rękojeściami w standardzie ISO 7376



2 metalowe łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne i stabilne zamocowanie do haka rękojeści.



Logo jednorazowego użytku wyraźnie oznaczone z tyłu ostrza



Łyżka jednorazowa typu – MaCOY



**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – Do zadania 60 punkt 8-** Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia jednorazowych , jednoczęściowych kompletów aryngoskopowych .Rękojeść niemagnetyczna , z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające źródła światła. Wbudowane źródło światła - żarówkę LED dla doskonałego oświetlenia, przy wyjściu 11000 luksów mierzone 2 cm od żarówki . W zestawie „rękojeści” zamontowana alkaiczna bateria guzikowa, którą w łatwy i prosty sposób można wyjąć przed utylizacją. Pakowana w folii. Bez latexu. Pakowana z łyżkami jednorazowymi ze światłem LED - ze stopu metalu nieodkształcające,- wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Plastikowa podstawa z wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lata. Łyżki Macintosh o rozmiarach 0; 1; 2; 3; 3,5; 4; 5, Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4 . ; MaCOY rozmiar 3,4

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 –** Pakiet 55 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99 %, p/wirusowej 99,9 % z objętością oddechową Vt 300-1500 ml i wagą 16,8 g? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 –** Pakiet 55 pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 3m? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8 –** Dot. Wzór umowy

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 PZP w zw. z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawierana na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obligatoryjnie określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Ponieważ w załączonym do SWZ wzorze umowy brak jest ww. postanowień, wnosimy o zmianę umowy, celem dostosowania jej do bezwzględnie

obowiązującej dyspozycji art. 439 PZP. Mając na względzie art. 439 ust. 2-4 PZP, proponujemy wprowadzenie do umowy następującej klauzuli waloryzacyjnej:

1. Stosownie do treści art. 439 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w oparciu o półroczny wskaźnik inflacji ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dalej jako „Wskaźnik”. W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacji podlegać będą wszystkie ceny jednostkowe netto, każdorazowo po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub jej aneksacji.
3. W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w § 1 Umowy. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Waloryzacja uregulowana została w Rozdziale XXII SWZ „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY”**

**Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 14 ust.1 „Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SWZ w formie aneksu.”**

**Pytanie nr 9** – Czy w **Pakiecie nr 71 w poz. 6** powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10** – Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 71 poz. 4,5,6** do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający nie wydziela**

**Pytanie nr 11** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 72 poz. 1 Kateterów HSG dwukanałowy o długości 400 mm, średnica 7F.

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12** - Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną, przenosząc a prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie. Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 13** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1pkt. 1,3,4,6,7:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości: ...% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto **opóźnionej części** dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §7 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy.**

2) w wysokości 0,5% ceny brutto **opóźnionego w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu** w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/installacji urządzenia; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu**

3) w wysokości 0,15% ceny brutto **wadliwego asortymentu**, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia wg §6 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni roboczych, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego asortymentu**.

4) w wysokości 0,1% ceny brutto **wadliwego asortymentu** w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 5 lub ust.6 lub ust. 7 lub ust.9 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego asortymentu**.

5) w wysokości **0,5%** ceny brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty**, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 12 lub §4 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty**.

6) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej części** wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:Zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z art. 484 ust.2 k.c . - miarkowanie kar umownych należy do prawa sędziowskiego**

**Pytanie nr 14** – Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15** –W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 9, § 7 ust 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach” oraz „... od daty wezwania faxem” na „...od dnia uznania reklamacji”

**Odpowiedź na pytanie nr 15:Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16** –. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §5 ust 1)- załącznik do pobrania poniżej

**Odpowiedź na pytanie nr 16:Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17** –. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1,2 miał na myśli objętość nominalną 240 ml , reszta parametrów bez zmian?

**Pytanie nr 18** –. CzyZamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 3 miał na myśli objętość nominalną 120 ml , reszta parametrów bez zmian?

**Pytanie nr 19** –. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 4 dopuści przenośny, jałowy,apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, (urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii) urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturkę wyposażony w połączenie Luer-lock. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi lekami. Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta



futurał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b Nominalny czas infuzji: 5ml/godz. , 7ml/godz. Nominalna objętość: 240 ml, objętość maksymalna: 300 ml dla infuzora z przepływem 5ml/godz oraz nominalna objętość: 272ml, objętość maksymalna: 300 ml dla infuzora z przepływem 7ml/godz.) bez dodatkowych parametrów?

**Pytanie nr 20** –. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.5 dopuści pojedynczy zestaw do irygacji kompatybilny z workami do irygacji dostępnymi w Szpitalu ?

**Odpowiedź na pytanie nr 17 – 20: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 –. PAKIET 35 Poz. nr 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej w rozmiarze 1,20 x 81mm o długości 9,5 cm pakowaną w opakowania a’ 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 21 : Zamawiający dopuszcza 1,20 x 81 mm o długości 9,5 cm.**

**W przypadku op =25 sztuk należy przeliczyć 64 opakowania.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

*Z upoważnienia Komendanta  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*