

Katowice, 10.02.2025 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Oznaczenie sprawy: 01/TP/D-LABOR/02-5Wz/2025

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 10.02.2025 r. kolejne


PYTANIE 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przy wyliczaniu ilości kalibratorów przyjąć założenie, że kalibracja będzie wykonywana, gdy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, co jest wskazaniem do wykonania kalibracji a nie zgodnie z założeniem dotyczącym stabilności kalibracji deklarowanym przez producenta? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie mniejszej ilości kalibratorów, a tym samym bardziej ekonomiczną kalkulację kosztów zarówno kalibratorów jak i odczynników.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę na wyżej opisaną kalkulację ilości kalibratorów.

PYTANIE 2. Bardzo prosimy o udostępnienie przez zamawiającego harmonogramu kontroli odczynników. Pozwoli nam to na dokładniejsze skalkulowanie oferty.

ODPOWIEDŹ: Kontrola odczynników wykonywana jest codziennie na dwóch poziomach surowic kontrolnych.

Fiolka o objętości 5 ml, po rozpuszczeniu wystarcza średnio na 3 tygodnie (po rozporcjowaniu i zamrożeniu).


DIREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda