



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



RI.272.1.5.2024

Lębork, 19.08.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-63b67304-74ef-4050-addf-a6994f2c5215

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe**”. Znak sprawy: RI.272.1.5.2024.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 23 Aparat USG

1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG renomowanego producenta z Dotykowym wyświetlaczem do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13,3 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfiguracji bez zdublowania obrazu diagnostycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG renomowanego producenta z monitorem LED bez przeplotu o przekątnej 23,8 cala, rozdzielczości 1920x1080 pikseli z regulacją położenia (obrót, pochYLENIE, wysokość niezależnie od pulpitu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG renomowanego producenta z wbudowanym cyfrowym rejestratorem wideo do ciągłego zapisu



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne.
Czas pojedynczego nagrania 10 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG renomowanego producenta ze strefowym wzmocnieniem obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępnym na pulpicie urządzenia: 8 stref?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat USG renomowanego producenta z głowicą mikrokonweksową o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 13 MHz, kącie obrazowania 118 stopni, ilości elementów głowicy 128 i głębokości penetracji do 16 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że w związku z faktem iż w/w wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęły do Zamawiającego później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adrian Wenta