



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-43/19

Tarnów, 2019-07-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Wnosimy o potwierdzenie, że klipsy oferowane w tym pakiecie mają być pakowane w zasobniki wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 4.** Wnosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów o kształcie podkowy posiadających wewnętrzne rowkowanie stabilizujące klips w naczyniu, a w pozycji nr 4 klipsów o kształcie litery V posiadających rowkowanie wewnętrzne i dodatkowe rowkowanie zewnętrzne stabilizujące klips w klipsownicy.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy o potwierdzenie, czy w poz. 3 Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych nowej generacji o podwyższonej stabilności na naczyniu z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami, zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnego ramienia pod kątem ok. 45 stopni kompatybilnych z klipsownicą 0301-04XLE firmy Grena Ltd

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaoferowany w **Pakiecie Nr 2** winien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 poz. 175 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-4** klipsy posiadały dołączone do każdego zasobnika samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności..

Ad. 2 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** klipsów tytanowych, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, kompatybilnych z klipsownicą Hemoclip Plus, sterylnych, natomiast w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** klipsów tytanowych, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, pasujących do klipsownicy o nr katalogowym R056-100330-03 - producent REDA Instrumente GmbH Niemcy, sterylnych.

Ad. 3 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** klipsów polimerowych dużych - rozmiar XL do klipsownicy endoskopowej o nr kat. 0301-04XLE firmy Grena Ltd Wlk. Brytania, pakowanych w zasobniki po 6 szt., sterylnych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

JW

