

Parametry techniczne drukarki do kasetek histopatologicznych¹

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model: Rok produkcji(nie starszy niż 2022r.).....

Producent:..... Numer seryjny:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry graniczne wymagane/oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
	Charakterystyka		
1.	Drukarka wyposażona w 4 wymienne podajniki	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Wysokiej jakości nadruk laserowy zapewniający wysoką odporność na odczynniki rutynowo stosowane w procesie histopatologicznym	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Rozdzielczość druku min 400 dpi	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Drukarka pozwala na nadruk pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Całkowity czas nadruku do 5 sekund (dla 4 linii tekstu i kodu Data MATRIX)	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Możliwość użycia do 100 znaków w kodzie Data MATRIX	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Nadruk odporny na odczynniki chemiczne stosowane w procesie	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Oprogramowanie pozwala na zastosowanie dowolnych szablonów wydruku, dostosowanych do metody opisu obowiązujących w pracowni.	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Możliwość podłączenia urządzenia do istniejącej sieci LIS (przez komputer)	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Możliwość bezpośredniego przenoszenia kodów z innych elementów procesu (pojemniki z materiałem, skierowania) bezpośrednio na kasetkę (przez komputer ze skanerem)	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Kolor nadruku - ciemno szary (bardzo czytelny i wyraźny) na kasetkach dedykowanych do drukarki	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Bezwonna, bez ozonu, cicha praca urządzenia (nadruk bezszmerowy)	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Szybkość drukowania dostosowana do tempa pobierania materiału.	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Wyposażenie podstawowe: drukarka wraz z oprogramowaniem (integracja z laptopem/ komputerem stacjonarnym z Windows 7,8,8.1 lub 10)	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Możliwość stosowania kilku wymiennych podajników (w celu nadruku na różnych typach, kolorach kasetek , bez potrzeby przekładania kasetek)	Tak, warunek bezwzględny	
16.	Drukarka wyposażona w czujnik pozycji kasetki pozwalający na równomierne rozmieszczenie nadruku na powierzchni przedniej kasetki	Tak, warunek bezwzględny	

17.	Eksploatacja urządzenia podać:	Brak dodatkowych materiałów zużywalnych oprócz kasetek - 10 pkt Potrzeba użycia dodatkowych materiałów (taśmy, głowice drukujące, lampa UV, filtry) – 0 pkt	
18.	Trwałość lasera	≥ 70mln wydrukowanych kasetek – 10 pkt Mniej niż 70mln wydrukowanych kasetek 0-pkt	
19.	Kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie drukarki w bezpośrednim sąsiedztwie stołu do pobierania i opracowywania materiału histopatologicznego podać:	Max. szerokość ≤ 250 mm - 10 pkt Max. szerokość większa niż 250 mm - 0 pkt	

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

Lp.	Warunki serwisowania		Wypełnia Oferent
1	Wykonawca po dostawie i montażu urządzenia przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji ,konserwacji dostarczonego sprzętu	Tak	
2	Możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę.	Tak	
3	Czas naprawy /usunięcia wady/awarii– do 48 godzin od zgłoszenia awarii/wady dla urządzeń	Tak	
4	W przypadku wielokrotnych, powtarzających się awarii /wad urządzenia wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowy na własny koszt.	Tak	
5	Osoba/(y) upoważniona/(e) do przyjmowania zgłoszeń napraw serwisowych:	Tak, podać	
6	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak	
7	Wykonywanie na koszt serwisu przeglądów konserwacyjnych w terminach wymaganych przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.	Tak	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

¹ Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ