

Parametry techniczne barwiarki liniowej przeznaczonej do barwienia rutynowego¹

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model: Rok produkcji(nie starszy niż 2022r.).....

Producent:..... Numer seryjny:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry graniczne wymagane/oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
	Charakterystyka		
1.	Barwiarka liniowa przeznaczona do barwienia rutynowego	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Pojemność koszyczka na szkiełka – 30 szkiełek, w komplecie 5 koszyków	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Całkowita ilość stacji -20	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Ilość stacji na odczynniki –19	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Stacja susząca – 1 z regulacją temperatury w zakresie 30 - 70° C	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Pojemność stacji na odczynniki	≤ 300ml – 10 pkt Powyżej 300 ml – 0 pkt	
8.	Urządzenie pozwala na jednoczesne barwienie minimum 4 koszyków	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Urządzenie wyposażone w system agitacji koszyka wraz z możliwością ustawienia szybkości zanurzenia, ilości powtórzeń zanurzenia oraz zakres zanurzenia	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Urządzenie pozwala na ustawienie czasu zanurzenia szkiełka w stacji nastawialne w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Barwiarka może być podłączona do układu filtrów węglowych oraz może być podpięta do wentylacji zewnętrznej	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Urządzenie pozwala na równoczesny wybór kilku protokołów barwienia	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Urządzenie posiada system odciekania zapobiegający mieszanii się odczynników w kolejnych stacjach	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Barwiarka pozwala na podłączenie drukarki i komputera za pomocą portu USB	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Urządzenie posiadające min. 2 stacje załadownicze i min.2 stacje rozładownicze	Tak, warunek bezwzględny	

16.	Barwiarka posiada system oszczędzania wody	Tak, warunek bezwzględny	
17.	Urządzenie wyposażone w system podtrzymywania awaryjnego, pozwalający na pracę urządzenia do 2 godzin	Wbudowany – 5 pkt Zewnętrzny – 0 pkt	
18.	Urządzenie wyposażone w kolorowy wbudowany ekran	Tak, warunek bezwzględny	
19.	Wymiary całkowite:	Długość/głębokość maksymalnie ≤ 1200/450 mm – 10 pkt Powyżej długości 1200 mm, szerokości 450 mm – 0 pkt	
20.	Waga max. do 75 kg	Tak, warunek bezwzględny	
21.	Deklarację zgodności CE/IVD	Tak, warunek bezwzględny	

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

Lp.	Wymogi	Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022r.	Tak
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać
3.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	Tak
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak, podać
5.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

¹ Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ