

**Parametry techniczne archiwum na bloczki parafinowe**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: ..... Model: ..... Rok produkcji( nie starszy niż 2022r.).....

Producent:..... Numer seryjny:.....

Kraj pochodzenia: .....

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry graniczne wymagane/oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
	<b>Charakterystyka</b>		
1.	Archiwum do magazynowania bloczków parafinowych, złożone z szafy i nadstawki	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
3.	Archiwum posiada 16 poziomów szuflad, w tym szafa 12 poziomów i nadstawka 4	Tak, warunek bezwzględny	
4.	W każdym poziomie po 28 szuflad wykonanych z tworzywa ABS	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Każda szuflada jest podzielona na 3 sekcje oraz zawiera wkładkę na drugi poziom kasetek (w sumie dwa poziomy bloczków w szufladzie);	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Pojemność każdej szuflady 110 standardowych bloczków parafinowych (kasetka + parafina o gr. 7 mm)	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Kolorowe fronty szuflad (7 kolorów do wyboru), każdy z możliwością opisu	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
8.	Pojemność całkowita archiwum: 51 400 standardowych bloczków parafinowych, w tym 39 960 bloczków - pojemność szafy i 12 320 bloczków - pojemność nadstawki	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
9.	Możliwość całkowitego wyjęcia jednej lub większej ilości szuflad	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Możliwość umieszczenia na froncie szafy etykiet pozwalających na zaadresowanie na zasadzie współrzędnych konkretnej szuflady;	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Możliwość integracji z oprogramowaniem do zarządzania automatyczną archiwizacją;	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Dodatkowe wyposażenie archiwum w drzwi metalowe zamykane na klucz	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Kompatybilność archiwów na bloczki/ kasetki z posiadanymi przez Zakład Patomorfologii archiwami na bloczki/kasetki typu Medblock	Tak, warunek bezwzględny	

	Double Tray MediDiagnostici		
14.	Wymiary archiwum: 107 x 56 x 251 cm (szer. x gł. x wys.);	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Wymiary szafy: 107 x 56 x 184 cm (szer. x gł. x wys.);	Tak, warunek bezwzględny	
16.	Wymiary nadstawki: 107 x 56 x 67 cm (szer. x gł. x wys.);	Tak, warunek bezwzględny	
17.	Waga szafy: max. 260 kg;	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
18.	Waga nadstawki: max. 65 kg;	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

Lp.	Wymogi		Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022r.	Tak	
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać	
3.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	Tak	
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak, podać	
5.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.  
**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i wystawowym.

<sup>1</sup> Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ