



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 27.06.2023r.

Znak: ZP.26.1.26.2023.1

Informacja o wpłynięciu pytań do SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach”:

Pytanie nr 1 Pakiet 3 Czy zamawiający, w pakiecie numer 3 dopuści kaniule z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu „klik” domykanym standardowo, z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, które są znacznie poszerzone, co daje efekt pełnego obrazowania w promieniach RTG? Reszta wymagań zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca zastawkę bezwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, bez filtra hydrofobowego. Rozmiary od 14G do 22G.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 3 Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści bezpieczną kaniulę dożylną zabezpieczającą wyłącznie przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 3 Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'50 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniula dożylną bezpiecznej wykonanej z biokompatybilnego PTFE z 4 paskami kontrastującymi w RTG z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5, posiadająca automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu. Rozmiary i parametry przepływów:

22G 0,9x25mm - przepływ 36ml/min.,

20G 1,1x32mm- przepływ 60ml/min.,
18G 1,3x45mm -przepływ 90ml/min.,
18 G 1,3 x 33 mm - przepływ 90ml/min.,
17G 1,5 x 45 mm – przepływ 125 ml/min.,
16G 1,7x45mm - przepływ 180 ml/min.,
14G 2,1x45mm przepływ 270ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 Pakiet nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu o poniższych parametrach:

Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(, 18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min
24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;
22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;
22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min
20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;
20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.;
18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;
18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.;
16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min
14G x 2,1 mm x 31 mm – przepływ 272 ml/min,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 30.06.2023r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **30.06.2023r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.07.2023r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera