

Piła dnia 29.04.2021 roku

FZP.II-241/34/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**ZAKUP RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Jak wygląda podział liczbowy na rozmiary?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilość określoną w zapytaniu ofertowym niezależnie od rozmiaru.

Pytanie nr 2

Pytanie do swz: czy Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie AQL 1.0; pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne niesterylne, bezpudrowe, wykonane z nitrylu rozmiar S, M, L, XL (1op=100szt.), kolor fioletowy, elastyczne, dające się łatwo zakładać i zdejmować, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, zapobiegającym samo zwijaniu się, kształt uniwersalny – pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL 1,5, zgodne z normą EN 455, oznaczone znakiem CE, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę, oznaczone znakiem CE, 1 opakowanie = 100 sztuk rękawic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

