



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 31/ZP/2021
DZP/ 370 /2021

Zgorzelec, dnia 22.12.2021r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 DOTYCZY PAKIETU NR 23 POZYCJA 14

Czy Zamawiający dopuści termometr z możliwością mierzenia temperatury w odległości 1-3cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 DOTYCZY PAKIETU NR 3

1. Ze względu na fakt, że na rynku aktualnie dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie medycznym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający wymaga zaofiarowania w poz. 1, 2 i 5 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmujących mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie 2 DOTYCZY PAKIETU NR 3

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 poprzez wykreślenie słów „ (spłaszczony kształt)”. Pojemniki 2 litrowe w systemie typu Serres mają przekrój (kształt) okrągły nie zaś spłaszczony.

Odp. Zamawiający wykreśla.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 3 pozycja nr 4 kolumna „opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezjologicznych (~~spłaszczony kształt~~), ze skalą pomiarową, wykonane z przezroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni”.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1 DOTYCZY PAKIETU 23 POZYCJA 16

Czy Zamawiający dopuści gruszkę w rozmiarze 7 dla dzieci od 6 do 12 miesiąca życia i gruszkę w rozmiarze 9 dla dzieci powyżej 12 m-ca życia i odstąpi od wymogu dostarczenia gruszki w rozmiarze 8?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1 DOTYCZY PAKIET NR 3. POZ.1,2,3,4,5.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich

regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wyposażone w szeroki port do pobierania próbek lub wkładania szaszetek żelujących, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000 ml, 2000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości finansowych zakupu kolejnego systemu.

Pytanie 2 DOTYCZY PAKIET NR 3. POZ.1,2.

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odp. Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 DOTYCZY PAKIET NR.3 POZ.5.

Prosimy o dopuszczenie drenu o dł.210 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 DOTYCZY PAKIET NR.3 POZ.8.

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w wiadrach po 4kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 DOTYCZY PAKIET NR 3,POZ.1,2,3,4,5.

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów(zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

Odp. Zamawiający dopuszcza, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1 DOTYCZY PAKIET NR 14 POZ. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający zamiast osłony na kończyne dolną 33 x 1160 cm wymaga zaoferowania osłony na kończyne o wymiarach 33 x 116 cm.,

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania osłony na kończyne o wymiarach 33 x 116 cm.

Jednocześnie informuje że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 2 do SWZ w Pakiecie nr 14 poz nr 1.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 14 pozycja nr 1 kolumna „opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Skład zestawu

1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura wstrefie wzmocnionej min. 80g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów -1 szt;
2. Serweta na stolik MATo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonna o szerokości min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m², grubość folii osłony min. 50 miktonów – 1 szt;
3. Wmocniona serweta do zabiegów na stawie kolanowym 240 x 320 cm wyposażona w samuszczelniający się otwór o średnicy 6 cm, zintegrowana trwale ze zbiornikiem na płyny wykonany w transparentnej folii PE min. 80 mikronów oraz organizatorami przewodów. Serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażonego w strefie krytycznej w warstwę wysokochłonną o wymiarach min. 30 x 33 cm i gramaturze min. 63 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 119 g/m² – 1 szt;
4. Serweta samoprzylepna 150 x 150 cm, z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m² – 1 szt.
5. Osłona na kończyne dolną 33 x 1160 **116** cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m² – 1 szt;
6. Taśma lepna o wymiarach 9 cm x 51 cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60 g/m² – 2 szt;
7. Kieszeń dwukomorowa 35 x 35 cm z dwoma taśmami lepnyimi, wykonana z transparentnej folii PE o grubości 80um- 1 szt;

8. Kompres gazowy 10 cm x 10cm 17 – nitkowy 12 – warstwowy z nitką RTG – 10 szt.
9. Tupfer gazowy „kula” o średnicy 30mm z nitką RTG – 5 szt;
10. Bandaż elastyczny z zapinką – 4m x 15cm – 1 szt;
11. Skalpel nr 11 – 1 szt;
12. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m² – 2 szt;

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min.390 cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho / mokro min. 400/300 kPa. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu(nr.ref), kod kreskowy, nr lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski – napis ARTROSKOPIA w niebieskiej ramce lub na niebieskim tle.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1 Dotyczy pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czterostopniową regulację wysokości podparcia żuchw w przypadku rozmiaru dla dorosłych oraz trzystopniową regulację wysokości podparcia żuchw w przypadku rozmiaru dla dzieci?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołnierz wykonany z polipropylenu oraz polietylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar od 2,5 do 10,0?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV niesilikonowanego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV niesilikonowanego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści potrójne oznaczenie głębokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znikomą ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znikomą ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar od 3,0 do 9,0?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znikomą ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV niesilikonowanego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znikomą ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV niesilikonowanego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15 Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany – martwa przestrzeń bez dodatkowych silikonowych pierścieni uszczelniających?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16 Dotyczy Pakiet nr 23 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z jedną maską?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17 Dotyczy Pakiet nr 23 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z drugą maską dołączoną osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe w pozycjach 3 i 4. W pozycji nr 5 nie wyraża zgody.

Pytanie 18 Dotyczy Pakiet nr 23 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści równoważny termometr bezdotykowy pozwalający na mierzenie temperatury z czoła z odległości 5-10 cm, termometr na podczerwień, alarm w przypadku gorączki, podświetlany wyświetlacz, pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, automatyczne wyłączenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 19 Pakiet nr 23 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o wymiarach 405x315x55 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1 Dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru (wadliwej lub niedostarczonej), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej partii towaru.** (...)

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości **50 zł** za każdy przypadek, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru, którego dotyczy niezłożona informacja.**

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto **niezrealizowanej części** niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. um. użyczenia)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 19 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 19 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 24 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiary staplera: 26 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający dopuszcza jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 24 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, a nie dopuszcza jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiary staplera: 26 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką

Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr 19 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 19 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiary staplera: 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 20 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, rękojeść do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, dostępną w 3 długościach (otwartej – wraz z ładunkiem 16,5 cm, laparoskopowej – wraz z ładunkiem 26,5 cm, bariatrycznej – wraz z ładunkiem 36,5 cm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr 20 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej (przed zamknięciem 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm), , średnio grubej (przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,8mm), grubej (przed zamknięciem 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr 20 pozycja nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy ciąg dalszy opisu: „w pozycji 3 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm)”?

Odp. Zamawiający informuje że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 2 do SWZ w Pakiecie nr 20 poz nr 2.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 20 pozycja nr 2 kolumna „opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej cienkiej (przed zamknięciem 2,0mm, po zamknięciu 0,75mm), naczyniowej (przed zamknięciem 2,0mm, po zamknięciu 1,0mm), średnio grubej (przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,8mm), grubej (przed zamknięciem 4,1mm, po zamknięciu 2,0mm), ~~w pozycji 3 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm)~~

Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr 20 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm przeznaczone do tkanki bardzo grubej (przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 9)

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 19 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiar staplera: 21 mm? Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 19 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiar staplera: 25 mm? Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 19 – pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiar staplera: 29 mm? Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 19 – pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. Rozmiar staplera: 32 mm? Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 19 – pozycja nr 1-4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3, 4 wymaga zaoferowania staplerów okrężnych dwu rzędowych czy też staplerów trzy rzędowych dających możliwość wykonania bardziej szczelnego zespolenia?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania staplerów trzyczędowych.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 20 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękojeści staplerów jednorazowych laparoskopowych dla ładunków 45mm i 60mm, z artykulacją 45 st. w obie strony, z możliwością rotacji o 360°, z możliwością ponownego ładowania, dostępna w 3 długościach (otwartej – wraz z ładunkiem 29cm dla 45mm lub 30,5mm dla 60mm, laparoskopowej – wraz z ładunkiem 34cm dla 45mm lub 35,5cm dla 60mm, bariatrycznej – wraz z ładunkiem 44cm dla 45mm lub 45,5cm dla 60mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 20 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękojeści staplerów jednorazowych laparoskopowych dla ładunków 45mm i 60mm, z artykulacją 45 st. w obie strony, którą wykonuje się przy użyciu ergonomicznego pokrętła znajdującego się na rękojeści. Pokrętło do artykulacji eliminuje konieczność wsparcia szczęk staplera o sąsiednie tkanki podczas zabiegu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu nr 20 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ładunków do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej cienkiej (przed zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu 1mm), naczyniowej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm), średnio grubej (przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,75mm), grubej (przed zamknięciem 4,1mm, po zamknięciu 2,0mm), w pozycji 3 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 9 Dotyczy pakietu nr 20 – pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ładunków do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm przeznaczone do tkanki bardzo grubej (przed zamknięciem 4,4mm, po zamknięciu 2,2mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 10)**Pytanie 1 Dotyczy Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne osłonki na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych umożliwiając wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności. Osłonka jednorazowa posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy.

Wysokość samego uchwytu: 8 cm

Wysokość całkowita: 8,5 cm

Średnica otworu: 3 cm

Średnica kołnierza: 13 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny 60x90cm w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowego użytku w rozmiarze 0,3x13; 0,45x12; 0,45x16; 0,45x22; 0,5x25; 0,5x40; 0,6x30; 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji w rozmiarze 15G o dł. min. 10mm - max. 50mm lub 15G o dł. min. 30mm - max. 70mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza igły do aspiracji w rozmiarze 15G o dł. min. 10mm - max. 50mm, a nie dopuszcza 15G o dł. min. 30mm - max. 70mm.

Pytanie 6 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji w rozmiarze 15G o dł. min. 30mm - max. 70mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków tylko w rozmiarze 1,2x30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8 Dotyczy Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne neutralne o powierzchni ogólnej 204cm², powierzchni czynnej 118cm² i rozmiarze elektrody 202x101mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9 Dotyczy Pakiet 12, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu lub rektoskopu z dodatkową miękką końcówką wykonaną z silikonu?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10 Dotyczy Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kołnierz wykonany z pianki polietylenowej Plastazotte z wzmocnieniami PCV?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, obszar wzmocniony 65 x 190 cm, gramatura w strefie wzmocnionej min. 63g/m², folia w obszarze niewzmocnionym o gramaturze 35g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół mayo wzmocnioną o wymiarach 80 x 145 cm, folia o gramaturze 50g/m², reszta parametrów zgodna z wymaganiami?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną 200 x 320 cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór 6 x 8 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów wykonaną z folii o gramaturze 100g/m². Serweta posiada wzmocnienie 75 x 100 cm o gramaturze 80g/m² z organizatorami przewodów. Serweta wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m², łączna gramatura w strefie krytycznej 130g/m²?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną serwetę 150 x 180 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²? (pozycja 4 zestawu)

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 15 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę 35 x 120 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą lepną 10 x 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 17 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią dwukomorową 40 x 30 cm z taśmą lepną wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 65µm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze ściereczkami do rąk 40 x 40 cm o gramaturze min. 56g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 19 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry obłożenia pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy: odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 205,6 / 199,4 kPa?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20 Dotyczy Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne w postaci niebieskich kółek umieszczonych na etykietce?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 11)**Pytanie 1 Dotyczy Pakiet 10 pozycje 1 i 2**

Prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet 10 pozycje 1

Prosimy o dopuszczenie:

Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 165cm², powierzchnia czynna 107cm², z hydrożelem, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodą i pacjenta, wymiary elektrody: 164 x 117 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 12)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet 4

Czy Zamawiający w zad. 4, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów. Rozmiary: Pediatriczne - 3F, 4F, 4.8F, odległość między pętlami 12, 15, 18, 20 cm, pętla pęcherzowa średnica 1.4 cm, przewodnik średnica/długość .018" (3F) i .028" (4-4.8F) 100 cm (dla zestawów z zamkniętą końcówką) i 150 cm (dla zestawów z końcówką otwartą), oraz 4.8F, 6F, 7F, 8F, odległość między pętlami 24, 26, 28, 30 cm, pętla pęcherzowa 2 cm, przewodnik średnica/długość .035"(4.8-7F) i .038" (8F) 100 cm (dla zestawów z zamkniętą końcówką) i 150 cm (dla zestawów z końcówką otwartą)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet 13

Czy Zamawiający w zad. 13, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Bezworkowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętki; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samuszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowane w folię i w podwójny papier?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 13)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę przewodów urządzeń medycznych składaną teleskopowo w o rozmiarze 13 x 235 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a 30 z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet 14 poz 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm,
- 1 x Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz ,
- 1 x serweta do artroskopii rozm. 240 x 320 cm, otwór Ø 6 cm, worek do gromadzenia płynów,
- 2 x kieszeń przylepna 2 sekcje, rozm. 42 x 35 cm, PE przezroczysta,
- 1 x osłona na kończynę rozm. 37 x 75 cm,
- 1 x osłona na kable video rozm. 15 x 250 cm,
- 1 x organizator na przewody 10 x 15 cm,
- 2 x taśma przylepna, rozm. 9 x 50 cm,
- 4 x ręcznik celulozowy, rozm. 50 x 40 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm
- 6 x tufper kula z gazy 50 x 50 cm

- 1 x miseczek plastikowa z podziałką 250 ml

Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795) o gramaturze 56g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 570%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 250cm H₂O oraz odporność na rozzerwanie 150kPa (zgodnie z EN 13938-1)

Serweta na stół narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 84 g/m².

Serweta do nakrycia stoika Mayo - wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyłką). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 74 g/m².

Każdy zestaw posiada zamiast karty informacyjnej, dużą czytelna etykieta informacyjna z piktogramami poszczególnych komponentów oraz 4 etykiety samoprzylepne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką wykonaną z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet 14 poz 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy Pakiet 14 poz 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy Pakiet 14 poz 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę z włókniny 43 g/m², w rozmiarze 45 x 45 cm, w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 14)

Pytanie 1 Dotyczy pkt. 5.1 SWZ oraz § 2 ust. 2 i 3 umowy

Prosimy o potwierdzenie, iż w sytuacji kiedy oferowany asortyment nie jest wyrobem medycznym i nie jest wymagane spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego w powyższych punktach, Zamawiający uzna za wystarczające złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia.

Odp. Zgodnie z punktem 5.1 SWZ :

W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie oraz wskazać przedmiot zamówienia którego dotyczy.

Pytanie 2 Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 9 §2 w sposób następujący:

*9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.** W takim przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 9

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 9 §2 umowy w sposób następujący:

*9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.** W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie. **Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy.***

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy projektu umowy §7 ust.1 pkt b oraz ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 b oraz ust.3 umowy w sposób następujący:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości **20 zł za każdy przypadek**,

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości **5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazową, sterylną, składaną teleskopowo osłonę na przewody o wymiarach 13x235cm z taśmą ułatwiającą mocowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na mankiecie rurki oznaczona była średnica mankietu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie 7 pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 18 : Zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 8 pakiet 18 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana rurka intubacyjna posiadała znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych półpierścieni?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie 9 pakiet 18 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 18 : Zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane rozmiary rurek pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 10 pakiet 23 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania gruszek w rozmiarach 7 oraz 9, z pominięciem rozmiaru 8, gdyż nie występuje on obecnie na rynku.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 15)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1,11,13,14 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet 1 poz. 1,11,14

Czy zamawiający dopuści strzykawki z nazwą wykonawcy, który jest jednocześnie importerem umieszczoną na cylindrze?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie innej ilości sztuk np. 25 lub 30 szt z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet 2 poz. 12

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy Pakiet 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu 15 na dwie pozycje osobno rozpatrywane?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 16)**Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy § 5 „Warunki płatności”**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy fakturę w wersji elektronicznej w formacie pdf? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w zapisach umowy adresu e-mail, na który dokument ma być przesłany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 17)**Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.1 wzmocnioną serwetę o wym. 200x320cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór o wym. 6x8cm, zintegrowaną z workiem do zbiórki płynów oraz organizatorem przewodów

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.1 bandaża elastycznego 15cm x 5m bez zapinki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.1 zestawu zapakowanego w opakowanie typu TYVEC z białą etykietą i czarnym napisem ARTOSKOPIA.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz.2 serwetę pod rodząca o wym. 70x100cm z workiem do zbiórki płynów i skalą. Opakowanie zbiorcze 50szt. zamiast 35.

Odp. Zamawiający nie udziela informacji. Pytanie zostało wycofane przez Wykonawcę.

Pytanie 5 Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.4 jednorazową osłonę na tarczycę w kolorze białym.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

(ZAPYTANIE NR 18)**Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również rękojeść do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych 45mm i 60mm, prosta lub z artykulacją 45 st. w obie strony, z możliwością rotacji o 360°, z możliwością ponownego ładowania, dostępna w 3 długościach (otwartej – dł. wraz z ładunkiem 44cm, wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 2 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej/cienkiej (przed zamknięciem 2,6mm, po zamknięciu 1,00mm), średnio grubej (przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,8mm), grubej (przed zamknięciem 4,1mm, po zamknięciu 2,0mm), w pozycji 3 umieszczającymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm,

przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,6mm, po zamknięciu 1,5mm), w pozycji 4 mieszczącymi 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm przeznaczone do tkanki bardzo grubej (przed zamknięciem 4,2mm, po zamknięciu 2,3mm), Zamawiający określi parametry rękojści i ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający będzie określał parametry rękojści i ładunku przy składaniu zamówienia.

(ZAPYTANIE NR 19)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie mniej niż 2000 pomiarów odczytów na jednym zestawie baterii, z jednoczesnym bezpłatnym zaopatrzeniem Zamawiającego w baterie do dostarczonych glukometrów w ilości gwarantującej prawidłowe nieprzerwane działania wszystkich glukometrów w okresie trwania umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający dopuści glukometr wykonujący 1000 odczytów na jednym zestawie baterii?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, z jednoczesnym bezpłatnym zaopatrzeniem Zamawiającego w baterie do dostarczonych glukometrów w ilości gwarantującej prawidłowe nieprzerwane działania wszystkich glukometrów w okresie trwania umowy.

(ZAPYTANIE NR 20)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych jak obecnie stosowanych: ze stentem typu Pigtail z poliuretanu otwarty/zamknięty lub otwarty /otwarty do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 5cm; długości 24, 26, 28, 30 cm w zależności od wybranej średnicy: 4.8, 6, 7, 8 CH; popychacz 40cm, prowadnica 150cm z nieruchomym rdzeniem pokryta PTFE. Do stosowania do 3 miesięcy, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 4

Pyt. nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów jak obecnie stosowanych: cewnik wykonany z poliuretanu otwarty/zamknięty lub otwarty /otwarty do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, o długości 8cm dla rozm. 3CH i 12-22cm (co 2) w rozmiarze 3CH i 4CH, popychacz prosty długości 43cm, prowadnica o długości 100cm lub 150cm w zależności od wybranego rodzaju, z nieruchomym rdzeniem pokryta PTFE, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

(ZAPYTANIE NR 21)

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 9 pozycję nr 10 i nr 11 - wkłucia doszpikowe typu Big do odrębnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w zadaniu nr 9, tak jak jest to możliwe w zadaniu nr 2 w powyższym postępowaniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

(ZAPYTANIE NR 22)

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 8

Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od wielkości błędu pomiarowego glukometru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy o wyłączenie pozycji 2 z pakietu nr 8 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu (lub pozycji odrębnie wycenianej). Aktualny opis przedmiotu zamówienia faworyzuje jedyny podmiot na rynku posiadający w swojej ofercie zarówno paski pakowane zbiorczo jak i indywidualnie, co nadaje temu podmiotowi faktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty całego Pakietu nr 8, niezależnie od liczby wykonawców, którzy teoretycznie złożą

oferty, naruszając zasady opisane w art. 99 ust. 4-6 ustawy PZP. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści glukometr wykonujący ok. 1000 pomiarów na jednej baterii? Zapewniamy nieodpłatne dostarczenie dowolnej liczby zapasowych baterii zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 8

Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest jedynym unormowanym prawnie dokumentem potwierdzającym spełnienie wszystkich norm zharmonizowanych wymaganych dla wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, jakim są paski testowe do glukometrów, oraz czy wymaga dostarczenia tego dokumentu wraz z ofertą? Informujemy, że spełnienie warunków wyłącznie jednej normy nie gwarantuje, że paski testowe spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, gdyż wymagania te są szersze i bardziej restrykcyjne niż wymogi wynikające z normy EN ISO 15197:2015 (wynika to wprost z zapisów zawartych w samej normie, w rozdziale „Załącznik ZA.1 – powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z Dyrektywą 98/79/WE”). Norma EN ISO 15197:2015 musi być spełniana przez wszystkie paski testowe do glukometrów w celu otrzymania Certyfikatu CE (certyfikat CE potwierdza spełnienie tej normy), jednakże spełnienie jej wymogów jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, aby dane paski testowe spełniały odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, nawet w obszarze leżącym w zakresie oceny zgodnej z przedmiotową normą. Anonsowanie, że dany wyrób spełnia tylko jedną z wymaganych norm może sugerować, że wyrób ten nie spełnia pozostałych norm, wymaganych przepisami prawa.

Odp. Zamawiający nie wykazał w dokumentach SWZ powyższego. Dokumenty które winny być złożone wraz z ofertą zostały wskazane w punkcie 13.6 SWZ

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych, których termin przydatności do użycia po otwarciu opakowania będzie zgodnie z instrukcją jednakowy niezależnie od miejsca, w którym przechowywane jest opakowanie z paskami?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

(ZAPYTANIE NR 23)

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 1 poz 6-9

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „ze sferycznym zakończeniem zapewniającym maksymalnie wypchnięcie płynu z cylindra minimalizującym przestrzeń martwą” odnosi się do zakończenia tłoka, które to sferyczne zakończenie jest wyraźnie widoczne np. w próbkach oferowanych strzykawkę.

Odp. Zamawiający wykreśla cyt. „ze sferycznym zakończeniem zapewniającym maksymalnie wypchnięcie płynu z cylindra minimalizującym przestrzeń martwą”

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ, który w Pakiecie nr 1 poz. 6-9 otrzymuje brzmienie:

Strzykawka jednorazowego użytku (trwale oznaczona czarna skala pomiarowa, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, tłok barwny (np. zielony, niebieski, fioletowy) - nieprzeziery, kontrastujący, ułatwiający wizualizację, ~~ze sferycznym zakończeniem zapewniającym maksymalnie wypchnięcie płynu z cylindra minimalizującym przestrzeń martwą~~, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze i na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 1 poz 16

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki typu bezpiecznego o pojemności 2-3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 9 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie stosowane - o dowolnych długości od 20mm do 60mm /co 5mm/ do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w siwz t.j. 22, 47 i 60mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 9 poz 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły półautomatyczne typu tru-cat, umożliwiające pobranie równoważnych wycinków 15mm i 22mm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 9 poz 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie stosowane - o dowolnych długości od 30mm do 75mm /co 5mm/ do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w siwz t.j. 30, 60 i 73mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 9 poz 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do trepanobiopsji - tak jak obecnie stosowane - z równoważnym do wskazanego w siwz sytemu antyluksacyjnego jednego z producentów, zapobiegającego niekontrolowanemu odchyleniu igły, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku przeliczeń wielkości opakowań należy zaokrąlać obliczenia do 1 pełnego opakowania w górę.

W przypadku powyższych dopuszczeń przedmiotu zamówienia – należy w każdym przypadku spełnić pozostałe (nieopisane w pytaniach) wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z zapytaniem Wykonawców – Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 2 do SWZ. Nadto Zamawiający informuje, iż zmiana Załącznika j/w - objęła również Pakiet nr 4 („zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów” - gdzie poprawiona została czcionka w opisie przedmiotu zamówienia). Zmieniony dokument został zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego z dopiskiem „Zmiana_1”.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Aneta Mrygoń
St. Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

**Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagiełło

e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl