

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ZAMRAŻARKI DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA

### ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE - **3 sztuki**

- urządzenia wolnostojące,
- zakres pracy: temperatura co najmniej  $-35^{\circ}\text{C}$  i niższa,
- wymiary zewnątrzne [cm]:
  - Szerokość: nie mniej niż 110cm, nie więcej niż 130cm
  - Głębokość: nie mniej niż 60cm, nie więcej niż 75cm (maksymalna głębokość liczona wraz z zawiasami)
  - Wysokość: nie mniej niż 80, nie więcej niż 95cm
- wyposażone w co najmniej 1 sondę/miernik temperatury oraz w wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę w urządzeniu,
- wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy informujący m.in. o niewłaściwej temperaturze,
- urządzenia muszą posiadać otwór do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury,
- urządzenia muszą posiadać znak CE.

### ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE - **4 sztuki**

- urządzenia wolnostojące,
- zakres pracy: temperatura co najmniej  $-35^{\circ}\text{C}$  i niższa,
- wymiary zewnątrzne [cm]:
  - Szerokość: nie mniej niż 150cm, nie więcej niż 175cm
  - Głębokość: nie mniej niż 60cm, nie więcej niż 80cm (maksymalna głębokość liczona wraz z zawiasami)
  - Wysokość: nie mniej niż 80, nie więcej niż 95cm
- wymiary wewnętrzne [cm]:
  - Szerokość: nie mniej niż 120cm (liczona na dnie komory zamrażarki),
  - Głębokość: nie mniej niż 50cm,
  - Wysokość: nie mniej niż 65cm,
- wyposażone w co najmniej 1 sondę/miernik temperatury oraz w wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę w urządzeniu,
- wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy informujący m.in. o niewłaściwej temperaturze,
- urządzenia muszą posiadać otwór do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury,

- urządzenia muszą posiadać znak CE.

### **ZAMRAŻARKI PIONOWE- 1 sztuka**

- urządzenia wolnostojące,

- zakres pracy: temperatura co najmniej  $-35^{\circ}\text{C}$  i niższa,

- wymiary ZEWNETRZNE [cm]:

Szerokość: nie więcej niż 100cm

Głębokość: nie więcej niż cm

Wysokość: nie więcej niż 210cm

- informacje dotyczące WNĘTRZA urządzenia:

- Wnętrze wyposażone co najmniej w 4 półki,
- Półki z możliwością regulacji,
- Nośność półek minimum 20kg,
- Odległość między półkami co najmniej 30cm,
- Powierzchnia użytkowa półki minimum 50x60cm

- wyposażone w co najmniej 1 sondę/czujnik temperatury oraz w wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę w urządzeniu,

- wyposażone w alarm wizualny i dźwiękowy informujący m.in. o niewłaściwej temperaturze,

- urządzenia muszą posiadać otwór do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury,

- urządzenia muszą posiadać znak CE.