



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORZY**

Znak sprawy: SPZOZ/PTP/1/2022

**Do wszystkich uczestników postępowania: Znak sprawy: SPZOZ/PTP/1/2022**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Dostawa aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Złotorzy.***

Stosownie do treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający – **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotorzy** informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Poniżej przedstawiono treść pytań, a także udzielone odpowiedzi.**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie paragrafu 9, ustęp 4, punkt 2 z:

„wymiany każdego modułu/podzespołu/elementu na fabrycznie nowy, o nie gorszych parametrach, jeżeli wykonana dwukrotna naprawa tego samego modułu/podzespołu/elementu - w zakresie objętym tą samą wadą - okaże się bezskuteczna;”

na:

„wymiany każdego modułu/podzespołu/elementu na oryginalny i w pełni sprawny, o nie gorszych parametrach, jeżeli wykonana dwukrotna naprawa tego samego modułu/podzespołu/elementu - w zakresie objętym tą samą wadą - okaże się bezskuteczna;”

Informujemy, iż żaden producent aparatury medycznej nie gwarantuje wymiany części na fabrycznie nową. Bardzo często do realizacji napraw stosowane są części rekondycjonowane, co jest uzasadnione przede wszystkim wymogami związanymi z dbałością o środowisko. Gdyby producent nie podejmował się rekondycjonowania części, ale do każdej naprawy używał części nowo-wyprodukowanej, wpływ takiego działania na środowisko byłby katastrofalny. Produkcja nowych części pochłania nie tylko znacznie więcej surowców, ale generuje większy ślad węglowy niż ich regeneracja, stąd producenci realizując wymagania dot. ochrony środowiska rozwijają proces regeneracji części i używają ich ponownie. Jednocześnie informujemy, iż regenerowane części są w 100% sprawne i posiadają gwarancję producenta identyczną jak części nowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis projektu umowy (załącznik 4 do SWZ) w paragrafie 9, ustęp 4, punkt 2 na brzmiący: „2) wymiany każdego modułu/podzespołu/elementu na oryginalny i w pełni sprawny, o nie gorszych parametrach, jeżeli wykonana dwukrotna naprawa tego samego modułu/podzespołu/elementu - w zakresie objętym tą samą wadą - okaże się bezskuteczna;”

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisów wzoru umowy w zakresie paragrafu 9, ustęp 11, z:

Informujemy, iż okres gwarancji na wymienione w trakcie trwania gwarancji aparatu USG części kończy się wraz z upływem gwarancji na cały aparat. Producent nie przewiduje przedłużenia tego okresu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis projektu umowy (załącznik 4 do SWZ) w paragrafie 9, ustęp 11. Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części/ podzespoły instalowane w ostatnim roku gwarancji, na następujący zapis: 11. Okres gwarancji na wymienione w trakcie trwania gwarancji aparatu USG części kończy się wraz z upływem gwarancji na cały aparat.

**Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowany Załącznik nr 4 do SWZ (Projekt umowy).**

**KIEROWNIK**  
Przychodni Rejonowej w Złotorzy  
Ireneusz Żurawski